

Ciechanów dnia 02.12.2025 r.

AT - ZP/2505/111/25

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na dostawę **Materiały medyczne dla Bloku Operacyjnego** zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści zaproszenia:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	PYTANIE DO ODPOWIEDZI Z DNIA 01.12.2025 Pytanie pakiet 3 poz.9 W odniesieniu do odpowiedzi dotyczącej pozycji, w której Zamawiający oczekuje zaoferowania 8 opakowań (1 opakowanie = 20 stopek po 6 klipsów), uprzejmie prosimy o sprostowanie. Zgodnie z informacją od producenta oraz innych dostępnych dostawców, prawidłowa konfiguracja opakowania wynosi: 1 opakowanie = 8 magazynków (stopek), każdy po 4 klipsy. Nie występują inne warianty opakowań w ofercie producenta ani u innych producentów. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w faktycznie dostępnej konfiguracji (8 magazynków po 4 klipsy w opakowaniu), łącznie w ilości 8 opakowań – zgodnie z pierwotną odpowiedzią?	Zamawiający dopuszcza opakowanie w konfiguracji 8 magazynków po cztery klipsy w ilości 8 opakowań.

Paulina Witkowska
Referent
Sekcja ds. zamówień publicznych

Wiesław Babizewski
kierownik
ds. zamówień publicznych