

Ciechanów dnia, 09.12.2025 r.

AT - ZP/2501/86.1/25

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Sprzęt jednorazowy medyczny dla wszystkich oddziałów szpitalnych- powtórzenie** ogłoszonego w dniu **28.11.2025 r.** w **BZP**, nr ogłoszenia **2025/BZP 00562119** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1.	Pytanie 1, pakiet 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z fabrycznie umieszczonym na opakowaniu jednostkowym numerem katalogowym, materiałem cewnika, rozmiarem oraz przepływem, brakiem lateksu, nie w kolorze identyfikującym rozmiar, a na opakowaniu zbiorczym wszystkie powyższe dane w kolorze identyfikującym rozmiar, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?	Zgodnie z SWZ
2.	Pytanie 2, pakiet 1, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną przeznaczoną do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych i pediatrycznych bez portu górnego, wykonane z FEP. 26G 0,6x19mm, przepływ 17ml/min?	Zgodnie z SWZ
3.	Pytanie 3, pakiet 1, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści kaniulę dla dzieci i noworodków 0,6x19mm (26G), innowacyjną, wykonaną z nowej generacji PUR (vialon), ze zdejmowanym uchwytem umożliwiającym zachowanie dotychczasowej techniki kaniulacji o przepływie 14ml/min?	Zgodnie z SWZ
4.	Zadanie 1, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej o poniższych rozmiarach i przepływach: 22 G- 0,9 x 25 , przepływ 33 ml/min 20 G – 1,1,x 32 przepływ 55 ml/min 18 G – 1,3 x 45, przepływ 85 ml/min 17 G – 1,4 x 45 , przepływ 140 ml/min 16 G – 1,8 x 45, przepływ 200 ml/min	Zgodnie z SWZ
5.	Zadanie 1, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej nie posiadającej silikonowej zastawki do wstrzyknięć?	Zgodnie z SWZ
6.	Zadanie 1, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli neonatologicznej:	Zgodnie z SWZ

	- standardowy cewnik Wykonany z PTFE, 2 paski RTG - Posiada dodatkowy zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia - Wyposażona w zastawkę antyzwrotną zatrzymującą wypływ krwi poza kaniulę , - Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zabezpieczają przed przesuwaniem i obracaniem - Igła silikonizowana, potrójnie ścięta z tylnym szlifem, wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie	
7.	Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?	Zgodnie z SWZ
8.	Pakiet 1 poz.1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?	Zgodnie z SWZ
9.	Pakiet 1 poz.2 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?	Tak
10.	Pakiet 1 poz.2 Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie bez portu 26G bez portu z igłą (mandryn) wykonaną ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut?	Zgodnie z SWZ
11.	Pakiet 1 poz.2 Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie bez portu 26G z cewnikiem kaniuli wykonanym z teflonu (FEP)?	Zgodnie z SWZ
12.	Pakiet 1 poz.3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?	Tak
13.	Dotyczy wzoru umowy § 6 Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, iż z dniem wprowadzenia systemu e-faktur jako obowiązującego standardu, faktura powinna być dostarczona wyłącznie przy użyciu KSeFu.	Zgodnie z SWZ
14.	Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 5 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację zapisu umowy dostawy: „W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej umowie dostawy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy”.	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy
15.	Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 1 pkt. A) Prosimy o naliczanie kary od wartości niezrealizowanej umowy.	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy

16.	Dotyczy wzoru umowy § 10 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy: „Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku ze zwłoką w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.”	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy
17.	Dotyczy Pakiet 1. Pozycja 1. 1.Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kaniule w rozmiarach 22G – 18G posiadały dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi)?	Zgodnie z SWZ
18.	Dotyczy Pakiet 1. Pozycja 1. 2.Czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty badań klinicznych potwierdzających wykonanie kaniuli w biokompatybilnego poliuretanu?	Zgodnie z SWZ
19.	Dotyczy Pakiet 1. Pozycja 1. 3. Czy Zamawiający dopuści kaniule z samodomykającym się portem do wstrzyknięć bez silikonowej zastawki?	Zgodnie z SWZ
20.	Dotyczy Pakiet 1. Pozycja 1. 4. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kaniule posiadały zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniącej personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachlapaniu krwią?	Zgodnie z SWZ
21.	Dotyczy Pakiet 1. Pozycja 1. 5. Czy Zamawiający dopuści kaniule w opakowaniu blister pack, pakowane po 50 szt?	Tak
22.	Dotyczy Pakiet 1. Pozycja 1. 6. Czy Zamawiający dopuści kaniule ze skrzydełkami bez możliwości przyszcicia oraz bez filtra hydrofobowego ?	Zgodnie z SWZ
23.	Dotyczy Pakiet 1. Pozycja 2. 1.Czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty badań klinicznych potwierdzających wykonanie kaniuli w biokompatybilnego poliuretanu?	Zgodnie z SWZ
24.	Dotyczy Pakiet 1. Pozycja 2 2. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kaniula posiadała dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi)?	Zgodnie z SWZ
25.	Dotyczy Pakiet 1. Pozycja 3. 1. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kaniule były wykonaw z PTFE, dostosowane do pracy ze wstrzykiwaczami automatycznymi ustawionymi na maksymalne ciśnienie 325 psi (2240 kPa)?	Zgodnie z SWZ
26.	Dotyczy Pakiet 1. Pozycja 3. 2. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kaniule posiadały dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do	Zgodnie z SWZ

	naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi)?	
27.	Dotyczy Pakiet 1. Pozycja 3. 3. Czy Zamawiający dopuści kaniule, które nie są wyposażone w paski kontrastujące w RTG?	Zgodnie z SWZ
28.	Dotyczy Pakiet 1. Pozycja 3. 4. Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie z zaworem iniekcyjnym z korkiem zamykanym manualnie, ze zintegrowanym koreczkiem luer-lock, ostry koniec kaniuli – ścięcie typu back-cut w rozmiarach: - 22G; 0,8 x 25mm, przepływ 31ml/min – niebieska - 20G 1,0 x 32mm, przepływ 54ml/min – różowa - 18G; 1,2 x 45mm, przepływ 80ml/min – zielona - 16G; 1,7 x 45mm, przepływ 180ml/min – szara - 14G; 2,0 x 45mm, przepływ 270ml/min – pomarańczowa	Zgodnie z SWZ

Paulina Witkowska
Referent
Sekcja ds. zamówień publicznych


DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa


Wiesław Babiżewski
koordynator
ds. zamówień publicznych