

Ciechanów dnia, 10.12.2025 r.

AT - ZP/2501/106/25

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Zakup sprzętu jednorazowego** ogłoszonego w dniu **21.11.2025** r. w **BZP**, nr ogłoszenia **2025/BZP 00547287** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1.	Pakiet 4 poz. 1 Z uwagi na wprowadzone zmiany w budowie nebulizatorów polepszające skuteczność działania, prosimy o dopuszczenie maski tlenowej z nebulizatorem 12ml i drenem, w jednym uniwersalnym dla dzieci rozmiarze maski twarzowej o wadze 17,65g +/- 1,5g z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ. Zaznaczamy iż Zamawiająca zna i z powodzeniem stosował proponowane rozwiązanie.	Zgodnie z SWZ
2.	Pakiet 4 poz. 2 Z uwagi na wprowadzone zmiany w budowie nebulizatorów polepszające skuteczność działania, prosimy o dopuszczenie maski tlenowej z nebulizatorem 12ml w jednym uniwersalnym dla dorosłych rozmiarze maski twarzowej z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ. Zaznaczamy iż Zamawiająca zna i z powodzeniem stosował proponowane rozwiązanie	Zgodnie z SWZ
3.	PAKIET 2, poz. 1 Czy Zamawiający dopuszcza: Aparat do przetoczeń z precyzyjną regulacją prędkości. Komora kroplowa z kroplomierzem 20 kropli/ mililitr. Odpowietrznik z filtrem. Regulator umiejscowiony na drenie. Regulator w kształcie beczki tj. cylindra z podwójną skalą regulacji. Regulacja dla płynów o różnej gęstości: 1 zakres 5-250 ml/h 10 %, 2 zakres 5-200 ml/h 40%. Zakończenie drenu końcówką Luer Lock z zatyczką. Dodatkowo na drenie zacisk. Aparat bez zawartości ftalanów.	Zgodnie z SWZ
4.	PAKIET 4, poz. 1-2 Czy Zamawiający wymaga maski tlenowej Z NEBULIZATOREM sterylnej w celu całkowitego wyeliminowania wszelkich form drobnoustrojów (bakterii, wirusów, grzybów, zarodników, pierwotniaków). Gdyż w mikrobiologicznie czystym liczba drobnoustrojów jest znacząco zredukowana, ale niekoniecznie do zera?	Zgodnie z SWZ
5.	PAKIET 7, poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuszcza kraniki z przedłużkami bez oznaczenia kierunków przepływu?	Zgodnie z SWZ
6.	PAKIET 7, poz. 1-3 Czy Zamawiający może uściślić czy wymaga po 50 szt. każdego kranika czy po 50 op.	Zgodnie z SWZ

	-a opakowanie to 50 sztuk?	
7.	Pakiet 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w wersji standardowej oraz pediatrycznej. Reszta parametrów zgodna z SWZ.	Zgodnie z SWZ
8.	Pakiet 4 Zamawiający w pakiecie 4 w bardzo szczegółowy sposób opisał maski tlenowe z nebulizatorem. Maski te są produkowane wg norm jakie muszą być spełnione, aby otrzymać Certyfikat Europejski. Mogą być wyprodukowane z materiałów nie zawierających DEHP lub mogą mieć różne pojemności nebulizatora. Nie spotykany jest tak szczegółowy opis masek z nebulizatorem. Prosimy o dopuszczenie masek tlenowych z nebulizatorem bez ftalanów o pojemności 6 ml lub 10 ml, sterylnych bez tak szczegółowej specyfikacji, ale wyprodukowanych wg norm. W razie odmowy, prosimy o wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, które mają spełniać maski tlenowe z nebulizatorem i przemawiających za preferowaniem wyłącznie danych technicznych w pakiecie 4 pozycja 1 i 2	Zgodnie z SWZ
9.	Pytanie nr 1 dot. Pak. nr 2 poz. 2: Prosimy o dopuszczenie przyrządu zgodnego z poniższym opisem? Przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu - dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami - kolec wykonany z ABS - hydrofobowy filtr powietrza zamykany niebieską kłapką - duża komora kroplowa z PVC (55 mm w części przezroczystej) - kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml - filtr płynu o wielkości oczek 15 µm - dren wykonany z PVC o długości 150 cm lub 200cm - przezroczysty łącznik stożkowy luer lock - oba końce przyrządu zabezpieczone ochronnymi osłonkami - niebieski przesuwany zacisk na drenie do zamknięcia infuzji - regulator przepływu w kształcie cylindra - 2 skale dla płynów o różnej gęstości: ➤ 1 zakres 5-250 ml/h - 10%, ➤ 2 zakres 5-200 ml/h - 40% - dodatkowy port do iniekcji typu Y - nie zawiera lateksu, niepirogenny, nietoksyczny - nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym) - sterylizowany tlenkiem etylenu - jednorazowego użytku Długość drenu: 150 cm lub 200 cm do wyboru przez Zamawiającego.	Zgodnie z SWZ
10.	Pytanie nr 2 dot. Pak. Nr 7 poz. 11-13: Czy Zamawiający miał na myśli opakowania zawierające po 50 szt. kraników?	Tak
11.	Pytanie nr 3 dot. Pak. Nr 7 poz. 11-13: Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Tak
12.	Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu z drenem z końcówkami donosowymi o stałym rozstawie?	Zgodnie z SWZ
13.	Pakiet 1 Czy Zamawiający oczekuje dostępności drenu o długości 1,5m, 2m, 3m i 5m oraz pediatryczny z drenem długości 2m?	Zgodnie z SWZ
14.	Pakiet 2 Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów o parametrach: • Dodatkowy, niezależny regulator przepływu z możliwością ustalenie dokładnego przepływu w zakresie 5-250ml/h (dla gęstości 10%) i 5-200 ml/h (dla gęstości 40%) przeznaczony do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych i lipidów • Regulator z wyraźnie zaznaczoną pozycją OPEN/OFF (dla wartości 0 ml) • Komora kroplowa wykonana z materiałów wolnych od DEHP • Ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami • Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną niebieską kłapką • Elastyczna komora kroplowa • Kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml • Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm • Uniwersalne zakończenie drenu luer-lock • Precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy	Zgodnie z SWZ

	- Miękki elastyczny dren wykonany z materiałów wolnych od DEHP - Długość drenu 150 cm - Pozbawiony w całości DEHP oraz lateksu - Sterylizowany tlenkiem etylenu - Pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze 360 sztuk - Opakowanie papier/folia - Na opakowaniu nadrukowana informacja o braku DEHP oraz zakresie regulacji?	
15.	Pakiet 3, poz. 1-2 Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową I-GEL - sterylna, jednorazowa, bez lateksu i PCV, posiadająca miękki żelowy mankiet uszczelniający bez konieczności pompowania, kanał gastryczny; anatomicznie wyprofilowany stabilizator położenia w jamie ustnej, zintegrowane zabezpieczenie przed przegryzieniem; dokładne oznaczenie rozmiaru na grzbiecie maski. Dostępne rozmiary: - nr 1 - noworodek 2-5 kg - kolor różowy - nr 1.5 - dzieci 5-12 kg - kolor niebieski - nr 2 - dzieci 10-25 kg - kolor szary - nr 2.5 - dzieci 25-35 kg - kolor biały - nr 3 - dorośli Small 30-60 kg - kolor żółty - nr 4 - dorośli Medium 50-90 kg - kolor zielony - nr 5 - dorośli Large 90+ kg - kolor pomarańczowy?	Zgodnie z SWZ
16.	Pakiet 4, poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną w całości z medycznego PCV, wagę maski 17g, z nebulizatorem o pojemności 6 ml i wadze 16g, ze standardowym pojemnikiem na lek, pozostałe parametry zgodne z SWZ? Zdjęcie poglądowe poniżej: 	Zgodnie z SWZ
17.	Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy
18.	Pakiet 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd posiadający wyłącznie właściwości: - wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie - dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolektor komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami - regulacja od 5 do 250 ml/h (granatowe cyfry na białym tle) dla lepkości poniżej 10% oraz regulacja od 5 do 200 ml/h (białe cyfry na granatowym tle) dla lepkości 10%-40% - możliwość całkowitego zamknięcia (OFF) i otwarcia (ON) przepływu - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) kłapką - komora kroplowa oraz dren wykonane z PCV bez zawartości ftalanów - kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml; - filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm - miękki i elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków - uniwersalne zakończenie luer-lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu - precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biopieczną i zaczep na dren do podwieszenia - oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami - jednorazowego użytku - niepirogenny, nietoksyczny - nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów	Zgodnie z SWZ

	▪ sterylizowany tlenkiem etylenu ▪ opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu ?	
19.	Pakiet 4, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści sterylne maski o wadze różnej w zależności od rozmiaru z lekkim nebulizatorem, pojemnik nebulizatora wykonany z przezroczystego, trwałego poliwęglanu z płaskim dnem, pakowane papier-folia?	Zgodnie z SWZ
20.	Pakiet 7, pozycja LP.12-13 Czy Zamawiający oczekuje wyceny za op = 1 sztuka czy za 50 sztuk jak w poz. LP.11 ?	Zamawiający oczekuje wyceny za 100 opakowań po 50 szt. w opakowaniu

Paulina Witkowska
 Referent
 Sekcja ds. zamówień publicznych

Wiesław Babiżewski
 koordynator
 ds. zamówień publicznych

DYREKTOR
 Andrzej Juliusz Kamasa