Ciechanów dnia, 11.12.2025 r.

AT - ZP/2501/86.1/25

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Sprzęt jednorazowy medyczny dla wszystkich oddziałów szpitalnych- powtórzenie** ogłoszonego w dniu **28.11.2025** r. w **BZP**, nr ogłoszenia **2025/BZP 00562119** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

<table>
<tr><th>Lp</th><th>Pytanie</th><th>Odpowiedź</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Pytanie nr 1 dot. Pak. nr 1 poz. 1:
Prosimy o dopuszczenie kaniul bezpiecznych zgodnych z poniższym opisem
Kaniula dożylna bezpieczna z portem i skrzydełkami, sterylna
- igła wykonana ze stali nierdzewnej
- osłona igły: polipropylen
- cewnik wykonany z odpornego na zginanie i biokompatybilnego poliuretanu PUR
- metalowy element zabezpieczający igłę po wyjęciu z cewnika
- wyposażona w skrzydełka i koreczek portu górnego, barwione kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- port górny umieszczony bezpośrednio nad skrzydełkami
- 6 linii RTG
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- filtr hydrofobowy
- okres trwałości 5 lat
- instrukcja użytkowania w opakowaniu pośrednim 50 szt
<table>
<tr><th colspan="2"></th><th colspan="3">Kaniula</th><th></th></tr>
<tr><th>Rozmiar (Gauge)</th><th>Kolor</th><th>Rozmiar (mm.)</th><th>Długość (mm.)</th><th>Przepływ (ml./min.)</th><th></th></tr>
<tr><td>14</td><td>Pomarańczowa</td><td>2.1</td><td>45</td><td>270</td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td>Szara</td><td>1.8</td><td>45</td><td>200</td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td>Biały</td><td>1,5</td><td>45</td><td>140</td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td>Zielona</td><td>1.3</td><td>45/32</td><td>85</td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td>Różowa</td><td>1.1</td><td>32/25</td><td>55</td><td></td></tr>
<tr><td>22</td><td>Niebieska</td><td>0.9</td><td>25</td><td>33</td><td></td></tr>
<tr><td>24</td><td>Żółta</td><td>0.7</td><td>19</td><td>18</td><td></td></tr>
</table></td><td>Zgodnie z SWZ</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Pytanie nr 1 dot. Pak. nr 1 poz.2:
Prosimy o dopuszczenie kaniul zgodnych z poniższym opisem
Kaniula dożylna bez portu, z osłoną skrzydełek, sterylna</td><td>Zgodnie z SWZ</td></tr>
</table>

- igła wykonana ze stali nierdzewnej
- osłona igły: polipropylen
- cewnik wykonany z poliuretanu PUR
- wyposażona w zdejmowalny uchwyt
- 6 linii RTG
- brak lateksu
- nie zawiera ftalanów
- zastawka antyzwrotna
- jałowa, okres trwałości 5 lat
- instrukcja użytkowania w opakowaniu pośrednim 50 szt.

		Kaniula			
Rozmiar (Gauge)	**Kolor**	**Rozmiar (mm.)**	**Długość (mm.)**	**Przepływ (ml./min.)**	
26	Fioletowa	0.6	19	10 ml	

3.

Pytanie nr 1 dot. Pak. nr 1 poz.3:

Prosimy o dopuszczenie kaniul zgodnych z poniższym opisem

Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami, sterylna

właściwości:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej
- osłona igły: polipropylen
- cewnik wykonany z teflonu PTFE
- wyposażona w skrzydełka
- wyposażona w koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- z portem bocznym
- 4 linie RTG
- brak lateksu
- nie zawiera ftalanów
- zastawka antyzwrotna
- jałowa, okres trwałości 5 lat
- instrukcja użytkowania w opakowaniu pośrednim 50 szt

		Kaniula			
Rozmiar (Gauge)	**Kolor**	**Rozmiar (mm.)**	**Długość (mm.)**	**Przepływ (ml./min.)**	
14	Pomarańczowa	2.1	45	270	
16	Szara	1.8	45	200	
17	Biała	1.5	45	140	
18	Zielona	1.3	45	85	
20	Różowa	1.1	32	55	
22	Niebieska	0.9	25	33	
24	Żółta	0.7	19	18	

Zgodnie z SWZ

Paulina Witkowska
Referent
Sekcja ds. zamówień publicznych

Wiesław Babiżewski
koordynator
ds. zamówień publicznych

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa