

Ciechanów dnia, 15.01.2026 r.

AT - ZP/2501/124/25

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa materiałów do przeprowadzenia hemodializ , a także wydzierżawienie aparatów do hemodializy i foteli dializacyjnych** ogłoszonego w dniu **24.12.2025** r. w DUUE, nr ogłoszenia **248/2025 860837-2025**. Dokumenty zamówienia opublikowane w portalu zakupowym <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1.	1. Wnosimy o zmianę zapisów dot, § 6 ust.8, ust.9, ust.10: 8.Wykonawca zapewni reakcję serwisu w ciągu 48 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia. Przez pojęcie „reakcji serwisu” rozumie się czynności podjęte przez Wykonawcę lub ustalenia dokonane przez niego z Zamawiającym określające sposób i termin przeprowadzenia naprawy. <u>Czas reakcji serwisowej rozumiany jest jako kontakt telefoniczny z użytkownikiem w celu określenia zakresu usterki i ustalenia dalszego toku postępowania (zdalna diagnostyka)</u> 9.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy Urządzenia do godz. 15:00, najpóźniej w piątym dniu roboczym, następującym po dacie zgłoszenia (telefonicznie lub e-mailem) przez Zamawiającego awarii. Czas naprawy do 5 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy. W przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych z zagranicy termin ten wynosi 10 dni roboczych. 10.Jeśli Urządzenie nie zostanie naprawione w terminie ustalonym w ust. 9, Strony ustalają uprawnienia Zamawiającego do wykonania następujących czynności: a. nałożenie na Wykonawcę kary umownej w wysokości 50,00 zł za każdą rozpoczętą 24 godzinną zwłokę w naprawie Urządzeń, ponad termin ustalony w ust. 10.	Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy
2.	Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1,: 1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów: A/ w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 umowy (bez dodatkowego wezwania ze skutkiem natychmiastowym), lub w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy lub odstąpienia od Umowy w całości lub części przez Wykonawcę – w wysokości 10 % Wartości brutto niezrealizowanej części Umowy. B/ w wysokości 0,5 % wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy jednostkowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; górną granicę kary umownej z tego tytułu stanowi 10% wartości netto niezrealizowanej dostawy;	Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy

	C/ w wysokości 0,5% wartości netto reklamowanego zwróconego przedmiotu umowy odpowiednio za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy; górną granicę kary umownej z tego tytułu stanowi 10% wartości netto reklamowanego przedmiotu umowy. D/ w przypadku odmowy realizacji zamówienia jednostkowego, o której mowa w § 3 ust. 1 sukcesywne dostawy niniejszej umowy - w wysokości 5 % wartości netto przedmiotu dostawy którego realizacji Wykonawca odmówił, za każdy taki przypadek;	
3.	Ad. 1 Dializatory niskoprzepływowe z błoną polietersulfonową o powierzchni 1,4 m ² (o klirensie dla mocznika = 252 ml/min, dla fosforanów = 227 ml/min, KUF = 21 ml/h x mmHg, przepływ krwi Qb=300, dializatu Qd 500) oraz 1,6 m ² (o klirensie dla mocznika = 260 ml/min, dla fosforanów = 239 ml/min, KUF = 23 ml/h x mmHg, przepływ krwi Qb=300, dializatu Qd 500.) sterylizowane promieniami gamma, zatyczki na wszystkich portach.	Zgodnie z SWZ
4.	Ad. 2 Dializatory niskoprzepływowe z błoną polietersulfonową o powierzchni 1,8 m ² (o klirensie dla mocznika = 267 ml/min, dla fosforanów = 249 ml/min, KUF = 26 ml/h x mmHg, przepływ krwi Qb=300, dializatu Qd 500.) oraz 2,0 m ² (o klirensie dla mocznika = 275 ml/min, dla fosforanów = 260 ml/min, KUF = 29 ml/h x mmHg, przepływ krwi Qb=300, dializatu Qd 500.) sterylizowane promieniami gamma, zatyczki na wszystkich portach.	Zgodnie z SWZ
5.	Ad. 3 Dializatory wysokoprzepływowe z błoną polietersulfonową o powierzchni 1,8m ² (o klirensie dla mocznika = 277 ml/min, dla fosforanów = 268 ml/min, KUF = 60 ml/h x mmHg, przepływ krwi Qb=300, dializatu Qd 500.) oraz 2,0 m ² (o klirensie dla mocznika = 281 ml/min, dla fosforanów = 280 ml/min, KUF = 66 ml/h x mmHg, przepływ krwi Qb=300, dializatu Qd 500.), oraz 2,2 m ² (o klirensie dla mocznika = 288 ml/min, dla fosforanów = 289 ml/min, KUF = 72 ml/h x mmHg, przepływ krwi Qb=300, dializatu Qd 500.), sterylizowane promieniami gamma, zatyczki na wszystkich portach.	Zgodnie z SWZ
6.	Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
7.	Pakiet 2 poz. 1 -3 Czy Zamawiający dopuści dializatory z błoną polietersulfonową (PES), sterylizowane radiacyjnie? Reszta zgodnie z SWZ.	Zgodnie z SWZ
8.	Pytanie do pakietu 2, podpunkty 1,2,3 - Czy zamawiający dopuści dializatory z błoną polisulfonową sterylizowane promieniami GAMMA? Pozostałe parametry bez zmian.	Zgodnie z SWZ

Paulina Witkowska
Referent
Sekcja ds. zamówień publicznych


DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa


Wiesław Babizewski
koordynator
ds. zamówień publicznych