

Ciechanów dnia, 27.01.2026 r.

AT - ZP/2501/106.1/25

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Zakup sprzętu jednorazowego-powtórzenie** ogłoszonego w dniu **12.01.2026** r. w **BZP**, nr ogłoszenia **2026/BZP 00021564** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1.	Pakiet 1 Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów o parametrach: • Dodatkowy, niezależny regulator przepływu z możliwością ustalenie dokładnego przepływu w zakresie 5-250ml/h (dla gęstości 10%) i 5-200 ml/h (dla gęstości 40%) przeznaczony do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych i lipidów • Regulator z wyraźnie zaznaczoną pozycją OPEN/OFF (dla wartości 0 ml) • Komora kroplowa wykonana z materiałów wolnych od DEHP • Ostry kołec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami • Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną niebieską klapką • Elastyczna komora kroplowa • Kropłomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml • Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm • Uniwersalne zakończenie drenu luer-lock • Precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy • Miękki elastyczny dren wykonany z materiałów wolnych od DEHP • Długość drenu 150 cm • Pozbawiony w całości DEHP oraz lateksu • Sterylizowany tlenkiem etylenu • Pakowany pojedynczo • Opakowanie papier/folia • Na opakowaniu nadrukowana informacja o braku DEHP oraz zakresie regulacji?	Zgodnie z SWZ
2.	Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną w całości z medycznego PCV, waga maski 17g, z nebulizatorem o pojemności 6 ml i wadze 16g, ze standardowym pojemnikiem na lek, pozostałe parametry zgodne z SWZ? Zdjęcie poglądowe poniżej: 	Zgodnie z SWZ

3.	Dotyczy wzoru umowy Pytanie 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisów §1B i 1C do 0,5%?	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
4.	Dotyczy pakiet 2 Czy w pakiecie 2 Zamawiający dopuści maski o następującej charakterystyce: Podpunkt 1. Zestaw do nebulizacji dla dzieci składający się z: nebulizatora o pojemności 10ml, wyskalowanego co 2ml, o przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek areozolu tworzącego cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,1 mikrona, działającego w pozycji pionowej i poziomej, oraz maski aerozolowej pozbawionej PCV i ftalanów do podawania tlenu o średniej koncentracji, posiadającej elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą, wyprofilowany zachyłek nosowy, dostępna w rozmiarze uniwersalnym dla dzieci, i drenu tlenowego, odłączalnego, przezroczystego, wielokanałowego, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika, długość 2,1 m, produkt jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo? Podpunkt 2. Zestaw do nebulizacji dla dorosłych składający się z: nebulizatora o pojemności 10ml, wyskalowanego co 2ml, o przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek areozolu tworzącego cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,1 mikrona, działającego w pozycji pionowej i poziomej, oraz maski aerozolowej pozbawionej PCV i ftalanów do podawania tlenu o średniej koncentracji, posiadającej elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą, wyprofilowany zachyłek nosowy, dostępna w rozmiarze uniwersalnym dla dorosłych, i drenu tlenowego, odłączalnego, przezroczystego, wielokanałowego, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika, długość 2,1 m, produkt jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo?	Zgodnie z SWZ
5.	Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
6.	Pakiet 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd posiadający wyłącznie właściwości: ▪ wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie ▪ dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kołec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami ▪ regulacja od 5 do 250 ml/h (granatowe cyfry na białym tle) dla lepkości poniżej 10% oraz regulacja od 5 do 200 ml/h (białe cyfry na granatowym tle) dla lepkości 10%-40% ▪ możliwość całkowitego zamknięcia (OFF) i otwarcia (ON) przepływu ▪ odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) kłapką ▪ komora kroplowa oraz dren wykonane z PCV bez zawartości ftalanów ▪ kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml; ▪ filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm ▪ miękki i elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków ▪ uniwersalne zakończenie luer-lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu ▪ precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biórczą i zaczep na dren do podwieszenia ▪ oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami ▪ jednorazowego użytku ▪ niepirogenny, nietoksyczny ▪ nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów ▪ sterylizowany tlenkiem etylenu ▪ opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu ?	Zgodnie z SWZ
7.	Pakiet 2 poz. 1 -2 Czy Zamawiający dopuści sterylne maski z nebulizatorem skalowanym co 1ml?	Zgodnie z SWZ
8.	Pakiet 2 poz. 1 -2 Czy Zamawiający dopuści maski z komorą nebulizatora wykonaną z PC, nakrętka PP , pakowane papier-folia?	Zgodnie z SWZ

9.	Pakiet 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści maski o wadze 15-19g?	Zgodnie z SWZ
10.	Pakiet 2 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści maski o wadze 22-27g?	Zgodnie z SWZ
11.	Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu dotyczącego terminu dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zapis: „Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”? Doktryna oraz judykatura przyjmują stanowisko, zgodnie z którym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (Wykonawcy). Powyższe wynika również z brzmienia art. 454 § 2 k.c. zgodnie z którym miejscem spełnienia świadczenia, jest miejsce siedziby przedsiębiorstwa wierzyciela. W związku z tym dopiero uzyskanie środków na rachunku wierzyciela może być uznane za spełnienie świadczenia, jako realne rozliczenie zobowiązania. Przyjęcie dnia obciążenia rachunku Zamawiającego jako dnia zapłaty prowadzi do sytuacji, w której Wykonawca nie otrzymawszy środków w terminie, znajduje się jednocześnie w sytuacji, w której świadczenie uznane jest za spełnione. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt III CZP 164/94, przepis art. 454 k.c. wprawdzie wprost reguluje problematykę miejsca wykonania zobowiązania, jednakże - co nie budzi wątpliwości - dotyczy także chwili spełnienia świadczenia. Skutkiem rozliczenia przeprowadzonego w formie bezgotówkowej jest obciążenie rachunku dłużnika oznaczoną w jego dyspozycji kwotą, a następnie uznanie - tą samą kwotą - rachunku wierzyciela. Ze względu na fakt, że uznanie polega na uczynieniu na rachunku wierzyciela stosownego wpisu po stronie credit ("ma"), wierzyciel z tą samą chwilą uzyskuje uprawnienie do swobodnego rozporządzania objętymi wpisem środkami pieniężnymi. W efekcie uznanie rachunku wierzyciela realizuje klasyczną konstrukcję zapłaty. Z tą chwilą następuje umorzenie (wygaśnięcie) zobowiązania - stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały. Tym samym wnosimy o dokonanie zmiany w treści wzoru umowy, zgodnie z powyższym pytaniem oraz zasadami regulowania zobowiązań wynikającymi z przepisów kodeksu cywilnego.	Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy
12.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień na produkty z ewentualnej umowy w ilości będącej najmniejszym lub wielokrotnością najmniejszego opakowania handlowego?	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
13.	W postanowieniach umowy zawarto zapis odnośnie kary za rozwiązanie/odstąpienie od umowy, która jest liczona od wartości całkowitej umowy. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów treści umowy na zapis, aby kara była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy. Jest to praktyka powszechnie stosowana w placówkach służby zdrowia. Zastosowanie pierwotnych postanowień umowy grozi przeniesieniem całkowitego ryzyka gospodarczego wyłącznie na Wykonawcę, co jest sprzeczne z orzecznictwem, które zobowiązuje Zamawiającego nie tylko do uwzględniania swojego interesu, a także interesów Wykonawcy.	Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy
14.	Pakiet 2 pozycja 1 i 2 Prosimy o dopuszczenie nebulizatorów o pojemności 6ml lub 10ml z maską w uniwersalnym rozmiarze	Zgodnie z SWZ

Paulina Witkowska
Referent
Sekcja ds. zamówień publicznych


DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa


Wiesław Babiżewski
koordynator
ds. zamówień publicznych