

Ciechanów dnia, 03.02.2026 r.

AT - ZP/2501/04/26

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Materiały jednorazowe dla Bloku Operacyjnego** ogłoszonego w dniu **23.01.2026** r. w **BZP**, nr ogłoszenia **2026/BZP 00063846** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1.	Dotyczy Pakietu poz. 5 Zwracamy się z pytaniem czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga 2 pasów w zestawie, o podanych przez Zamawiającego wymiarach: szer,10,2cm, dł. pierwszego -84cm, dł.drugiego-71cm. Pozostałe parametry bez zmian.	Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej i wymaga dwóch pasów w zestawie o wymiarach : szer,10,2cm, dł. pierwszego -84cm, dł.drugiego-71cm. Zamawiający prosi wykonawców o samodzielną modyfikację Załącznika nr 2 do SWZ zgodnie z wyjaśnieniem.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów informuje, że **zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 09.02.2026 r. godz. 10:00 i otwarcia 09.02.2026 r. godz. 10:30.**


DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa


REFERENT
Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Paulina Witkowska


Wiesław Babiżewski
koordynator
ds. zamówień publicznych