

Raport serwisowy numer: 30/1/01/2026
Wystawiono dnia: 30.01.2026

Zamawiający:

Nazwa: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie SPZOZ
Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów
Nip:

Dane aparatu:

Nazwa: Tomograf komputerowy GE
Model: Revolution Evo
Numer seryjny: CBDGG2000301HM
Rok produkcji: 2020

Opis zgłaszanej usterki problemu (zamawiający):

Diagnostyka aparatu

Opis wykonanych prac:

Wykonano diagnostykę aparatu.
Odczytano error logi aparatu.
Sprawdzono zabezpieczenia.
Wykonano pomiary elektryczne.
Stwierdzono konieczność naprawy układu wysokiego napięcia oraz ewentualna dalsza diagnostyka.
Aparat niesprawny.

Uwagi:

jak wyżej

Części użyte do przeglądu/naprawy/diagnostyki:

zgodnie z ofertą / umową

Podsumowanie:

Aparat: niesprawny

Raport wystawił:

Raport odebrał (podpis i pieczętka):

Dojazd: 2 x 100 km

Czas pracy: 5 h

