

Ciechanów dnia 06.08.2019 r.

AT - ZP/2501/71/19

**Uczestnicy postępowania**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Przebudowa Zakładu Patomorfologii” znak: ZP/2501/71/19

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania dotyczące treści siwz:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź						
1.	Czy Wykonawca dostarcza tylko urządzenia wykazane w załączniku nr 2a- wyposażenie- zakres: technologia medyczna? W kosztorysie elektrycznym jak również w załączniku nr 2a, nie występuje poz. lampy bakteriobójcze. Brak jest również zasilania i wyłączników do tych lamp. Kto dostarcza lampy bakteriobójcze, czy np. dygestorium?	wykonawca wycenia załącznik nr 2 technologia medyczna						
2.	Czy należy wycenić urządzenie UPS zgodnie z opisem projektu? Brak pozycji w przedmiarze.	pozycja w przedmiarze nr 15 (UPS) jest do wyceny przez wykonawcę						
3.	Proszę o uzupełnienie numeracji obwodów elektrycznych na schemacie rozdzielnic głównej (rys. E-07) zgodnie z rysunkiem instalacji oświetleniowej- E-03.	opublikowano poprawiony rzut instalacji oświetleniowej						
4.	Proszę o informację w jaki sposób należy uzupełnić kosztorys o dodatkowej pozycje, które nie zostały ujęte w załączonym przedmiarze, np. oprawa nr 6.	pozycje nie ujęte w przedmiarze należy doliczyć do ogólnej wartości przetargu.						
<i>Dotyczy załącznika: Projekt Budowlano-Wykonawczy architektura Rozdział XIII – wymagania techniczno-użytkowe dla medycznych urządzeń technologicznych mocowanych na stałe do stropu/ściany Pomieszczenie chłodni – hydrauliczny wózek podnośnikowy</i>								
5.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o długości 2400mm? Oferowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego w SIWZ, co pozostaje bez wpływu na użytkowanie wyrobu.	nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia						
6.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, który wyposażony jest w wagę, ale nie posiada funkcji przechyłu bocznego? Z przyczyn technologicznych wózek nie może być jednocześnie wyposażony w wagę oraz przechył boczny (brak możliwości korzystania z tej samej dodatkowej ramy). Biorąc pod uwagę, że Zamawiający wymaga stołów sekcyjnych z systemem rolowym, ta funkcja wózka jest niepotrzebna.	nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia						
7.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z zakresem regulacji 350-1900 mm? Oferowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego w SIWZ, co pozostaje bez wpływu na użytkowanie wyrobu	nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia						
<i>Dotyczy załącznika: Projekt Budowlano-Wykonawczy architektura Rozdział XIII – wymagania techniczno-użytkowe dla medycznych urządzeń technologicznych mocowanych na stałe do stropu/ściany Sala sekcyjna – sufitowa lampa operacyjna</i>								
8.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy spełniającej parametry zgodnie z SIWZ, z poniższymi alternatywnymi rozwiązaniami, które gwarantują dostarczenie wysokiej jakości lampy: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Montaż i demontaż przez personel medyczny jest bardzo łatwy i wymagający jedynie użycia prostego narzędzia jakim jest klucz imbusowy</td> </tr> <tr> <td>Regulacja pola 22-34 cm</td> </tr> <tr> <td>wgłębność oświetlenia 1100mm</td> </tr> <tr> <td>Czasza w kształcie koła o średnicy 60cm, wyposażona w 88 diod LED.</td> </tr> <tr> <td>Pobór mocy 100W</td> </tr> <tr> <td>IP=50</td> </tr> </table>	Montaż i demontaż przez personel medyczny jest bardzo łatwy i wymagający jedynie użycia prostego narzędzia jakim jest klucz imbusowy	Regulacja pola 22-34 cm	wgłębność oświetlenia 1100mm	Czasza w kształcie koła o średnicy 60cm, wyposażona w 88 diod LED.	Pobór mocy 100W	IP=50	nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia
Montaż i demontaż przez personel medyczny jest bardzo łatwy i wymagający jedynie użycia prostego narzędzia jakim jest klucz imbusowy								
Regulacja pola 22-34 cm								
wgłębność oświetlenia 1100mm								
Czasza w kształcie koła o średnicy 60cm, wyposażona w 88 diod LED.								
Pobór mocy 100W								
IP=50								
9.	Według modyfikacji SIWZ z dnia 24.07.2019 r. pkt. 1 opisu tymczasowego Zakładu Patomorfologii jest zapis, że w pomieszczeniu będzie znajdowała się komora chłodnicza na 12 ciał i stanowisko przygotowania zwłok. Czy w zakresie Wykonawcy jest montaż powyższego wyposażenia? Jeżeli tak to czy to wyposażenie ma być nowe, czy przeniesione z istniejącego Zakładu Patomorfologii?	Urządzenia do pomieszczeń tymczasowych wydawania zwłok np. szafy chłodnicze do ciał 12 stanowisk zakupuje i montuje wykonawca robót.						

Jednocześnie zamawiający informuje o wydłużeniu terminu na składanie ofert do dnia 14.08.2019 r. godz. 10:00. Otwarcie w tym samym dniu o godz. 10:30 w pok. nr 20.

Wiesław Babiżewski  
 Główny Specjalista  
 ds. Zamówień Publicznych

Z-ca DYREKTORA  
 ds. administracyjnych i technicznych  
*defen*  
 mgr Małgorzata Turowska

DYREKTOR  
*[Signature]*  
 Andrzej Kamasa