

Ciechanów dnia, 13.04.2026 r.

AT - ZP/2501/09/26

### Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Zakup sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia informatycznego** ogłoszonego w dniu **26.03.2026 r.** w **BZP**, nr ogłoszenia **2026/BZP 00172192** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp | Pytanie   | Odpowiedź  |
|----|---|--|
| 1. | dot. SWZ pkt VI oraz zał. 4 umowa §1 ust. 3<br>Zwracamy się z prośbą o odstąpienie do wymogu instalacji/montażu, uruchomienia i szkolenia w zakresie części 11, 19, 20, 25, 31, 32, ze względu na fakt iż przedmiot zamówienia jest we wskazanych częściach jest dostarczany złożony gotowy do użytku a jego obsługa ma charakter typowy  | Zamawiający wyraża zgodę na przedstawioną propozycję |
| 2. | dot. umowa § 8 ust.8<br>Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia sprzętu zamiennego na czas naprawy dla części 11, 19, 20, 25, 31, 32.<br>Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych.  | Zamawiający wyraża zgodę na przedstawioną propozycję |
| 3. | dot. umowa § 8 ust.26,27<br>Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie że w przypadku sprzętów, dla których producent nie przewidział konieczności wykonywania przeglądów, (część 11, 19, 20, 25, 31, 32) niniejsze nie będą wymagane.  | Zamawiający wyraża zgodę na przedstawioną propozycję |
| 4. | Pytanie nr 1 – Dotyczy pakietu nr 17<br>Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane monitory posiadały aktywne interfejsy komunikacyjne i licencje umożliwiające w przyszłości ich integrację z szpitalnym systemem informatycznym?   | Zgodnie z SWZ  |
| 5. | Pytanie nr 2 – Dotyczy pakietu nr 17<br>Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane monitory pracując w trybie kontroli wrywkowej (spot check) posiadały skonfigurowaną skalę wczesnego ostrzegania, np. NEWS2 ?  | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie          |
| 6. | Pytanie do części 26<br>Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania torby medycznej do wizyt domowych o poniższych parametrach<br><b>Zestaw dla pielęgniarki w formie poręcznego nesesera został przygotowany z myślą o ułatwieniu trudnej i odpowiedzialnej pracy pielęgniarki.</b><br>Zestaw umieszczono w torbie wykonanej z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. Zastosowanie materiału nowej generacji, o podwyższonej odporności na przetarcia i zabrudzenia, w powiązaniu z rozwiązaniami konstrukcyjnymi (odpinane przegrody), umożliwia łatwą dezynfekcję oraz pranie.<br>Parametry techniczne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary zewnętrzne szer/wys/głęb [mm.] - 250x500x270</li> <li>• Waga – 3 kg</li> <li>• Materiał – CORDURA [ZNP 111] – materiał wysokogatunkowy, bardzo mocny i odporny na otarcia.</li> <li>• Wykonany z poliamidu z odporną powłoką poliuretanową i apreturą teflonu</li> </ul> | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie          |

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• - 10 x bardziej wytrzymały niż tkaniny bawełniane</li><li>• - 3 x bardziej wytrzymały niż standardowa tkanina poliestrowa</li><li>• - 2 x bardziej wytrzymały niż standardowa tkanina nylonowa</li><li>• Kolor – czerwony</li><li>• Oznaczenia - krzyż św. Andrzeja, elementy odblaskowe</li></ul> Zastosowanie: <ul style="list-style-type: none"><li>• Iniekcja</li><li>• Przetaczanie płynów infuzyjnych</li><li>• Indywidualna ochrona pielęgniarce</li></ul> Rozwiązanie konstrukcyjne: <ul style="list-style-type: none"><li>• Cztery odpinane, niezależne przegrody</li><li>• Uchwyty do transportu w rękę i na ramieniu</li><li>• Uchwyty przy zamkach ułatwiające otwieranie i zamykanie</li></ul> |  |
|---|--|

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie informuje, że **zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 16.04.2026 r. godz. 10:00 i otwarcia 16.04.2026 r. godz. 10:30.**

  
DYREKTOR  
Andrzej Juliusz Kamasa

  
REFERENT  
Sekcja ds. Zamówień Publicznych  
Paulina Witkowska

  
Wiesław Babiżewski  
koordynator  
ds. zamówień publicznych