

Ciechanów dnia, 14.04.2026 r.

AT - ZP/2501/09/26

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Zakup sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia informatycznego** ogłoszonego w dniu **26.03.2026** r. w **BZP**, nr ogłoszenia **2026/BZP 00172192** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1.	Czy w Pakiecie 7 Zamawiający dopuści zaoferowania ciśnieniomierza o poniższych parametrach: naramienny ciśnieniomierz elektroniczny z automatycznym pompowaniem, umożliwiający pomiar ciśnienia i wykrywanie arytmii, uniwersalny mankiet 22-42 cm, podświetlany ekran LCD, uruchamianie przyciskiem START/STOP, zasilanie przez kabel (wtyczka USB-C) lub 4 baterie AAA 1,5V, pomiar metodą oscylometryczną, zakres pomiaru ciśnienia: 0-299 mmHg, zakres pomiaru pulsu: 40-199 uderzeń/min., tolerancja odczytu pulsu: +/-5%, tolerancja ciśnienia statycznego: +/- 3mmHg, rozdzielczość 1 mmHg, wskaźnik WHO z podświetleniem LED, automatyczne wyłączenie po 3 min bezczynności, waga 230g, pamięć 60 ostatnich wyników pomiarów dla 2 osób, urządzenie spełnia wymagania normy IEC 80601-2-30, Część 2?	Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 7 oferowane parametry


DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa


REFERENT
Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Paulina Witkowska


Wiesław Babizewski
koordynator
ds. zamówień publicznych