



Ciechanów dnia 18.05.2026 r.

ZP/2501/36/26

Uczestnicy postępowania

Postępowanie: „Zakup aparatu RTG z ramieniem C z wyposażeniem dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedzi Zamawiającego
W załączniku 2 – formularz ofertowy techniczny:		
1.	Czy w Związku z wymogami opisanymi w pkt. XI.1, XI.2 i XI.3 związanymi z kwestiami środowiskowymi, Zamawiający wymaga aby aparat z ramieniem C posiadał EkoPaszport?	Zamawiający nie stawia takiego wymagania.
2.	Dotyczy pkt. XI.13 Czy Zamawiający Jeżeli tak, to prosimy o podanie wymaganej liczby okularów i czy mają być one uniwersalne czy spersonalizowane - uwzględniając wadę wzroku?	Tak. Zamawiający wymaga dostarczenia okularów ochronnych RTG? Aktualizacja załącznika nr 2 do SWZ została opublikowana w dniu 18.05.2026 r.

W związku z modyfikacją treści SWZ Zamawiający wydłuża następujące terminy:

1. Składania ofert do godz. 10:00 w dniu 21.05.2026 r.
2. Otwarcia ofert: godz. 10:30 w dniu 21.05.2026 r.
3. Związania ofertą do dnia 18.08.2026 r.

Wiesław Babizewski
kierownik
ds. zamówień publicznych