



Ciechanów dnia 21.05.2026 r.

ZP/2501/36/26

Uczestnicy postępowania

Postępowanie: „Zakup aparatu RTG z ramieniem C z wyposażeniem dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie dokonuje niniejszym korekty treści formularza ofertowego technicznego w części II. Generator:

Jest:

1.	Moc generatora RTG – min. 25 kW	Tak, podać	Bez punktacji	
2.	Generator w technice HF – min. 40 kHz	Tak, podać	Bez punktacji	
3.	Tryby pracy: <ul style="list-style-type: none">• Fluoroscopia pulsacyjna• Ekspozycja• Pojedyncze zdjęcie (Single shot)	Tak, podać	Bez punktacji	
4.	Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii – min. 120 kV / 120 kV	Tak, podać	Bez punktacji	
5.	Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej – min. 100 mA	Tak, podać	≥ 30 kW – 10 pkt < 30 kW – 0 pkt	

Powinno być:

1.	Moc generatora RTG – min. 25 kW	Tak, podać	≥ 30 kW – 10 pkt < 30 kW – 0 pkt	
2.	Generator w technice HF – min. 40 kHz	Tak, podać	Bez punktacji	
3.	Tryby pracy: <ul style="list-style-type: none">• Fluoroscopia pulsacyjna• Ekspozycja• Pojedyncze zdjęcie (Single shot)	Tak, podać	Bez punktacji	
4.	Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii – min. 120 kV / 120 kV	Tak, podać	Bez punktacji	
5.	Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej – min. 100 mA	Tak, podać	Bez punktacji	

W związku z modyfikacją treści SWZ Zamawiający wydłuża następujące terminy:

1. Składania ofert do godz. 10:00 w dniu 25.05.2026 r.
2. Otwarcia ofert: godz. 10:30 w dniu 25.05.2026 r.
3. Związania ofertą do dnia 22.08.2026 r.

Wiesław Babiński
kierownik
ds. zamówień publicznych