

Ciechanów dnia 25.06.2026 r.

AT - ZP/2505/67/26

Uczestnicy postępowania
dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na **DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO KOMPATYBILNEGO Z APARATURĄ BĘDĄCĄ NA WYPOSAŻENIU BLOKU OPERACYJNEGO**
zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści zaproszenia:

Lp.	pytanie	odpowieź
1.	Z uwagi na różnorodność produktów w Pakiecie nr 1 prosimy o wydzielenie poz. 8, 9 i 10 do osobnej części. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
2.	Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania w postępowaniu jedynie produktów wskazanych w instrukcji obsługi aparatów do koagulacji Emed lub innych dokumentach producenta aparatów, pod warunkiem potwierdzenia kompatybilności zaoferowanych rozwiązań przez producenta.	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
	Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie elektrod o następujących parametrach: Elektrody powrotne bez kabla, dla dorosłych i dzieci, dzielone, hydrożelowe, na podłożu z pianki PE, rozmiar 157 x 113 mm, powierzchnia przewodząca 107 cm², powierzchnia całkowita 177 cm², impedancja <2 Ohm przy 500 kHz, maksymalna temperatura <3,5 C°@ 700 mA, współpraca z systemem kontroli przylegania, z orientacją kierunkową do pola operacyjnego (dłuższy bok prostopadle do pola operacyjnego), każda elektroda zapakowana indywidualnie z etykietą do wklejania do protokołu pacjenta, opakowanie zbiorcze 100szt, przedstawiona na grafice poniżej: 	Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych parametrów
	Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie kabla z wtykiem 6,35mm:	Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych parametrów
	Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie uchwytu wielorazowego z kablem 5m, przeznaczonego do 300 cykli sterylizacji.	Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych parametrów


 DYREKTOR
 Andrzej Juliusz Kamasa


 REFERENT
 Sekcja ds. Zamówień Publicznych
 Paulina Witkowska


 Wiesław Babiński
 koordynator
 ds. zamówień publicznych