

Ciechanów dnia 26.06.2026 r.

ZP/2501/53/26

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. – **Wszczepy wykorzystywane w zabiegach artroskopowych oraz medycynie sportowej** ogłoszonego w dniu **28.05.2026** r. w **DUUE**, nr ogłoszenia **101/2026 364039-2026**.
Dokumenty zamówienia opublikowane w portalu zakupowym <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1.	<p>Dotyczy Pakietu 1 – materiały medyczne</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie formy udostępnienia instrumentarium w trakcie realizacji umowy? Taki zapis pozwala na dostosowanie ilości i rodzaju zdeponowanych i wypożyczanych zestawów do potrzeb zabiegowych jednostki. Wprowadzenie takiego rozwiązania zapewni Zamawiającemu stały dostęp do odpowiednich zestawów, zwiększy bezpieczeństwo i efektywność realizowanych procedur medycznych, a jednocześnie wyeliminuje konieczność utrzymywania przez Zamawiającego nadmiarowego instrumentarium w komisie.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza możliwość organizacyjnego dostosowania formy udostępnienia instrumentarium w trakcie realizacji umowy, w szczególności poprzez odpowiednie dostosowanie liczby i rodzaju zestawów zdeponowanych albo udostępnianych czasowo, stosownie do bieżących potrzeb zabiegowych Zamawiającego.</p> <p>Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że powyższe dopuszczenie ma charakter wyłącznie organizacyjny i nie może prowadzić do zmiany zaoferowanego asortymentu, zmiany cen jednostkowych, ograniczenia dostępności wymaganych wyrobów, przerwania ciągłości realizacji umowy ani przeniesienia na Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.</p> <p>Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu dostęp do instrumentarium niezbędnego do prawidłowego użycia zaoferowanych wyrobów, w zakresie wynikającym z dokumentów zamówienia, oferty oraz bieżących potrzeb Zamawiającego.</p> <p>Szczegółowy sposób organizacyjnego udostępniania instrumentarium będzie uzgadniany z docelowym użytkownikiem po zawarciu umowy, z zachowaniem zasad określonych w umowie oraz bez zmiany istotnych warunków zamówienia.</p>
2.	<p>Dotyczy Pakietu 1 – materiały medyczne</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na utworzenie depozytu, którego ostateczny kształt i zakres zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie po zawarciu umowy szczegółowego, początkowego składu ilościowo-asortymentowego depozytu, w porozumieniu z docelowym użytkownikiem.</p> <p>Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że ustalenie to</p>

	użytkownikiem?	<p>może dotyczyć wyłącznie towarów objętych ofertą Wykonawcy i wskazanych w załączniku nr 2 do SWZ / załączniku nr 1 do Umowy, z zachowaniem cen jednostkowych wynikających z oferty oraz pozostałych postanowień umowy. Ustalenie składu depozytu po zawarciu umowy nie może prowadzić do zmiany zaoferowanego asortymentu, zmiany cen, rozszerzenia przedmiotu zamówienia ani zastąpienia produktów zaoferowanych innymi produktami.</p> <p>Przekazanie pierwszego depozytu nastąpi w terminie i na zasadach określonych w projekcie umowy, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego albo dokumentu WZ zaakceptowanego przez Zamawiającego, zawierającego co najmniej nazwę produktu, numer katalogowy, ilość oraz dane pozwalające na identyfikację przekazanego asortymentu.</p>
3.	<p>Dotyczy załącznika nr 2- formularz cenowy</p> <p>Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 1 oczekuje wyceny - 2 sztuk czy 2 opakowań – Produkt jest pakowany zbiorczo po 5 szt.?</p>	<p>Zamawiający oczekuje wyceny 2 opakowań produktu.</p>
4.	<p>Dotyczy załącznika nr 2- formularz cenowy</p> <p>Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 1 pozycja 28 produkt o następujących parametrach:</p> <p>Implant wchłaniający wykonany z biokompozytu. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 4,75mm i długości 14mm. Wkręt z trzema nićmi niewchłaniającymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny.</p>	<p>Tak zamawiający dopuści do oceny produkt o podanych parametrach.</p>
5.	<p>Dotyczy załącznika nr 2- formularz cenowy</p> <p>Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 1 pozycja 70 produkt o następujących parametrach:</p> <p>Jednorazowy zestaw do sterylnego transferu autologicznego przeszczepu chrzestno-kostnego, dostępny w 3 średnicach 6mm, 8mm oraz 10mm. Zestaw składa się z - Podbieraka z wycechowaną głębokością pobranego przeszczepu od 0 do 20mm ze skokiem co 1mm, podłużne nacięcie pozwala na sprawdzenie jakości i kontrole</p>	<p>Tak zamawiający dopuści do oceny produkt o podanych parametrach.</p>

	<p>pobranego kołka- Narzędzia do wykonania otworu w miejscu uszkodzenia z wycechowaną długością 10mm, 15mm, 20mm - Przezroczystej osłonki do właczania przeszczepu oraz kontrolowania go w czasie implantacji- Metalowej miarki spełniającej także funkcje rozbijaka kanału- Plastikowego wygładzacza powierzchni po implantacji</p>	
6.	<p>Dotyczy załącznika nr 2- formularz cenowy Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej w Pakiecie 1 poz. 100 w zakresie zapisu „Jednorazowy bezwężłowy set do naprawy Ac Joint. Stylem złożony z kaniulowanego wiertła do wywiercenia otworów w kości o szerokości 3mm. Kaniulowanego wiertła 5,1mm z ograniczeniem głębokości wiercenia pod guzik w obojczyku. Nitynowego podajnika, guzika w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami, po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni wyrostka kruczego oraz bezwężłowego systemu do blokowania uszkodzenia.” i czy Zamawiający miał na myśli: „Jednorazowy bezwężłowy set do naprawy Ac Joint. System złożony z kaniulowanego wiertła do wywiercenia otworów w kości o szerokości 3mm. Kaniulowanego wiertła 5,1mm z ograniczeniem głębokości wiercenia pod guzik w obojczyku. Nitynowego podajnika, guzika w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami, po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni wyrostka kruczego oraz bezwężłowego systemu do blokowania uszkodzenia.”?</p>	<p>Tak w załączniku doszło do omyłki pisarskiej.</p>
7.	<p>Dotyczy załącznika nr 2- formularz cenowy Prosimy wyjaśnienia czy Zamawiający przez „Indeks produktów u dostawcy” ma na myśli numer katalogowy? Jeżeli nie, prosimy o dopuszczenie wpisania numeru katalogowego w w/w kolumnie formularza cenowego</p>	<p>Tak, Zamawiający wyjaśnia, że przez „Indeks produktów u dostawcy” należy rozumieć numer katalogowy produktu albo inne jednoznaczne oznaczenie handlowo-katalogowe pozwalające zidentyfikować oferowany wyrób.</p>
8.	<p>Dotyczy załącznika nr 2- formularz cenowy oraz rozdział XIV SWZ - Opis sposobu przygotowywania oferty Czy Zamawiający dopuści możliwość wpisania większej liczby znaków w kolumnie 5 – „Indeks produktów u dostawcy” oraz w kolumnie 6 – „Nazwa</p>	<p>Zamawiający dopuszcza podanie w kolumnach 5 i 6 skróconych numerów katalogowych i nazw produktów, pod warunkiem złożenia wraz z ofertą dodatkowego załącznika zawierającego pełny wykaz numerów katalogowych/nazw oraz ich jednoznaczne</p>

	<p>produktów u dostawcy”?</p> <p>Powyższa prośba wynika z faktu, iż oferowane produkty występują w wielu wariantach rozmiarowych, a każdy wariant posiada odrębny numer katalogowy, co znacząco zwiększa liczbę znaków koniecznych do ujęcia w ww. kolumnach. Nazwy produktów też są często dłuższe niż 120 znaków.</p> <p>W przypadku braku zgody na rozszerzenie limitu znaków, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści podanie w powyższych kolumnach skróconych numerów katalogowych i nazw, przy jednoczesnym przedstawieniu pełnego wykazu numerów katalogowych/ nazw w formie dodatkowego załącznika do oferty</p>	<p>przyporządkowanie do odpowiednich pozycji formularza ofertowego cenowego.</p>
9.	<p>Dotyczy rozdział XIV SWZ - Opis sposobu przygotowywania oferty</p> <p>Prosimy o wyjaśnienie czy poprzez sformułowanie „Dostosowanie się do tego wymogu nie spowoduje odrzucenia oferty” odnoszącego się do określonej liczby znaków, Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli ilość znaków zostanie przekroczona?</p> <p>Jeżeli tak, prosimy o odstąpienie od powyższego zapisu z uwagi na to, że limit znaków ma charakter wyłącznie techniczny i formalny, a jego przekroczenie nie wpływa na treść merytoryczną oferty ani możliwość jej oceny. W naszej ocenie ewentualne odrzucenie oferty wyłącznie z powodu przekroczenia liczby znaków mogłoby prowadzić do nadmiernego formalizmu oraz ograniczenia konkurencji, zwłaszcza gdy przedstawione informacje pozostają istotne dla prawidłowej oceny oferty.</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, że samo przekroczenie wskazanej liczby znaków w kolumnach 5 i 6 formularza nie będzie stanowiło samodzielnej podstawy odrzucenia oferty, jeżeli z treści oferty i ewentualnego dodatkowego załącznika będzie możliwe jednoznaczne zidentyfikowanie oferowanego asortymentu oraz ocena zgodności oferty z wymaganiami SWZ.</p>
10.	<p>.Dotyczy rozdziału V SWZ - Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych</p> <p>Czy Zamawiający dopuści złożenie wraz z ofertą katalogów produktowych wytworzonych przez autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzających parametry oferowanych wyrobów?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza złożenie katalogów produktowych wytworzonych przez autoryzowanego dystrybutora producenta, pod warunkiem że dokumenty te jednoznacznie potwierdzają spełnianie wymagań określonych w SWZ i załączniku nr 2 oraz umożliwiają Zamawiającemu weryfikację parametrów oferowanych wyrobów. Zamawiający zastrzega możliwość żądania wyjaśnień lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych na zasadach określonych w art. 107 ust. 2 Pzp.</p>
11.	<p>Dotyczy §3 ust 1 projektu umowy</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem aplikacji MARS dostępnej dla Zamawiającego? Aplikacja jest dostępna online i nie wymaga dodatkowej instalacji. Taka forma składania zamówień ułatwia cały proces zamawiania i pozwala Zamawiającemu na sprawdzenie statusu złożonego zamówienia. Dodatkowo Zamawiający z poziomu aplikacji ma pełny dostęp i podgląd</p>	<p>Zamawiający dopuszcza składanie zamówień za pośrednictwem autoryzowanego systemu elektronicznego Wykonawcy, w tym aplikacji MARS, na zasadach określonych w § 3 ust. 1–2 projektu umowy, pod warunkiem że korzystanie z tego systemu nie będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami po stronie Zamawiającego, nie będzie wymagało instalacji dodatkowego oprogramowania oraz nie wyłączy możliwości składania zamówień pocztą elektroniczną.</p>

	na cały asortyment znajdujący się w portfolio Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje przeszkolenie wskazanego pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi aplikacji MARS.	
12.	12. Dotyczy §3 ust 20.1 projektu umowy Czy Zamawiający w zamian za protokół przekazania dopuści możliwość przedłożenia dokumentu WZ zawierającego numery katalogowe, numery seryjne oraz nazwę produktu jako potwierdzenie utworzenia depozytu?	Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania dokumentu WZ jako dokumentu potwierdzającego przekazanie depozytu, pod warunkiem że dokument ten zostanie zaakceptowany/podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego przyjmującego depozyt oraz będzie zawierał dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację przekazanego asortymentu, w szczególności: nazwę produktu, numer katalogowy, numer serii/lot lub inny numer identyfikacyjny, ilość, datę ważności — jeżeli dotyczy, datę przekazania oraz oznaczenie miejsca przekazania depozytu. Zamawiający wyjaśnia, że jednostronny dokument WZ wystawiony wyłącznie przez Wykonawcę, bez potwierdzenia przyjęcia przez Zamawiającego, nie będzie uznawany za skuteczne potwierdzenie utworzenia depozytu. Dokument WZ może zastąpić protokół zdawczo-odbiorczy wyłącznie wtedy, gdy zawiera powyższe dane i potwierdza zarówno wydanie depozytu przez Wykonawcę, jak i jego przyjęcie przez Zamawiającego.
13.	Dotyczy §4 ust 4 projektu umowy Czy Zamawiający w zamian za protokół przekazania dopuści możliwość przedłożenia dokumentu WZ zawierającego numery katalogowe, numery seryjne oraz nazwę produktu jako potwierdzenie utworzenia depozytu? Prosimy o wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji do 30 dni roboczych, gdyż jej zasadność wymaga uprzedniego zbadania zwróconego towaru oraz przeprowadzenia czasochłonnych procedur, przy czym reklamowany produkt będzie uzupełniany w terminie do 5 dni niezależnie od trwającego postępowania reklamacyjnego. Pozostawienie krótszego terminu skutkowałoby zapisem o znamionach świadczenia niemożliwego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.	W zakresie dokumentu WZ Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 12. W zakresie terminu rozpatrzenia reklamacji Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu do 30 dni roboczych. Zamawiający podtrzymuje termin określony w § 4 ust. 4 projektu umowy. Termin ten jest uzasadniony charakterem dostaw oraz potrzebą zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych.

Działając w oparciu o art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z póź. zm.) zamawiający wydłuża następujące terminy:

1. składania ofert: z dnia 01.07.2026 r. godz. 10:00 na 09.07.2026 r. godz. 10:00
2. otwarcia ofert: z dnia 01.07.2026 r. godz. 10:00 na 09.07.2026 r. godz. 10:30
3. związania ofertą: do dnia 07.10.2026 r.


DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa


REFERENT
Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Paulina Witkowska


Wiesław Babiżewski
koordynator
ds. zamówień publicznych