

Ciechanów dnia 26.06.2026 r.

ZP/2501/50/26

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. – **Zabezpieczenie wszczepów wykorzystywanych w protezoplastyce stawu biodrowego i kolanowego** ogłoszonego w dniu **28.05.2026** r. w DUUE, nr ogłoszenia **101/2026 366292-2026**.
 Dokumenty zamówienia opublikowane w portalu zakupowym <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1.	<p>Dotyczy: Załącznik Nr 2 do SWZ (P1) wszczepy wykorzystywane w protezoplastyce stawu kolanowego</p> <p>Pytanie 1</p> <p>Czy w pozycji 17 oraz 20 nie doszło do pomyłki pisarskiej?</p> <p>Zamawiający podał: „Komponent udowy PS antyalergiczny anatomiczny (prawy i lewy) ze stopu CoCr w minimum 8 rozmiarach, cementowany, tylnoreferencyjny, zapewniający dodatkową stabilizację tylną, o pojedynczym promieniu w zakresie -20 do +90° dla zapewnienia maksymalnej stabilności, z odchyleniem kołnierza przedniego 5° ułatwiającym dobór optymalnego rozmiaru, z szerokim kątem Q oraz głęboką bruzdą rzepki dla uniknięcia zwichnięcia rzepki oraz zapewnienia jej ciągłej stabilizacji. Zachowująca strukturę kostną – cięcie dystalne i tylne tylko 9 mm.”</p> <p>Prawidłowy opis komponentu: “Komponent udowy PS anatomiczny (prawy i lewy) ze stopu CoCr w minimum 8 rozmiarach, cementowany, tylnoreferencyjny, zapewniający dodatkową stabilizację tylną, o pojedynczym promieniu w zakresie -20 do +90° dla zapewnienia maksymalnej stabilności, z odchyleniem kołnierza przedniego 5° ułatwiającym dobór optymalnego rozmiaru, z szerokim kątem Q oraz głęboką bruzdą rzepki dla uniknięcia zwichnięcia rzepki oraz zapewnienia jej ciągłej stabilizacji. Zachowująca strukturę kostną – cięcie dystalne i tylne tylko 9 mm”</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że jest to pomyłka pisarska</p>

Działając w oparciu o art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z póź. zm.) zamawiający wydłuża następujące terminy:

1. składania ofert: z dnia 30.06.2026 r. godz. 10: 00 na 09.07.2026 r. godz. 10:00
2. otwarcia ofert: z dnia 30.06.2026 r. godz. 10: 00 na 09.07.2026 r. godz. 10:30
3. związania ofertą: do dnia 07.10.2026 r.

REFERENT
 Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Paulina Witkowska

Wiesław Babizewski
 koordynator
 ds. zamówień publicznych

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa