



ZP/2501/70/26

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(S W Z)**

ZAMAWIAJĄCY:

SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI w CIECHANOWIE

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

06-400 Ciechanów

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Naprawa rezonansu magnetycznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie

Postępowanie ogłoszone w BZP: Ogłoszenie nr 2026/BZP 00306671/01 z dnia 2026-06-24

Dokumenty zamówienia opublikowane w portalu zakupowym zamawiającego

<https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl/>

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji

Ciechanów, 24.06.2026 r.

Aktualizacja z dnia 30.06.2026 r.


DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa


Wiesław Babiński
koordynator
ds. zamówień publicznych

SPIS TREŚCI

Kliknięcie pozycji spisu treści przenosi do właściwego działu dokumentu.

- I. Nazwa oraz adres zamawiającego
- II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
- III. Tryb udzielenia zamówienia
- IV. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji
- V. Opis przedmiotu zamówienia
- VI. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
- VII. Termin wykonania zamówienia
- VIII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
- IX. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
- X. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp
- XI. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami
- XII. Termin związania ofertą
- XIII. Opis sposobu przygotowania oferty
- XIV. Sposób oraz termin składania oferty
- XV. Termin otwarcia ofert
- XVI. Podstawy wykluczenia
- XVII. Sposób obliczenia ceny
- XVIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert
- XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
- XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
- XXI. Wykaz załączników do SWZ

I. Nazwa oraz adres zamawiającego

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2,
06-400 Ciechanów
Sekretariat - tel. 23 / 672 31 27, fax 672 27 64
Portal zamówień publicznych - <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>
Sekcja ds. zamówień publicznych – zp1@szpitalciechanow.com.pl

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

- 1) Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane w portalu zakupowym zamawiającego <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>.
- 2) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
 - a) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
 - b) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 2.1, termin składania ofert zostanie wydłużony o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
 - c) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 2.1, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
- 3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 4) Jeśli z treści wyjaśnień udzielonych przez zamawiającego wynikać będą modyfikacje SWZ, w tym w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia lub projekcie umowy, należy te modyfikacje uwzględnić w składanej ofercie.

III. Tryb udzielenia zamówienia

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej także Pzp.
- 2) Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany bez przeprowadzenia negocjacji.
- 3) W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej także SWZ, zastosowanie mają przepisy Pzp.
- 4) Wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, w rozumieniu art. 3 Pzp.
- 5) Zamówienie ma charakter usługi naprawy aparatury medycznej, obejmującej diagnostykę serwisową, czynności naprawcze, dostawę i montaż wzmacniacza RF oraz, w przypadkach określonych w SWZ, dostawę i montaż dodatkowych części niezbędnych do przywrócenia sprawności urządzenia.

IV. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

V. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiotem zamówienia jest naprawa rezonansu magnetycznego 1,5T SIGNA ARTIST FLO IPM, nr systemu PL1584MR02, nr seryjny PG45S2100197SC, obejmująca diagnostykę serwisową, sporządzenie raportu diagnostycznego, usunięcie usterki toru RF, wymianę wzmacniacza RF, wykonanie czynności serwisowych, konfiguracyjnych, kalibracyjnych i testowych oraz przywrócenie sprawności diagnostycznej urządzenia w zakresie wynikającym z zatwierdzonego przez Zamawiającego zakresu naprawy.
- 2) Wstępnie rozpoznana usterka dotyczy toru RF / wzmacniacza RF. Raporty serwisowe stanowią materiał techniczny opisujący rozpoznany kierunek naprawy i nie wyłączają możliwości ujawnienia w toku realizacji zamówienia innych uszkodzeń systemu, których usunięcie będzie niezbędne do przywrócenia sprawności urządzenia.
- 3) Zakres podstawowy zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie diagnostyki systemu na miejscu instalacji urządzenia, sporządzenie raportu diagnostycznego, dostawę, demontaż uszkodzonego elementu oraz montaż wzmacniacza RF, konfigurację albo rekonfigurację systemu i jego modułów, kalibrację toru RF, testy funkcjonalne, testy bezpieczeństwa, testy startowe i autodiagnostykę, uruchomienie urządzenia, sporządzenie

- dokumentacji serwisowej, raportu końcowego, protokołu wymiany, protokołu testów, protokołu kalibracji oraz dokonanie wpisu do paszportu technicznego urządzenia.
- 4) Zamawiający dopuszcza zastosowanie wzmacniacza RF fabrycznie nowego albo rekondycjonowanego, pod warunkiem że część ta została wskazana albo dopuszczona przez producenta rezonansu magnetycznego, autoryzowany serwis producenta albo oficjalny kanał serwisowy producenta jako część przeznaczona do zastosowania w systemie MRI Zamawiającego, z uwzględnieniem jego modelu, numeru systemu, numeru seryjnego i konfiguracji technicznej.
 - 5) Przez część rekondycjonowaną Zamawiający rozumie część oryginalną, przywróconą do sprawności technicznej przez producenta, autoryzowany serwis producenta albo oficjalny kanał serwisowy producenta, sprawdzoną, przetestowaną i dopuszczoną do ponownego zastosowania w systemie MRI Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza części używanych w stanie niezwyfikowanym, części pochodzących z nieudokumentowanego demontażu ani części, których pochodzenia, stanu technicznego i dopuszczenia do zastosowania w urządzeniu Zamawiającego nie można jednoznacznie potwierdzić.
 - 6) Cena ofertowa obejmuje całość kosztów wykonania zakresu podstawowego zamówienia, w tym diagnostykę, robociznę, dojazd, transport, logistykę, demontaż, montaż, konfigurację, kalibrację, testy, dokumentację, wpis do paszportu technicznego oraz koszt wzmacniacza RF zaoferowanego przez wykonawcę.
 - 7) Cena ofertowa obejmuje również robociznę oraz czynności serwisowe konieczne do wymiany dodatkowych części ujawnionych w toku realizacji zamówienia, jeżeli Zamawiający zatwierdzi ich wymianę zgodnie z procedurą określoną w OPZ i projekcie umowy.
 - 8) Poza ceną ofertową mogą zostać rozliczone wyłącznie koszty zakupu dodatkowych części innych niż zaoferowany wzmacniacz RF, których konieczność zastosowania ujawniła się w trakcie realizacji zamówienia i których wymiana została uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego. Rozliczenie takich części nastąpi wyłącznie do wysokości udokumentowanego kosztu ich nabycia, bez marży, narzutu, opłat manipulacyjnych ani dodatkowego wynagrodzenia wykonawcy, w ramach maksymalnego limitu określonego w umowie.
 - 9) Zamawiający przewiduje maksymalny limit wynagrodzenia za dodatkowe części, o których mowa w pkt 8, w wysokości 50 000,00 zł brutto. Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania tego limitu. Jeżeli przewidywany koszt dodatkowych części przekroczy wskazany limit, Wykonawca nie jest uprawniony do ich zakupu, montażu ani rozliczenia w ramach umowy bez uprzedniej odrębnej decyzji Zamawiającego oraz zachowania właściwego trybu wynikającego z przepisów prawa.
 - 10) W przypadku ujawnienia dodatkowych uszkodzeń wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu raport uzupełniający, zawierający opis usterki, uzasadnienie konieczności wymiany części, identyfikację części, przewidywany koszt jej nabycia, dokument potwierdzający pochodzenie i dopuszczenie części do zastosowania w urządzeniu Zamawiającego oraz wpływ wymiany na termin realizacji zamówienia.
 - 11) Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania dodatkowej wymiany części ani do obciążenia Zamawiającego kosztami dodatkowej części bez uprzedniej pisemnej albo elektronicznej akceptacji Zamawiającego.
 - 12) Minimalny wymagany okres gwarancji na wymieniony wzmacniacz RF, dodatkowe części zatwierdzone przez Zamawiającego oraz wykonaną usługę wynosi 6 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, chyba że producent albo oficjalny kanał serwisowy udziela dłuższej gwarancji.
 - 13) Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamówienie obejmuje jedną technicznie i funkcjonalnie powiązaną usługę naprawy konkretnego urządzenia, a jej podział mógłby utrudnić koordynację odpowiedzialności wykonawcy, zwiększyć ryzyko nieskutecznej naprawy oraz utrudnić dochodzenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
 - 14) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 - 15) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Symbol CPV	Opis
50421000-2	Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
50400000-9	Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

VI. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

1. Do udziału w postępowaniu zostanie dopuszczony wykonawca spełniający warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
 - a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia w charakterze inżyniera serwisu aparatury rezonansu magnetycznego albo osoby pełniącej równoważną funkcję serwisową, posiadającą kwalifikacje i doświadczenie w zakresie diagnostyki, naprawy, konfiguracji, kalibracji, testowania lub uruchamiania aparatów rezonansu magnetycznego producenta urządzenia Zamawiającego, tj. GE / GE HealthCare / GE Medical Systems, albo aparatów rezonansu magnetycznego tego producenta występujących pod równoważnym oznaczeniem handlowym lub korporacyjnym.
 - b) Osoba, o której mowa w lit. a), musi spełniać łącznie następujące wymagania:
 - posiadać kwalifikacje w zakresie wykonywania czynności serwisowych przy aparatach rezonansu magnetycznego producenta urządzenia Zamawiającego, obejmujące co najmniej diagnostykę, naprawę,

- wymianę części lub modułów, konfigurację, kalibrację, testy funkcjonalne, testy bezpieczeństwa albo uruchamianie systemu;
 - posiadać doświadczenie w wykonywaniu czynności serwisowych przy aparatach rezonansu magnetycznego producenta urządzenia Zamawiającego, tj. GE / GE HealthCare / GE Medical Systems, albo aparatów rezonansu magnetycznego tego producenta występujących pod równoważnym oznaczeniem handlowym lub korporacyjnym;
 - posiadać przygotowanie do wykonywania czynności serwisowych potwierdzone szkoleniem, certyfikatem, upoważnieniem producenta, upoważnieniem autoryzowanego serwisu producenta, dokumentem potwierdzającym przeszkolenie serwisowe albo innym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje do wykonywania czynności serwisowych przy aparatach rezonansu magnetycznego producenta urządzenia Zamawiającego;
 - zostać skierowana do realizacji zamówienia co najmniej w zakresie diagnostyki systemu, wymiany wzmacniacza RF, konfiguracji lub rekonfiguracji systemu, kalibracji toru RF, testów funkcjonalnych, testów bezpieczeństwa oraz uruchomienia urządzenia.
- c) Zamawiający nie wymaga, aby osoba, o której mowa w lit. a), posiadała kwalifikacje albo certyfikat odnoszący się wyłącznie do modelu 1.5T SIGNA ARTIST FLO IPM, jeżeli wykonawca wykaże, że osoba ta posiada kwalifikacje i doświadczenie przy aparatach rezonansu magnetycznego producenta urządzenia Zamawiającego oraz że naprawa zostanie wykonana zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną i serwisową producenta, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami bezpieczeństwa eksploatacji aparatury medycznej.
- d) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w lit. a–c może zostać spełniony przez jednego z wykonawców albo łącznie przez wykonawców, z zastrzeżeniem, że wykonawca, który wykazuje dysponowanie osobą posiadającą wymagane kwalifikacje i doświadczenie, zapewni udział tej osoby w realizacji zamówienia.
- 2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następującego podmiotowego środka dowodowego:
- a. wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za wykonanie czynności serwisowych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, zakresu czynności przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia oraz podstawy dysponowania tymi osobami, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
- 3) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia i potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
- 4) Wykonawcałoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.
- 5) Zamawiający nie wymaga wadium.
- 6) Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 7) Zamawiający nie wprowadza wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy na podstawie art. 95 Pzp, ponieważ czynności objęte zamówieniem mają charakter specjalistycznych usług serwisowych wymagających wiedzy technicznej, uprawnień, przeszkolenia i doświadczenia serwisowego, a sposób ich wykonywania nie przesądza o realizacji pracy w warunkach określonych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

VII. Termin wykonania zamówienia

- 1) Wykonawca zobowiązany jest wykonać zakres podstawowy przedmiotu zamówienia w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
- 2) Za wykonanie zamówienia uznaje się skuteczne przywrócenie sprawności rezonansu w zatwierdzonym przez Zamawiającego zakresie naprawy, przeprowadzenie wymaganych testów, przekazanie Zamawiającemu raportu serwisowego oraz dokonanie wpisu do paszportu technicznego urządzenia.
- 3) W przypadku zatwierdzenia przez Zamawiającego wymiany dodatkowych części termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny do dostawy zatwierdzonych części, wynikający z dokumentu producenta, autoryzowanego dystrybutora albo oficjalnego kanału serwisowego, na zasadach określonych w projekcie umowy.

VIII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

Integralną częścią SWZ jest projekt umowy - załącznik nr 3 do SWZ, według którego Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą wybranym w postępowaniu. Projekt umowy uwzględnia w szczególności: ryczałtowy charakter wynagrodzenia za zakres podstawowy zamówienia, dopuszczenie wzmacniacza RF fabrycznie nowego albo rekondycjonowanego na zasadach określonych w OPZ, procedurę zatwierdzania i rozliczania dodatkowych części, zapłatę po skutecznym wykonaniu naprawy, odpowiedzialność wykonawcy za dobór części i skuteczność naprawy, gwarancję minimum 6 miesięcy, obowiązek wpisu do paszportu technicznego oraz obowiązek przekazania raportu serwisowego i wymaganej dokumentacji powykonawczej.

IX. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

- 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu portalu zakupowego zamawiającego <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl/> , zwanego dalej portalem.
- 2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto w portalu.
- 3) Wykonawca posiadający konto w portalu ma możliwość kierowania do Zamawiającego korespondencji, złożenia oferty, jej zmiany lub wycofania.
- 4) Brak konta w portalu umożliwia jedynie przeglądanie opublikowanych postępowań oraz pobranie opublikowanej dokumentacji postępowania.
- 5) Wymagania techniczne i formalne dotyczące komunikacji elektronicznej opisane zostały w regulaminie korzystania z portalu oraz instrukcji ofertowania elektronicznego, która w postaci pliku pdf jest publikowana razem z dokumentacją postępowania.
- 6) Za datę złożenia oferty, oświadczenia, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę ich przekazania do portalu.
- 7) Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zp1@szpitalciechanow.com.pl.

X. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej SWZ.

XI. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Piotr Łęgowski - tel. 23 673 03 47;
- w sprawach procedury: Wiesław Babiżewski – tel. 23 673 05 43;
- w sprawach dotyczących funkcjonowania portalu: Piotr Cieślak tel. 23 673 05 39, informatyka@szpitalciechanow.com.pl.

XII. Termin związania ofertą

- 1) **Wykonawca jest związany ofertą w terminie do dnia 04.08.2026 r.**
- 2) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
- 3) Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty

- 1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- 2) Ofertę należy sporządzić, zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 3) Ofertę oraz inne dokumenty składane wraz z nią sporządza się w postaci plików elektronicznych, skatalogowanych w sposób następujący:
 - a) Katalog pn. Formularze ofertowe, zawierający:
 - Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ;
 - Opis przedmiotu zamówienia / formularz techniczny – załącznik nr 2 do SWZ.
 - b) Katalog pn. Przedmiotowe środki dowodowe, zawierający:
 - Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przedmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że oferowany wzmacniacz RF jest częścią oryginalną, fabrycznie nową albo rekondukcjonowaną oraz został wskazany albo dopuszczony przez producenta rezonansu magnetycznego, autoryzowany serwis producenta albo oficjalny kanał serwisowy producenta jako część przeznaczona do zastosowania w systemie MRI 1.5T SIGNA ARTIST FLO IPM, numer identyfikacyjny systemu: PL1584MR02, numer seryjny systemu: PG45S2100197SC, z uwzględnieniem jego konfiguracji technicznej. Przedmiotowy środek dowodowy powinien zawierać co najmniej nazwę/typ, numer katalogowy/part number, status części: fabrycznie nowa albo rekondukcjonowana, oraz potwierdzać jej przeznaczenie do systemu MRI Zamawiającego. Potwierdzenie może wynikać z dokumentu

producenta rezonansu magnetycznego, autoryzowanego dystrybutora, autoryzowanego serwisu producenta albo innego dokumentu pochodzącego z oficjalnego kanału producenta lub serwisu, pozwalającego Zamawiającemu jednoznacznie zweryfikować spełnienie wymogu. Samo oświadczenie wykonawcy, niezawierające danych identyfikujących oferowaną część oraz niewspierane dokumentem potwierdzającym przeznaczenie tej części do systemu MRI Zamawiającego, nie będzie uznane za wystarczające potwierdzenie spełnienia tego wymogu.

- dokument lub oświadczenie potwierdzające, że wykonawca będzie dysponował dostępem do aktualnej dokumentacji serwisowej, narzędzi i procedur niezbędnych do wykonania naprawy zgodnie z wymaganiami producenta.

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 Pzp.

- c) Katalog pn. Dokumenty podmiotowe, zawierający:
 - Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
 - Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu;
 - Inne oświadczenia i wnioski wykonawcy.
- 4) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do upływu terminu składania ofert poprzez portal zakupowy Zamawiającego <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl/>.
- 5) Zamawiający prosi o składanie oferty oraz pozostałych wymaganych dokumentów zgodnie z Instrukcją ofertowania elektronicznego, opublikowaną wraz z dokumentami postępowania.
- 6) Zamawiający informuje o limitach dotyczących wielkości pojedynczych plików: 10 MB – w polu OFERTA, 30 MB – w polu ZAŁĄCZNIKI.
- 7) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku pod nazwą „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” wraz z uzasadnieniem zastrzeżenia, zgodnie z art. 18 ust. 3 Pzp.
- 8) Zamawiający wymaga, aby zarówno plikom, jak i katalogom wykonawcy nadali nazwy pozwalające na łatwą identyfikację ich zawartości.

XIV. Sposób oraz termin składania oferty

- 1) Wykonawca składa ofertę oraz pozostałe wymagane dokumenty za pośrednictwem portalu zakupowego Zamawiającego <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl/>.
- 2) Sposób złożenia oferty i pozostałych dokumentów opisany został w opublikowanym wraz z dokumentacją postępowania pliku „Instrukcja ofertowania elektronicznego”.
- 3) **Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 06.07.2026 r. do godz. 10:00.**
- 4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 5) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
- 6) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

XV. Termin otwarcia ofert

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2026 r., o godzinie 10:30.
- 2) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 3) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o nazwach wykonawców, których oferty zostały otwarte, oraz cenach zawartych w ofertach.
- 4) W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

XVI. Podstawy wykluczenia

- 1) O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- 2) Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
- 3) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie art. 109 ust. 1 Pzp.
- 4) W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania.

XVII. Sposób obliczenia ceny

- Wykonawca określa w formularzu ofertowym łączną cenę ryczałtową za wykonanie zakresu podstawowego zamówienia.
- Łączna cena ryczałtowa brutto za zakres podstawowy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją tego zakresu, w tym diagnostykę, raport diagnostyczny, robociznę, dojazd, transport, logistykę, dostawę i montaż zaoferowanego wzmacniacza RF, testy, kalibrację, wpis do paszportu technicznego, raport serwisowy, ewentualne koszty zwrotu wymienionego elementu oraz wszystkie inne koszty konieczne do prawidłowego wykonania zakresu podstawowego.
- Cena ryczałtowa obejmuje również robociznę oraz czynności serwisowe konieczne do wymiany dodatkowych części zatwierdzonych przez Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za robociznę, dojazdy, transport, logistykę, diagnostykę, montaż, konfigurację, kalibrację, testy ani dokumentację dotyczącą wymiany dodatkowych części.
- Poza ceną ofertową mogą zostać rozliczone wyłącznie koszty zakupu dodatkowych części innych niż zaoferowany wzmacniacz RF, których konieczność zastosowania ujawniła się w trakcie realizacji zamówienia i których wymiana została uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego. Rozliczenie takich części nastąpi wyłącznie do wysokości udokumentowanego kosztu ich nabycia, bez marży, narzutu, opłat manipulacyjnych ani dodatkowego wynagrodzenia wykonawcy, w ramach maksymalnego limitu określonego w umowie.
- Zamawiający przewiduje maksymalny limit wynagrodzenia za dodatkowe części w wysokości 50 000,00 zł brutto. Limit ten nie jest elementem ceny ofertowej ocenianej w kryterium ceny, a Zamawiający nie jest zobowiązany do jego wykorzystania. Jeżeli przewidywany koszt dodatkowych części przekroczy wskazany limit, Wykonawca nie jest uprawniony do ich zakupu, montażu ani rozliczenia w ramach umowy bez uprzedniej odrębnej decyzji Zamawiającego oraz zachowania właściwego trybu wynikającego z przepisów prawa.
- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
- Ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
- Wykonawca podaje w formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług VAT właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki VAT potraktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki poprawienia omyłki.
- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, wykonawca ma obowiązek podać informacje wymagane przepisami Pzp.

XVIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny 100% / 100,00 pkt. Ocenie podlega łączna cena ryczałtowa brutto za zakres podstawowy zamówienia. Koszt dodatkowych części, których konieczność zastosowania może ujawnić się dopiero w toku realizacji umowy, nie podlega ocenie ofert, ponieważ będzie rozliczany wyłącznie w przypadku ich uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego, do wysokości udokumentowanego kosztu nabycia, bez marży i narzutu wykonawcy oraz w ramach maksymalnego limitu określonego w umowie.

Lp.	Kryteria	Waga %	Ilość pkt.	Sposób oceny
1	Cena ryczałtowa brutto za zakres podstawowy zamówienia	100	100,00	Najniższa cena ryczałtowa brutto za zakres podstawowy spośród ofert nieodrzuconych / cena ryczałtowa brutto za zakres podstawowy oferty badanej × 100

- Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na złożenie ofert o takiej samej cenie, wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
- Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

- 3) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek zawrzeć umowę na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
- 4) Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić dane dotyczące oferowanego wzmacniacza RF, w tym nazwę/typ, numer katalogowy/part number, status części: fabrycznie nowa albo rekondycjonowana, oraz dokument potwierdzający wskazanie albo dopuszczenie części do zastosowania w systemie MRI Zamawiającego, jeżeli dane te nie wynikały jednoznacznie z oferty.
- 5) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu albo unieważnić postępowanie.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

- 1) Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
- 2) Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
- 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
- 4) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 5) Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX Pzp.

XXI. Wykaz załączników do SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 1a – Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia / formularz techniczny.

Załącznik nr 3 – Projekt umowy.

Załącznik nr 4 – Wykaz osób.

Załącznik nr 5 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli dotyczy.