

Ciechanów dnia, 27.07.2026 r.

AT - ZP/2501/74/26

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie** ogłoszonego w dniu **13.07.2026 r. w BZP**, nr ogłoszenia **2026/BZP 00338506** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 14 ust. 2 lit. b) projektu umowy poprzez obniżenie kary umownej za zwłokę w realizacji dostawy jednostkowej z 2% do 1% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz obniżenie maksymalnego limitu tej kary z 20% do 10% wartości netto niezrealizowanej dostawy?	Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy
2.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 14 ust. 6 projektu umowy poprzez wskazanie, że kary umowne za zwłokę będą naliczane wyłącznie za pełne dni robocze zwłoki, zamiast za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy?	Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy
3.	Dotyczy: § 7 ust. 14 Projektowanych Postanowień Umowy Wnosimy o doprecyzowanie, iż w przypadku realizacji zakupów interwencyjnych przez Zamawiającego, odpowiedzialność Wykonawcy za różnicę w cenie zostanie ograniczona do maksymalnie dwukrotności ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawcę dla danego asortymentu. Proponowane rozwiązanie pozwoli na ograniczenie nieproporcjonalnego ryzyka po stronie Wykonawcy, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesu Zamawiającego.	Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy
4.	Pytanie 1, pakiet 1, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, jako równoważnego, przyrządu do przygotowywania i podawania leków, z filtrem powietrza 0,1 µm, Filtr przeciwbakteryjny 0,1µm jest parametrem lepszym od opisanego w SWZ, o mniejszych porach membrany, zatem zatrzymujący znacznie więcej ewentualnych zanieczyszczeń, niż filtr 0,45µm. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.	Zgodnie z SWZ
5.	Pytanie 2, pakiet 1, poz. 1 Prosimy o dopuszczenie przyrządu do przygotowania i podawania leków z zastawką zapobiegającą wyciekaniu płynu po odłączeniu strzykawki, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości	Zgodnie z SWZ

	konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.	
6.	Pytanie 3, pakiet 2, poz. 1 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie tępej igły do pobierania leków, z ostrzem ściętym pod kątem 45° +/- 5°, kąt ścięcia minimalizujący ryzyko zakłucia przez personel. Nasadka igły wyposażona w filtr 5µm. Inna kodyfikacja kolorystyczna nasady i kolorowa osłonka zapobiegają pomyleniu z igłami standardowymi. Rozmiar igły 1,2,40mm. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.	Zgodnie z SWZ
7.	Pytanie 4, pakiet 2, poz. 1 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie tępej igły do pobierania leków, z ostrzem ściętym pod kątem 45° +/- 5°, kąt ścięcia minimalizujący ryzyko zakłucia przez personel. Nasadka igły wyposażona w filtr 5µm. Inna kodyfikacja kolorystyczna nasady i kolorowa osłonka zapobiegają pomyleniu z igłami standardowymi. Rozmiar igły 1,2,50mm. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.	Zgodnie z SWZ
8.	Pytanie 5, pakiet 3, poz. 1 Prosimy o dopuszczenie igły silikonowanej wykonanej ze stali nierdzewnej w opakowaniach zawierających 50 szt. igieł z odpowiednim przeliczeniem do 200 opakowań, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Stal nierdzewna jest powszechnym i bezpiecznym materiałem, z którego wykonane jest większość igieł na rynku. Sposób pakowania stanowi wyłącznie kwestię techniczną niemającą wpływu na wykonywane procedury medyczne. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.	Zgodnie z SWZ
9.	Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie aplikatora do przelewania i pobierania leków zgodnego z poniższym opisem: Przyrząd do wielokrotnego pobierania płynu i dodatkowego wstrzykiwania. Smukły i krótki kolec ułatwiający przebijanie butelek. Łatwe otwieranie i zamykanie jedną ręką. Szczelna, samodomykająca zatyczka z identyfikacją kolorystyczną. Złącze typu Luer-lock, bez latexu i PCV. Produkt nie zawiera ftalanów. Niezawodna ochrona przed skażeniem mikrobiologicznym dzięki zintegrowanemu filtrowi bakteryjnemu 0,45 µm.	Zgodnie z SWZ
10.	Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie igły z filtrem zgodnej z poniższym opisem: Igły z tępym ostrzem przeznaczone do pobierania leków/ roztworów z fiolek, specjalna tępa końcówka ścięta pod kątem 45o, nie mogą być stosowane do zastrzyków inwazyjnych (podskórnych, domięśniowych, dożylnych), nietoksyczne, wolne od pirogenów, pozbawione lateksu, wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej, pokryta silikonem nasadka igły wykonana z polipropylenu, osłonka zabezpieczająca wykonana z polipropylenu, zróżnicowane kolorystycznie nasadki i osłonki w stosunku do igieł iniekcyjnych, zróżnicowane kolorystycznie nasadki igieł, sterylizowana tlenkiem etylenu, jednorazowego użytku. Rozmiar: 1,2x38 / 18G z filtrem 5 mikronów. Op. 100 szt.	Zgodnie z SWZ

11.	Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 15 Prosimy o dopuszczenie igły iniekcyjnej zgodnej z poniższym opisem: Igła wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej Cienkościenna Ostrze igły ścięte trójpłaszczyznowo Igła pokryta silikonem Osłonka zintegrowana z igłą Osłona igły aktywowana jedną ręką natychmiast po dokonanej iniekcji Słyszalne kliknięcie oznaczające aktywację mechanizmu zabezpieczającego Igła zamykana bezpiecznie wewnątrz aktywowanej osłony Nasadki barwione zgodnie z kodem ISO zapotrzebowanie na rozmiary : 1,2 x 40 mm 18G / 1,1 x 40 mm 19G / 0,9 x 40 mm 20G / 0,8 x 40 mm 21G / 0,7 x 40 mm 22G / 0,6 x 30 mm 23G / 0,5 x 25 mm 25G. op. 50 szt.	Zgodnie z SWZ
12.	Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 15 Czy Zamawiający miał na myśli wycenę za op. 50 szt.	Tak
13.	Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 16 Czy Zamawiający wymaga masek do podawania tlenu pozbawionych szkodliwych ftalanów?	Tak
14.	Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?	Nie wyrażamy zgody na przedstawioną propozycję
15.	Pakiet P1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków z dokładniejszym filtrem bakteryjnym 0,1µm?	Zgodnie z SWZ
16.	Pakiet P4, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia 27G/90mm z prowadnicą 22Gx34mm?	Zgodnie z SWZ
17.	Pakiet P4, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia 26G/90mm z prowadnicą 20Gx34mm?	Zgodnie z SWZ
18.	Pakiet P4, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia 27G/120mm z prowadnicą 22Gx34mm?	Zgodnie z SWZ
19.	Pakiet P4, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia 26G/120mm z prowadnicą 20Gx34mm?	Zgodnie z SWZ
20.	Pakiet P4, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia 26G/90mm z prowadnicą 20Gx34mm?	Zgodnie z SWZ
21.	Pakiet P4, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia 27G/90mm z prowadnicą 20Gx34mm?	Zgodnie z SWZ
22.	Pakiet P5 Czy Zamawiający dopuści igły pakowane a'25 sztuk?	Tak
23.	Pakiet P7 Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z workiem umożliwiającym koncentrację tlenu w zakresie 60%-80%?	Zgodnie z SWZ

24.	Pakiet P7 Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z workiem i drenem o długości 2,1m?	Tak
25.	Pakiet P6 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści igły motylek z igłą o długości 19mm?	Tak
26.	Pakiet P6 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł motylek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Tak
27.	Pakiet P6 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści igły 1,1-1,2mm/40 zamiast 1,0-1,2/40mm?	Zgodnie z SWZ
28.	Pakiet P6 pozycja 4 Czy Zamawiający oczekuje igieł bezpiecznych w opakowaniu a'50 szt.? Czy w przypadku oczekiwania innej wielkości opakowania dopuści igły pakowane a'50 szt. i wycenę za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Tak


DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa


REFERENT
Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Paulina Witkowska


Wiesław Babizewski
koordynator
ds. zamówień publicznych