

Ciechanów dnia, 13.08.2026 r.

AT - ZP/2501/19.2/26

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Dostawa przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych** ogłoszonego w dniu **05.08.2026** r. w **BZP**, nr ogłoszenia **2026/BZP 00379459** oraz, opublikowanego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1.	Dotyczy wzoru umowy Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy: „W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej umowie dostawy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy”.	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego postanowienia. Uprawnienia Wykonawcy związane z opóźnieniem Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający nie przewiduje przyznania Wykonawcy dodatkowego uprawnienia do jednostronnego wstrzymania dostaw ani rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym na zasadach wskazanych w pytaniu, w szczególności z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości dostaw wyrobów wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Postanowienia projektu umowy pozostają bez zmian.
2.	Dotyczy wzoru umowy Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy: „Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku ze zwłoką w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia księgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.”	Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązek terminowej realizacji dostaw przez Wykonawcę oraz obowiązek terminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego stanowią odrębne zobowiązania Stron. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie mechanizmu automatycznego zawieszenia biegu terminu realizacji dostawy oraz wyłączenia możliwości naliczania kar umownych wyłącznie z powodu wystąpienia zaległości płatniczej Zamawiającego. Postanowienia projektu umowy pozostają bez zmian.
3.	Dotyczy wzoru umowy § 14 Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację postanowień dotyczących naliczania kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia. Proponujemy, aby kary były naliczane za każdy dzień roboczy zwłoki. Naliczanie kar za dni robocze jest bardziej adekwatne do rzeczywistego harmonogramu prac i uwzględnia faktyczne możliwości wykonawcze Wykonawcy. W dni ustawowo wolne od pracy oraz weekendy, realizacja zamówienia może być ograniczona lub niemożliwa, co nie wynika z zaniedbania Wykonawcy, lecz z obowiązujących przepisów prawa pracy. Taka zmiana pozwoli na bardziej sprawiedliwe i proporcjonalne podejście do kwestii odpowiedzialności kontraktowej.	Zamawiający nie wyraża zgody. Terminowa realizacja dostaw ma istotne znaczenie dla zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych. Dni wolne od pracy oraz weekendy są okolicznościami możliwymi do przewidzenia przez Wykonawcę przy organizacji i planowaniu realizacji dostaw i nie uzasadniają ograniczenia naliczania kar umownych wyłącznie do dni roboczych. Postanowienia § 14 projektu umowy pozostają bez zmian.

Lp	Pytanie	Odpowiedź
4.	Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 15 Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym dbając o pozytywny, jak najmniej oddziałujący na środowisko wpływ realizacji zamówienia – zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przekazania wymaganych dokumentów w formie elektronicznej – poprzez wskazanie linku do strony internetowej, z której Zamawiający samodzielnie będzie mógł pobrać odpowiedni dokument oraz zdecydować o potrzebie/konieczności jego wydruku.	Zamawiający dopuszcza przekazywanie wymaganych dokumentów w formie elektronicznej, o ile przepisy prawa, SWZ, umowa lub charakter danego dokumentu nie wymagają zachowania innej formy. Dopuszcza się również wskazanie bezpośredniego linku do dokumentacji producenta, pod warunkiem że dokument jest dostępny bezpłatnie, bez konieczności logowania, może zostać pobrany i zapisany przez Zamawiającego oraz pozostaje dostępny w aktualnej wersji właściwej dla dostarczonego wyrobu.
5.	Dotyczy SWZ rozdział XII pkt 10 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zapisu dotyczącego próbek. W punkcie 10 SWZ Zamawiający wskazał, że „Próbki nie są przedmiotowym środkiem dowodowym, służącym potwierdzeniu ich zgodności z cechami lub wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, w związku z czym w odniesieniu do nich nie będzie miał zastosowania przepis art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku nie złożenia próbek w terminie wyznaczonym lub niezgodnie z wymaganiami określonymi poniżej oferta zostanie odrzucona.”. Jednocześnie z postanowień dotyczących kryteriów oceny ofert wynika, że próbki podlegają ocenie pod kątem cech i parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, a tym samym służą potwierdzeniu jego zgodności z wymaganiami Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, czy próbki należy traktować jako przedmiotowy środek dowodowy w rozumieniu art. 104–107 ustawy Pzp, czy też wyłącznie jako materiał służący ocenie ofert w ramach kryteriów oceny. Prosimy również o wskazanie podstawy przyjęcia, że do próbek nie znajduje zastosowania art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, skoro ich ocena odnosi się do cech oferowanego przedmiotu zamówienia.	Zamawiający wyjaśnia i jednocześnie dokonuje modyfikacji treści SWZ. Próbkę wymagane w niniejszym postępowaniu stanowią przedmiotowe środki dowodowe w zakresie, w jakim służą potwierdzeniu zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z cechami i kryteriami jakościowymi określonymi w opisie kryteriów oceny ofert. Próbkę służą przeprowadzeniu oceny jakościowej oferowanego wyrobu zgodnie z kryteriami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności w zakresie właściwości zacisku rolnego, komory kroplowej, odpowietrzania, jakości wykonania oraz funkcjonalności elementów dodatkowych. Zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Pzp do przedmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert nie stosuje się art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. W konsekwencji próbki należy złożyć w terminie i w sposób określony w SWZ i nie podlegają one uzupełnieniu w trybie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odpowiednio aktualizuje treść rozdziału XIII pkt 10 SWZ.
6.	Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako równoważnego przyrządu do przetwarzania płynów infuzyjnych posiadającego komorę kroplową z elastycznego, bezpiecznego PCV (bez DEHP), dren 150 cm, średnica wew. 3 mm, wykonany z PCV (bez DEHP), elastyczny, zmatowiony. Aparat wolny od ftalanów i latexu. Informacja o braku latexu i DEHP oraz nazwa producenta nadrukowana fabrycznie na opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym, bez nazwy producenta bezpośrednio na przyrządzie, igła biorcza z ABS, czterokanałowy stożek. Aparat zaopatrzony w filtr powietrza o wielkości 0,5 µm zgodny z Normą ISO 8536-4 (dla filtrów wlotu powietrza zestawów grawitacyjnych IV) – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty. Zacisk rolny wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka). Opakowanie jednostkowe papier/folia z nadrukowaną na zewnętrznej str. instrukcją obsługi. Nadruki w kolorze niebieskim. Opakowanie 250 szt.	Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie przyrządu w całej konfiguracji opisanej w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w aktualnie obowiązującym, zmodyfikowanym opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności wymóg wykonania komory kroplowej z miękkiego, elastycznego tworzywa bez PVC, wymóg umieszczenia informacji o braku ftalanów DEHP, BBP, DBP i lateksu na opakowaniu jednostkowym oraz wymóg umieszczenia nazwy producenta bezpośrednio na przyrządzie. Parametry opisane w pytaniu, które pozostają zgodne ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia, w szczególności długość drenu 150 cm, jego średnica 3 mm, igła biorcza z ABS oraz wymagane funkcjonalności zacisku rolnego, są dopuszczalne na zasadach wynikających z aktualnego Załącznika nr 2 do SWZ i nie wymagają odrębnego dopuszczenia.

Lp	Pytanie	Odpowiedź
7.	Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyrobów oznakowanych kodem kreskowym zgodnym z systemem GS1, umożliwiającym jednoznaczną identyfikację wyrobu oraz jego identyfikowalność w procesach logistycznych i magazynowych, zamiast wymaganego dwuwymiarowego kodu UDI umożliwiającego automatyczny odczyt numeru partii/serii oraz daty ważności. Oferowane rozwiązanie zapewnia identyfikację produktu na poziomie opakowania jednostkowego, spełnia wymagania bezpieczeństwa użytkownika oraz nie wpływa na funkcjonalność wyrobu dla użytkownika klinicznego. Prosimy o dopuszczenie powyższego rozwiązania jako równoważnego.	Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowa kwestia została rozstrzygnięta w Wyjaśnieniach treści SWZ nr 3 z dnia 13.08.2026 r., w których Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia, dopuszczając na opakowaniu jednostkowym kod UDI jedno- lub dwuwymiarowy, umożliwiający automatyczny odczyt co najmniej numeru partii/serii (LOT) oraz daty ważności. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza kod kreskowy zgodny z systemem GS1, jeżeli spełnia on powyższe wymaganie, tj. umożliwia automatyczny odczyt co najmniej numeru partii/serii (LOT) oraz daty ważności. Kod umożliwiający jedynie identyfikację rodzaju produktu lub jego identyfikowalność na poziomie opakowania jednostkowego, bez możliwości automatycznego odczytu numeru partii/serii oraz daty ważności, nie spełnia wymagania Zamawiającego. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia w brzmieniu nadanym Wyjaśnieniami treści SWZ nr 3.


 DYREKTOR
 Andrzej Juliusz Kamasa


 Wiesław Szabizewski
 koordynator
 ds. zamówień publicznych