

Ciechanów dnia, 22.09.2026 r.

AT - ZP/2501/90/26

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. – **Usługa okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej** ogłoszonego w dniu **09.09.2026** r. w DUUE, nr ogłoszenia **174/2026 619591-2026**. Dokumenty zamówienia opublikowane w portalu zakupowym <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1.	Pytanie 1 W nawiązaniu do pakietu nr 20, w którym Zamawiający przewidział jeden pakiet obejmujący aparaty wielu producentów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pozycji nr 69 USG ESAOTE i utworzenie dla niego odrębnego pakietu. Uzasadnienie: Zgodnie z SWZ Zamawiający podzielił zamówienie na wiele pakietów, przy czym pakiet nr 20 obejmuje Aparaty USG różnych producentów. Wydzielenie aparatów ESAOTE mogłoby umożliwić złożenie oferty przez wyspecjalizowane podmioty serwisujące aparaturę tej marki, a tym samym zwiększyć konkurencyjność postępowania. Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na kwestie związane z wykonywaniem serwisu przez podmioty nieuprawnione. Podkreślamy, że umożliwienie osobom nieuprawnionym przez producenta sprzętu medycznego wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego pochodzenia, jednoznacznie wiąże się z nie wypełnieniem przez użytkownika sprzętu zapisów instrukcji jego użytkowania.	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
2.	Pytanie 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dla pakietu 20 pozycja nr 69 Aparat USG ESAOTE wymogu przedstawienia przez wykonawcę / osoby realizujące usługę certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie przeglądów tego urządzenia, wystawionego przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta? Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności przeglądowo-konserwacyjne zgodnie z instrukcjami obsługi i instrukcjami serwisowymi, standardami oraz zaleceniami producenta. W naszej ocenie, dla urządzenia specjalistycznego producenta ESAOTE zasadne jest doprecyzowanie tego wymagania poprzez żądanie certyfikatu szkoleniowego producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, co zapewni zgodność wykonywanych czynności z wymaganiami technicznymi producenta. Brak takiego certyfikatu oznacza, że takie firmy nie mają dostępu do niezbędnych narzędzi serwisowych, kluczy dostępu, dokumentacji technicznej ani wiedzy specjalistycznej przekazywanej przez producenta. Tym samym nie mogą one zagwarantować pełnej zgodności przeglądów z wymaganiami technicznymi oraz zaleceniami producenta, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo i funkcjonalność użytkowanej aparatury.	Zgodnie z SWZ

3.	Pytanie 3 Zamawiający wymaga aby czynności przeglądowo – konserwujące i naprawcze obejmowały między innymi kalibrację i aktualizację oprogramowania dlatego prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby podczas takich czynności przeglądu technicznego jak kalibracja czyli aktualizacja oprogramowania Wykonawca poświadczył, iż pochodzi ono bezpośrednio od producenta dla tego typu aparatury medycznej. Zgodnie z wytycznymi producenta pakietu 20 pozycja nr 69 Aparat USG ESAOTE podczas procedury przeglądu wymagana jest m.in. aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji celem poprawienia bezpieczeństwa pracy aparatu, oraz posiadanie kluczy serwisowych potrzebnych do przeprowadzenia prawidłowego przeglądu technicznego. Zwracamy uwagę, iż instalowanie nielegalnego oprogramowania, nieznanego pochodzenia, innego niż przewidział producent, przez osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy popartej certyfikatami szkoleniowymi oraz doświadczenia, może prowadzić do sytuacji, w której określone prawem wymagania zasadnicze dla danego wyrobu nie zostaną spełnione, co może nieść ryzyko w sferze bezpieczeństwa, jakości czy niezawodności wyrobu medycznego oraz wpłynąć na ważność znaku CE wydanego dla tego wyrobu. Dodatkowo może niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie pozostałych komponentów i prowadzić do awarii. Ponadto aparat, który nie odpowiada konfiguracji producenta (np. posiada części i oprogramowanie inne niż zalecane przez producenta) może nie spełniać wymogów przeglądowych.	Zgodnie z SWZ
4.	Pytanie 4 W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych zgodnie o wyrobach medycznych (ustawa z dnia 10 października 2024 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620) Zamawiający będzie wymagał odpowiednich kwalifikacji technicznych dostawcy serwisu w zakresie aparatury będącej przedmiotem przetargu, potwierdzonych aktualnymi certyfikatami odbytych przez inżynierów szkoleń organizowanych przez producenta? Jednocześnie wskazujemy, iż kwestia osób dedykowanych do realizacji zamówienia istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia publicznego zamówienia jest kwestią kluczową, dlatego też wnosimy o rozważenie zmodyfikowania warunków udziału w postępowaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez nałożenie na wykonawców obowiązku posiadania certyfikatów odbytych przez inżynierów szkoleń organizowanych przez producenta.	Zgodnie z SWZ


 DYREKTOR
 Andrzej Juliusz Kamasa


 REFERENT
 Sekcja ds. Zamówień Publicznych
 Paulina Witkowska


 Wiesław Babiński
 koordynator
 ds. zamówień publicznych