

Ciechanów dnia, 22.09.2026 r.

AT - ZP/2501/90/26

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. – **Usługa okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej** ogłoszonego w dniu **09.09.2026** r. w DUUE, nr ogłoszenia **174/2026 619591-2026**. Dokumenty zamówienia opublikowane w portalu zakupowym <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści SWZ:

Lp	Pytanie	Odpowiedź
Pakiet nr 20		
1.	1.Dotyczy załącznika nr 2 formularz cenowy i załącznik nr 2a pakiet nr 20 – wykaz urządzeń: Z uwagi na fakt, że nasza firma specjalizuje się w serwisowaniu aparatów USG firmy Samsung Medison a w pakiecie 20 wyszczególnione są również inne aparaty, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie aparatu USG RS80 EVO, z pozycji 6, Samsung V7 z pozycji 7, Samsung V7 z pozycji 8 w oddzielnym pakiecie, co naszym zdaniem umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców a zarazem zwiększy konkurencyjność ofert. Zgodnie z zapisem umowy § 4 ust.7 takie dokumenty może jedynie przedstawić autoryzowany serwis producenta. Nie jest więc możliwe, aby serwis spełnił ten wymóg w stosunku do wszystkich producentów objętych pakietem.	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
2.	Dotyczy SWZ rozdz. VII pkt. Opis przedmiotu zamówienia pkt .7: Czy Zamawiający usunie zapis „Zużyte i wymienione materiały eksploatacyjne i części pozostają u Zamawiającego”. Wielu dostawców, szczególnie autoryzowanych przez producenta sprzedaje części zamienne z rabatem tylko pod warunkiem zwrotu części uszkodzonej. W przypadku braku zwrotu koszty części zamiennych są droższe o około 30%. Zgoda Zamawiającego umożliwi przeprowadzenie naprawy korzystniejszej cenowo przy założeniu, że ewentualna wymiana części zamiennych będzie się wiązała z ich zwrotem do producenta. Podkreślamy, że w przypadku, kiedy zwrot części zamiennej nie będzie konieczny i nie będzie miał wpływu na cenę części nowej, część ta pozostanie własnością Zamawiającego.	Zgodnie z SWZ
3.	Dotyczy SWZ rozdz. IV pkt. 4.2: Czy z ostrożności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, Zamawiający będzie wymagał odpowiednich kwalifikacji technicznych dostawcy serwisu w zakresie aparatury będącej przedmiotem przetargu w pakiecie nr 20, potwierdzonych aktualnymi certyfikatami, odbytych przez inżynierów szkoleń organizowanych przez producenta? Jednocześnie wskazujemy, iż kwestia osób dedykowanych do realizacji zamówienia istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia publicznego zamówienia jest kwestią kluczową, dlatego też wnosimy o rozważenie zmodyfikowania warunków udziału w postępowaniu w rozumieniu poprzez nałożenie na wykonawców obowiązku posiadania certyfikatów odbytych przez inżynierów szkoleń organizowanych przez producenta.	Zgodnie z SWZ
4.	Dotyczy umowy załącznik nr 3 § 3 ust.: Prosimy o wyjaśnienie czy szkolenie pracowników ma odbyć się w dniu przeglądu?	Tak, w dniu przeglądu.

5.	Dotyczy umowy załącznik nr 3 § 3 ust.11: W jaki sposób będzie rozliczana diagnostyka w przypadku braku akceptacji kosztów naprawy ze strony Zamawiającego?	Brak akceptacji nie wpływa na rozliczenie kosztów takiej diagnostyki. Zgodnie z treścią par. 3 ust. 11 koszt diagnostyki są objęte wynagrodzeniem ustalonym w §6 ust. 1
6.	Dotyczy umowy załącznik nr 3 § 8 ust.5: Prosimy o wyjaśnienie jak będzie rozliczana naprawa bez części?	Każda naprawa przywracająca sprawność urządzenia będzie realizowana osobnym zamówieniem na podstawie akceptacji oferty, która wskazuje, czy są potrzebne części, czy nie.
7.	Dotyczy umowy załącznik nr 3 § 13 ust. 1 gg, hh: Prosimy o zmniejszenie kary do 0,1%.	Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy
8.	Dotyczy załącznika nr 7, wykaz osób: Prosimy o wyjaśnienie czy w tabeli „Proponowana funkcja” ma znajdować się zakres wykonywanych czynności danego pracownika?	Tak
9.	Dotyczy SWZ rozdz. IV pkt. 4.2 oraz załącznik nr 7 wykaz osób: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku przedstawienie referencji.	Tak


 DYREKTOR
 Andrzej Juliusz Kamasa


 REFERENT
 Sekcja ds. Zamówień Publicznych
 Paulina Witkowska


 Wiesław Babizewski
 koordynator
 ds. zamówień publicznych