



Ciechanów dnia, 28.09.2026 r.

AT - ZP/2501/90/26

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. – **Usługa okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej** ogłoszonego w dniu **09.09.2026** r. w **DUUE**, nr ogłoszenia **174/2026 619591-2026**. Dokumenty zamówienia opublikowane w portalu zakupowym <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1.	Pytanie dot. Załącznika nr 2a do SWZ , dotyczy pakietu nr 1, pkt II Minimalny wymagany zakres usługi Prosimy o dopuszczenie zakresu przeglądów określonego przez producenta urządzenia jako zakresu równoważnego do „Minimalnego wymaganego zakresu usługi” wskazanego w części II Załącznika 2a. Zwracamy uwagę, że część czynności wskazanych przez Zamawiającego odbiega od procedur przeglądowych określonych przez producenta, a niektóre z nich mogą być niemożliwe do wykonania z przyczyn obiektywnych, wynikających z budowy urządzenia, technologii producenta lub zakresu posiadanych uprawnień serwisowych. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że za spełnienie wymagań Zamawiającego zostanie uznane wykonanie przeglądu zgodnie z aktualnymi zaleceniami producenta, zapewniającego zachowanie pełnej sprawności i bezpieczeństwa eksploatacji aparatury.	Zamawiający częściowo uwzględnia wnioszek. Zakres wskazany w części II Załącznika nr 2a pozostaje minimalnym zakresem wymaganym. Zamawiający dopuszcza wykonanie poszczególnych czynności według aktualnej procedury producenta, jeżeli zastosowana procedura służy temu samemu celowi, zapewnia co najmniej równoważny poziom weryfikacji sprawności i bezpieczeństwa urządzenia oraz nie prowadzi do ograniczenia wymaganego zakresu przeglądu. Zamawiający nie dopuszcza natomiast ogólnego zastąpienia całego minimalnego zakresu usługi zakresem węższym. Jeżeli z konstrukcji danego urządzenia wynika, że określona czynność wskazana w części II nie znajduje technicznego zastosowania, Wykonawca wykonuje odpowiadającą jej czynność przewidzianą przez producenta i odnotowuje tę okoliczność w raporcie serwisowym.
2.	Pytanie dot. Załącznika nr 2a do SWZ , dotyczy pakietu nr 5, pkt II Minimalny wymagany zakres usługi Prosimy o dopuszczenie zakresu przeglądów określonego przez producenta urządzenia jako zakresu równoważnego do „Minimalnego wymaganego zakresu usługi” wskazanego w części II Załącznika 2a. Zwracamy uwagę, że część czynności wskazanych przez Zamawiającego odbiega od procedur przeglądowych określonych przez producenta, a niektóre z nich mogą być niemożliwe do wykonania z	Zamawiający częściowo uwzględnia wnioszek. Zakres wskazany w części II Załącznika nr 2a pozostaje minimalnym zakresem wymaganym. Zamawiający dopuszcza wykonanie poszczególnych czynności według aktualnej procedury producenta, jeżeli zastosowana procedura służy temu samemu celowi, zapewnia co najmniej równoważny poziom

	przyczyn obiektywnych, wynikających z budowy urządzenia, technologii producenta lub zakresu posiadanych uprawnień serwisowych. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że za spełnienie wymagań Zamawiającego zostanie uznane wykonanie przeglądu zgodnie z aktualnymi zaleceniami producenta, zapewniającego zachowanie pełnej sprawności i bezpieczeństwa eksploatacji aparatury.	weryfikacji sprawności i bezpieczeństwa urządzenia oraz nie prowadzi do ograniczenia wymaganego zakresu przeglądu. Zamawiający nie dopuszcza natomiast ogólnego zastąpienia całego minimalnego zakresu usługi zakresem węższym. Jeżeli z konstrukcji danego urządzenia wynika, że określona czynność wskazana w części II nie znajduje technicznego zastosowania, Wykonawca wykonuje odpowiadającą jej czynność przewidzianą przez producenta i odnotowuje tę okoliczność w raporcie serwisowym.
3.	Pytanie dot. Załącznika nr 2a do SWZ, dotyczy pakietu nr 1, pkt II Minimalny wymagany zakres usługi Czy Zamawiający dopuści zastosowanie innych fantomów równoważnych względem fantomów ETR oraz DIGI, pod warunkiem że zapewniają one wykonanie wymaganych testów i kontroli jakości w zakresie nie mniejszym niż wskazane przez producenta urządzenia oraz obowiązujące normy i wytyczne?	Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie fantomów równoważnych względem fantomów ETR oraz DIGI, pod warunkiem że umożliwiają one wykonanie wymaganych testów i kontroli jakości w zakresie nie mniejszym niż wynikający z dokumentów zamówienia, aktualnych zaleceń producenta urządzenia oraz mających zastosowanie norm i wytycznych. Zastosowany fantom musi umożliwiać uzyskanie wyników miarodajnych i porównywalnych dla danego testu.
4.	Pytanie dot. Załącznika nr 2a do SWZ, dotyczy pakietu nr 1, pkt II Minimalny wymagany zakres usługi Dotyczy: Mobilett Mira Max – aparat jezdny, pkt 15 Prosimy o dodanie sformułowania „jeżeli to możliwe bez użycia części”. Zwracamy uwagę, że na etapie realizacji usługi nie można wykluczyć konieczności wymiany części, które mogą okazać się niezbędne do przywrócenia lub ustawienia wymaganych wartości parametrów urządzenia. W związku z powyższym prosimy o odpowiednie doprecyzowanie zapisu, tak aby uwzględniał sytuację, w których osiągnięcie wymaganych parametrów nie jest możliwe bez zastosowania części zamiennych.	Zamawiający częściowo uwzględnia wnioski. Pkt 15 należy rozumieć jako obowiązek ustawienia prawidłowych wartości parametrów w zakresie możliwym do wykonania w ramach standardowego przeglądu, bez wykonywania naprawy ani wymiany części wykraczającej poza zakres tego przeglądu. Materiały eksploatacyjne i części wymagane w ramach standardowego przeglądu są objęte ceną usługi. Jeżeli przywrócenie wymaganej wartości parametru wymaga naprawy albo wymiany części wykraczającej poza standardowy przegląd, zastosowanie mają zasady określone w § 8 projektowanych postanowień umowy. Powyższe nie dotyczy pozycji wyraźnie oznaczonych w Załączniku nr 2 jako objęte prawem opcji - w takim przypadku ich dostawa lub wymiana następuje wyłącznie po skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji.
5.	Pytanie dot. Załącznika nr 2a do SWZ, dotyczy pakietu nr 1, pkt II Minimalny wymagany zakres usługi Dotyczy: Mobilett Mira Max – aparat jezdny, pkt 16 Prosimy o doprecyzowanie, których konkretnie parametrów dotyczy przedmiotowy zapis.	Zapis dotyczy parametrów podlegających sprawdzeniu lub weryfikacji w ramach czynności wskazanych dla aparatu Mobilett Mira Max w pkt 2-15, dla których dokumentacja serwisowa producenta przewiduje możliwość regulacji mechanicznej lub programowej, w szczególności parametrów generatora, kolimacji i osiowości pola promieniowania oraz parametrów układów mechanicznych i hamulców. Regulacja jest wymagana wyłącznie w zakresie wynikającym z dokumentacji producenta i koniecznym do przywrócenia prawidłowych wartości parametrów.

6.	Pytanie dot. SWZ, rozdział VI, pkt 5, dotyczy pakietu nr 1 i 5 Czy Zamawiający zastrzega sobie w razie wątpliwości prawo do weryfikacji posiadanych certyfikatów na każdym etapie postępowania i realizacji umowy?	Tak. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji spełniania wymagań dotyczących kwalifikacji, certyfikatów i autoryzacji w toku postępowania - w zakresie i trybie dopuszczonym przepisami Pzp oraz SWZ - a następnie w okresie realizacji umowy, w szczególności przy zmianie personelu lub w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do aktualności albo zakresu wymaganych uprawnień. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przez cały okres realizacji osoby spełniające wymagania właściwe dla danego pakietu.
7.	Pytanie dot. Załącznika nr 1 do SWZ, Formularz ofertowy, pkt 5, dotyczy pakietu nr 1 i 5 Prosimy o weryfikację przedmiotowego zapisu. Zwracamy uwagę, że Wykonawca oferuje usługę wykonywania okresowych przeglądów aparatury medycznej, a nie dostawę produktu. W związku z powyższym prosimy o odpowiednie dostosowanie treści do charakteru przedmiotu zamówienia.	Zamawiający nie uwzględnia wniosku o zmianę Formularza ofertowego. Przedmiot zamówienia ma dominujący charakter usługowy, jednak w ramach części pakietów obejmuje również zapewnienie, dostawę i wymianę materiałów eksploatacyjnych oraz części. Formularz ofertowy został ustandaryzowany dla wszystkich części postępowania. Postanowienia odnoszące się do produktów i asortymentu stosuje się w zakresie, w jakim w danym pakiecie występują materiały, części lub inne elementy rzeczowe; w pozostałym zakresie odnoszą się one odpowiednio do świadczeń objętych daną częścią. Załącznik nr 1 pozostaje bez zmian.
8.	Pytanie dot. Załącznika nr 1 do SWZ, Formularz ofertowy, pkt 6, dotyczy pakietu nr 1 i 5 Prosimy o weryfikację zapisów. Zwracamy uwagę, że przedmiotowe postępowanie dotyczy świadczenia usług okresowych przeglądów aparatury medycznej, a nie dostaw. W związku z tym część postanowień odnoszących się do dostawy jednostkowych może nie znajdować zastosowania do przedmiotu zamówienia.	Zamawiający nie uwzględnia wniosku o zmianę Formularza ofertowego. Zamówienie jest realizowane sukcesywnie przez okres 24 miesięcy, przy czym obejmuje zarówno okresowe przeglądy, jak i - w części pakietów - świadczenia rzeczowe związane z dostawą lub wymianą części i materiałów. Sformułowanie dotyczące dostaw jednostkowych ma zastosowanie do pozycji dostawowych występujących w danej części, natomiast terminy wykonania przeglądów wynikają z Załącznika nr 2a i projektowanych postanowień umowy. Załącznik nr 1 pozostaje bez zmian.
9.	Pytanie dot. Załącznika nr 1 do SWZ, Formularz ofertowy, pkt 9, dotyczy pakietu nr 1 i 5 Prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego prawa opcji oraz wskazanie zakresu świadczeń objętych tym uprawnieniem. Jednocześnie zwracamy uwagę, że przedmiotowe postępowanie dotyczy realizacji usług okresowych przeglądów aparatury medycznej. W przypadku braku uzasadnienia dla zastosowania prawa opcji prosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu z dokumentacji postępowania.	Zamawiający nie uwzględnia wniosku o usunięcie zapisu dotyczącego prawa opcji. Prawo opcji, o którym mowa w art. 441 Pzp, dotyczy wyłącznie pozycji wyraźnie oznaczonych jako „OPCJA” w zaktualizowanym Załączniku nr 2 do SWZ - Formularzu cenowym. Pozycje te obejmują dostawę lub wymianę wskazanych elementów lub materiałów, których rzeczywista potrzeba może ujawnić się w okresie realizacji umowy. Maksymalny zakres opcji dla każdej pozycji odpowiada maksymalnej ilości wskazanej dla tej pozycji w Załączniku nr 2, a maksymalna wartość opcji odpowiada wartości tej pozycji obliczonej według ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawcę. Zamawiający będzie mógł

		skorzystać z prawa opcji, jeżeli w okresie obowiązywania umowy zostanie stwierdzona rzeczywista potrzeba zastosowania lub wymiany elementu albo materiału oznaczonego jako opcjonalny. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi przez przekazanie Wykonawcy odrębnego zlecenia lub oświadczenia w formie dokumentowej, przed wykonaniem świadczenia objętego opcją. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o uruchomienie opcji ani o zapłatę za niewykorzystany zakres opcjonalny. Świadczenia objęte opcją będą realizowane na warunkach umowy i według cen jednostkowych zaoferowanych w Załączniku nr 2. Załącznik nr 1 pozostaje bez zmian.
10.	Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, Formularz cenowy, dotyczy pakietu nr 1 i 5 Prosimy o poprawienie formularza cenowego. Zwracamy uwagę, że przedmiotowe postępowanie dotyczy świadczenia usług okresowych przeglądów aparatury medycznej, a nie dostawy produktów. W związku z powyższym prosimy o weryfikację oraz odpowiednią korektę kolumn formularza odnoszących się do dostaw towarów, w szczególności takich jak: „Indeks produktu u dostawcy”, „Nazwa produktu u dostawcy”, „Nazwa producenta”, „Zamawiana jednostka miary”, „Oferowana wielkość opakowania”, „Ilość zamawianych jednostek miary” oraz „Cena jednostki miary netto [zł]”. Obecne nazewnictwo i zakres wymaganych danych są właściwe dla postępowań dotyczących dostaw, natomiast nie odpowiadają charakterowi zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja usług przeglądów okresowych aparatury medycznej.	Zamawiający nie uwzględnia wniosku o zmianę struktury Załącznika nr 2. Formularz cenowy jest ustandaryzowany dla wszystkich części postępowania. Przedmiot zamówienia ma dominujący charakter usługowy, jednak w części pakietów obejmuje również dostawę lub wymianę materiałów i części, w tym pozycje objęte prawem opcji. Z tego względu kolumny identyfikujące produkt, producenta, jednostkę miary, ilość oraz cenę jednostkową pozostają w formularzu. W odniesieniu do pozycji czysto usługowych pola niemające zastosowania pozostają oznaczone zgodnie z formularzem, natomiast dla pozycji dotyczących części lub materiałów Wykonawca podaje dane wymagane w odpowiednim arkuszu. Zamawiający opublikuje zaktualizowany Załącznik nr 2, w którym pozycje objęte prawem opcji zostaną jednoznacznie oznaczone.
11.	Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy, par. 3, ust. 5, dotyczy pakietu nr 1 i 5 Prosimy o następującą modyfikację ustępu: <i>"Zużyte lub wymienione materiały i części zostaną zwrócone Wykonawcy."</i> Przedmiotowa prośba uzasadniona jest przepisami ochrony środowiska i troską o środowisko naturalne. Zwracamy uwagę, że nasza firma stosuje system organizacji zaopatrzenia w fabryczne oryginalne części zamienne uwzględniający wszelkie wymogi związane z ochroną środowiska m.in. wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska. System taki zgodny z ISO nakazuje powtórne wykorzystanie elementów w pełni sprawnych, takich które nie podlegają obciążeniom mechanicznym i zmęczeniowym, a wymianę elementów składowych mogących mieć wpływ na jakość i trwałość wymienianego modułu. Powyższe nadaje priorytet wszelkim procesom przygotowania produktu do ponownego użycia oznaczającego procesy odzysku polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach których produkty lub ich składniki, są przygotowywane do tego, by mogły być ponownie wykorzystywane. Wymontowane części, mogące podlegać procesowi regeneracji lub utylizacji zostaną przekazane Wykonawcy i odesłane do producenta w celu utylizacji lub podjęcia innych działań zgodnych z europejskimi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Zwracamy uwagę, że dla	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w brzmieniu obejmującym automatyczny zwrot wszystkich zużytych lub wymienionych materiałów i części Wykonawcy. Obowiązuje § 3 ust. 5 projektowanych postanowień umowy: zużyte lub wymienione materiały i części pozostają u Zamawiającego, natomiast na pisemne polecenie Zamawiającego Wykonawca odbierze je i zagospodaruje zgodnie z przepisami o odpadach, bez dodatkowego wynagrodzenia. Rozwiązanie to umożliwia przekazanie Wykonawcy wymienionych elementów, w tym do regeneracji lub prawidłowego zagospodarowania, jeżeli Zamawiający podejmie taką decyzję. Jeżeli cena konkretnej części jest kalkulowana w systemie wymiany wymagającym zwrotu części zdemontowanej, okoliczność ta powinna zostać jednoznacznie wskazana przy danej pozycji oferty i będzie podlegała ocenie Zamawiającego.

	Zamawiającego uszkodzone lub zużyte części zamienne nie przedstawiają żadnej wartości i są tylko zepsutym elementem urządzenia medycznego, który należy wymienić. Z uwagi na opłaty środowiskowe, w sytuacji konieczności pozostawiania u Zamawiającego wymienionych części w trakcie naprawy, dostarczane nowe części będą droższe w stosunku do sytuacji, kiedy wymieniane w trakcie naprawy części zostaną odesłane do producenta.	
12.	Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy, par. 3, ust. 10, dotyczy pakietu nr 1 i 5 Prosimy o potwierdzenie, że wymagane szkolenie zostanie przeprowadzone przez inżyniera, posiadającego aktualny certyfikat lub uprawnienia wystawione przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela, a nie przez dowolną osobę.	Zamawiający nie wprowadza dodatkowego wymogu, aby szkolenie prowadziła osoba posiadająca odrębny certyfikat producenta uprawniający do prowadzenia szkoleń. Szkolenie ma zostać przeprowadzone przez osobę posiadającą wiedzę i kwalifikacje adekwatne do danego urządzenia. W zakresie pakietów nr 1 i 5 osoby realizujące czynności serwisowe muszą spełniać wymagania dotyczące kwalifikacji określone w SWZ; szkolenie może zostać przeprowadzone przez taką osobę.
13.	Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy, par. 3, ust. 11, dotyczy pakietu nr 5 Prosimy o potwierdzenie, że dla Pakietu 5 Wykonawca w ramach ceny przeglądu powinien uwzględnić wszelkie czynności związane z realizacją usługi, w tym diagnostykę, koszty robocizny oraz koszty dojazdu serwisu. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że jedynie ewentualne części zamienne nie są objęte wynagrodzeniem ryczałtowym za przegląd i będą rozliczane odrębnie, poza zakresem umowy podstawowej, na podstawie odrębnej wyceny i akceptacji Zamawiającego.	Tak, z następującym doprecyzowaniem. W zakresie Pakietu nr 5 cena przeglądu obejmuje wszystkie czynności i koszty wymagane do realizacji zakresu objętego umową, w tym diagnostykę, robociznę, dojazd oraz materiały eksploatacyjne i części wymagane w ramach standardowego przeglądu. Odrębnie rozliczane mogą być: 1) świadczenia wyraźnie oznaczone w Załączniku nr 2 jako objęte prawem opcji - po jego uruchomieniu przez Zamawiającego, oraz 2) naprawy i części wykraczające poza standardowy przegląd i nieobjęte prawem opcji - na zasadach określonych w § 8 projektowanych postanowień umowy. Jeżeli zakres Pakietu nr 5 obejmuje diagnostykę lub naprawy bez użycia części pomiędzy przeglądami, koszt robocizny, diagnostyki i dojazdu jest objęty wynagrodzeniem za pakiet.
14.	Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy, par. 4, ust. 6, dotyczy pakietu nr 5 Prosimy o doprecyzowanie czy wymóg „zapewnienia możliwości” wykonania zdalnej lub stacjonarnej diagnostyki systemu oraz wykonywania napraw bez użycia części oznacza jedynie gotowość do realizacji tych usług, czy też ich wykonanie w ramach wynagrodzenia przewidzianego za przeglądy okresowe. W przypadku gdy przedmiotowe czynności mają być realizowane przez Wykonawcę w ramach umowy, prosimy o jednoznaczne wskazanie, że ich koszt należy uwzględnić w cenie przeglądów. Informacja ta ma istotne znaczenie dla prawidłowej kalkulacji ceny oferty.	Wymóg nie oznacza wyłącznie gotowości do wykonania tych czynności. W zakresie Pakietu nr 5 diagnostyka zdalna lub stacjonarna oraz naprawy bez użycia części, w zakresie przewidzianym w dokumentach zamówienia, będą wykonywane w okresie obowiązywania umowy na zgłoszenie Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia. Koszt tych czynności, w tym robocizny, diagnostyki i dojazdu, należy uwzględnić w cenie oferty. Części wymagane w ramach standardowego przeglądu są objęte ceną przeglądu, natomiast części wykraczające poza standardowy przegląd podlegają zasadom określonym w § 8 umowy, chyba że konkretna pozycja została wyraźnie oznaczona w Załączniku nr 2 jako objęta prawem opcji.
15.	Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy, par. 4, ust. 6, dotyczy pakietu nr 5	Zamawiający nie potwierdza gwarantowanej minimalnej przepustowości łącza na poziomie 10/5 Mbps. Dokumenty

	Prosimy o potwierdzenie, że dla Pakietu 5 Zamawiający zapewni infrastrukturę teleinformatyczną o minimalnej przepustowości 10/5 Mbps (download/upload), niezbędną do realizacji usług wymagających zdalnego dostępu do systemu.	zamówienia przewidują możliwość diagnostyki zdalnej lub stacjonarnej. Zdalny dostęp będzie realizowany po każdorazowym uzgodnieniu z Zamawiającym i w zakresie dopuszczonym przez jego infrastrukturę teleinformatyczną oraz wymagania bezpieczeństwa. Jeżeli warunki techniczne nie pozwolą na wykonanie diagnostyki zdalnej, Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić diagnostykę stacjonarną na zasadach określonych w umowie.
16.	Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy, par. 10, ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie ubezpieczenia OC najpóźniej 7 dni po końcu ważności dotychczasowego ubezpieczenia? Powyższe wynika z warunków umowy Wykonawcy z ubezpieczycielem.	Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonawca jest zobowiązany zachować ciągłość ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres obowiązywania umowy, a dokument potwierdzający dalszą ochronę przedstawić najpóźniej w dniu poprzedzającym wygaśnięcie dotychczasowego ubezpieczenia. Przedłożenie dokumentu dopiero po upływie okresu obowiązywania dotychczasowej polisy nie zapewnia Zamawiającemu możliwości bieżącej weryfikacji ciągłości wymaganej ochrony.
17.	Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy, par. 11, ust. 5, lit. ee) Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania dotyczącego jednoznacznej identyfikacji użytkownika rozwiązanie, w którym identyfikacja realizowana jest za pomocą indywidualnych kont użytkowników, a system rejestruje dane użytkownika oraz datę i godzinę dostępu do zasobów objętych zdalnym serwisem? W ocenie Wykonawcy powyższe rozwiązanie zapewnia pełną identyfikowalność działań użytkowników oraz możliwość prowadzenia rejestru dostępu zgodnie z wymaganiem jednoznacznej identyfikacji użytkownika.	Tak, pod warunkiem że każde konto jest indywidualne, przypisane do konkretnego użytkownika i nie jest kontem współdzielonym, a zastosowane rozwiązanie umożliwia jednoznaczne przypisanie dostępu do konkretnej osoby. System powinien rejestrować co najmniej identyfikator użytkownika, datę i godzinę dostępu oraz - w zakresie technicznie dostępnym - wykonane czynności. Pozostałe wymagania dotyczące zdalnego dostępu określone w § 11 umowy pozostają bez zmian.
18.	Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy, par. 12 Prosimy o potwierdzenie, że Strony w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, poprzez uzupełnienie treści umowy o dodanie w par 12 ustępu: <i>"Strony ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji"</i> .	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane ograniczenie. Gwarancja jakości określona w § 12 stanowi dodatkowe zobowiązanie Wykonawcy dotyczące prawidłowości wykonanych czynności serwisowych oraz zastosowanych materiałów i części. Zamawiający nie wyraża zgody, aby zakres lub okres pozostałej odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie albo nienależyte wykonanie umowy został ograniczony do zakresu i 6-miesięcznego okresu gwarancji.
19.	Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy, dotyczy pakietu nr 1 i 5 Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu: <i>„W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych</i>	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu w proponowanym brzmieniu, w szczególności w zakresie „nieograniczonego” dostępu do urządzenia oraz automatycznego prawa do odmowy wykonania usługi. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do urządzenia w terminie uprzednio uzgodnionym zgodnie z umową oraz będzie stosował obowiązujące procedury sanitarne i przeciwepidemiczne. Jeżeli stan urządzenia lub

		pomieszczenia będzie powodował obiektywne zagrożenie dla personelu Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o przeszkodzie i jej przyczynie, a Strony uzgodnią sposób i termin bezpiecznego wykonania czynności. Okres, w którym wykonanie usługi jest obiektywnie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, nie będzie traktowany jako zwłoka Wykonawcy.
20.	Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy, dotyczy pakietu nr 1 i 5 Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy mogą zostać wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli: <i>Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.</i>	Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zasad postępowania z odpadami w zakresie wskazanym w pytaniu. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w przypadku odpadów powstających w wyniku świadczenia usług konserwacji i napraw co do zasady wytwórcą jest podmiot świadczący usługę, chyba że umowa stanowi inaczej. Strony przyjmują zatem, że w odniesieniu do odpadów powstałych podczas realizacji umowy, które z uwagi na kontakt z krwią, płynami ustrojowymi albo innym materiałem biologicznym zostaną zakwalifikowane jako zakaźne odpady medyczne albo niebezpieczne odpady medyczne inne niż zakaźne, wytwórcą odpadów będzie Zamawiający, który zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Wykonawca przekaze takie odpady Zamawiającemu zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego reżimem sanitarnym. Powyższe nie dotyczy w szczególności wymontowanych części i podzespołów elektronicznych lub mechanicznych, opakowań oraz innych odpadów związanych z działalnością serwisową.


Wiesław Babizewski
 koordynator
 ds. zamówień publicznych


 DYREKTOR
 Andrzej Juliusz Kamasa