

Ciechanów, dnia 19 października 2026 r.

AT – ZP/2501/92/26

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Doposażenie Szpitala w aparaturę i wyposażenie medyczne zwiększające odporność infrastrukturalną oraz zapewniające ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacjach kryzysowych (Postępowanie nr 2)”, nr sprawy ZP/2501/92/26.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 57

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie informuje o zmianie odpowiedzi na pytanie nr 57, dotyczące pakietu nr 6 – „Wieża laparoskopowa z zieloną indocyjaninową (system ICG) z wyposażeniem”, udzielonej w wyjaśnieniach treści SWZ z dnia 14 października 2026 r.

Dotychczasowa odpowiedź na pytanie nr 57:

„Zgodnie z SWZ.”

Nowa odpowiedź na pytanie nr 57:

„Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 6 toru wizyjnego wykorzystującego technologię 4K pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych w załączniku nr 2.6 do SWZ, w szczególności wymagań dotyczących obrazowania trójwymiarowego (3D) oraz obrazowania fluorescencyjnego z wykorzystaniem zieleni indocyjaninowej (ICG).

Dopuszczenie technologii 4K dotyczy rozdzielczości obrazowania i nie stanowi zgody na odstępstwa od pozostałych wymagań określonych w załączniku nr 2.6 do SWZ.”

Powyższa odpowiedź zastępuje w całości dotychczasową odpowiedź na pytanie nr 57. W pozostałym zakresie wyjaśnienia treści SWZ z dnia 14 października 2026 r. pozostają bez zmian.

Niniejsze zawiadomienie stanowi integralną część dokumentów zamówienia.


DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

mgr inż. Ewa Katarzyna Jakimiec