

Ciechanów dnia 20.10.2026 r.

AT - ZP/2501/92/26

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **Doposażenie Szpitala w aparaturę i wyposażenie medyczne zwiększające odporność infrastrukturalną oraz zapewniające ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacjach kryzysowych (Postępowanie nr 2)** ogłoszonego w dniu 02/10/2026 r w DUUE, nr ogłoszenia 191/2026 679498-2026 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp.	pytanie	odpowiedź
1	Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości asortymentu objętego postępowaniem, dla pakietu 8 - Zestaw narzędzi chirurgicznych, szt. 2 W udostępnionym Załączniku nr 2.8 do SWZ – OPZ nie wskazano ilości poszczególnych pozycji, co uniemożliwia prawidłowe przygotowanie i skalkulowanie oferty. Prosimy o podanie ilości dla wszystkich pozycji (ilości dla dwóch zestawów)	Zamawiający w odpowiedzi na pytanie opublikował w dniu 20.10.2026 r nowy Załącznik nr 2.8 z adnotacją AKTUALNY
2	Aparat, który zamierzamy zaoferować w ramach pakietu nr 14 jest urządzeniem multimodalnym (OCT + funduskamera), przez co wymaga dużej przestrzeni dyskowej na archiwizację obrazów z wyników pracy. Czy wobec tego Zamawiający przewiduje archiwizowanie danych we własnym zakresie (np. w ramach sieci szpitalnej), czy oferta ma uwzględniać system do archiwizacji danych w postaci dwóch urządzeń typu NAS z dyskami dużej pojemności?	Nie, Zamawiający nie przewiduje archiwizowania danych we własnym zakresie. Oferta ma uwzględnić uwzględniać system do archiwizacji danych w postaci dwóch urządzeń typu NAS z dyskami dużej pojemności.
3	Czy Zamawiający zamierza korzystać z własnej drukarki (np. sieciowej) do wykonywania wydruków wyników badania generowanych przez aparat OCT będący przedmiotem zamówienia, czy oczekuje zaoferowania drukarki wraz z OCT?	Nie, Zamawiający nie zamierza korzystać z własnej drukarki i oczekuje zaoferowania drukarki wraz z OCT.

Zamawiający informuje o wydłużeniu następujących terminów:

1. składania ofert: z dnia 21.10.2026 r. godz. 10: 00 na 23.10.2026 r. godz. 10:00
2. otwarcia ofert: z dnia 21.10.2026 r. godz. 10:30 na 23.10.2026 r. godz. 10:30
3. związania ofertą: do dnia 20.01.2027 r.

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
dyj
mgr inż. Ewa Katarzyna Jakimiec

Wiesław Babiżewski
kierownik
ds. zamówień publicznych