Ciechanów dnia 20.10.2026 r.

ZP/2505/101/26

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na **dostawę jednorazowych materiałów chirurgicznych** zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawcę zapytanie, dotyczące treści zaproszenia:

Lp.	pytanie	odpowiedź
1.	Pytanie dot. Pakietu nr 1, poz.1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości jednorazowego trokara ostrzowego, o średnicy 5mm z zaokrąglonym, płaskim ostrzem i jednostronną osłoną. Ostrze bezpieczne (po przejściu trokara przez powłoki, ostrze automatycznie zostaje przykryte osłoną). Trokar posiada wizualny i dźwiękowy wskaźnik położenia ostrza. Kaniula karbowana, przezierna, o długości 100mm. Trokar posiada dwustopniowy zawór insuflacyjny z możliwością przełączenia go w 3 pozycje (stop/insuflacja/stop). Całkowicie zdejmowalna głowica z uszczelkami ułatwiająca usuwanie tkanki i szybką desuflację. System podwójnej uszczelki nie wymagający redukcji do pracy z narzędziami od 4,47 do 6,8 mm. Opakowanie zbiorcze 6 szt.?	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia.
2	Pytanie dot. Pakietu nr 1, poz.2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości jednorazowego trokara ostrzowego, o średnicy 11mm z zaokrąglonym, płaskim ostrzem i jednostronną osłoną. Ostrze bezpieczne (po przejściu trokara przez powłoki, ostrze automatycznie zostaje przykryte osłoną). Trokar posiada wizualny i dźwiękowy wskaźnik położenia ostrza. Kaniula karbowana, przezierna, o długości 100mm. Trokar posiada dwustopniowy zawór insuflacyjny z możliwością przełączenia go w 3 pozycje (stop/insuflacja/stop). Całkowicie zdejmowalna głowica z uszczelkami ułatwiająca usuwanie tkanki i szybką desuflację. System podwójnej uszczelki nie wymagający redukcji do pracy z narzędziami od 4,7 do 11,4 mm. Opakowanie zbiorcze 6 szt.?	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia.
3	Pytanie dot. Pakietu nr 1, poz.3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości jednorazowego trokara ostrzowego, o średnicy 12mm z zaokrąglonym, płaskim ostrzem i jednostronną osłoną. Ostrze bezpieczne (po przejściu trokara przez powłoki, ostrze automatycznie zostaje przykryte osłoną). Trokar posiada wizualny i dźwiękowy wskaźnik położenia ostrza. Kaniula karbowana, przezierna, o długości 100mm. Trokar posiada dwustopniowy zawór insuflacyjny z możliwością przełączenia go w 3 pozycje (stop/insuflacja/stop). Całkowicie zdejmowalna głowica z uszczelkami ułatwiająca usuwanie tkanki i szybką desuflację. System podwójnej uszczelki nie wymagający redukcji do pracy z narzędziami od 4,7 do 13,2 mm. Opakowanie zbiorcze 6 szt.?	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia.

4	Pytanie dot. Pakietu nr 1, poz. 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości jednorazowego trokara optycznego typu Hasson, przeznaczony do mikrolaparotomii, tępo zakończony, średnica 5mm lub 12 mm (do wyboru przez Zamawiającego), długość 100 mm, umożliwiający atraumatyczną artykulację narzędzia przy zachowaniu odmy otrzewnowej. Obturator atraumatyczny, optyczny, umożliwiający wizualizację podczas wprowadzania. System fiksacji kaniuli w powłokach złożony z symetrycznego, bezlateksowego balonu o pojemności 20 ml oraz stożka żelowego. Po bokach 2 opaski do szwów. System podwójnej uszczelki nie wymagający redukcji do pracy z narzędziami od 4,47-6,8mm dla trokara 5mm lub 4,7-13,2mm dla trokara 12mm. Zintegrowany dwustopniowy zawór insuflacyjny z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Całkowicie zdejmowalna głowica ułatwiająca usuwanie tkanki i szybką desuflację pozabiegową. Do zestawu dołączona odpowiednia strzykawka do napompowania balonu, pakowana razem w jednym sterylnym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze 6 szt.?	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia.
5	Pytanie dot. Pakietu nr 1, poz. 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości jednorazowego trokara optycznego typu Hasson, przeznaczony do mikrolaparotomii, tępo zakończony, średnica 12 mm, długość 100 mm lub 130 mm (do wyboru przez Zamawiającego), umożliwiający atraumatyczną artykulację narzędzia przy zachowaniu odmy otrzewnowej. Obturator atraumatyczny, optyczny, umożliwiający wizualizację podczas wprowadzania. System fiksacji kaniuli w powłokach złożony z symetrycznego, bezlateksowego balonu o pojemności 20 ml oraz stożka żelowego. Po bokach 2 opaski do szwów. System podwójnej uszczelki nie wymagający redukcji do pracy z narzędziami od 4,7 do 13,2mm. Zintegrowany dwustopniowy zawór insuflacyjny z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Całkowicie zdejmowalna głowica ułatwiająca usuwanie tkanki i szybką desuflację pozabiegową. Do zestawu dołączona strzykawka 20 ml do napompowania balonu, pakowana razem w jednym sterylnym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze 6 szt.?	Nie zmieniamy opisu przedmiotu zamówienia.

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr inż. Ewa Katarzyna Jakimiec

Wiesław Babiżewski
koordynator
ds. zamówień publicznych