



Ciechanów dnia 22.10.2026 r.

AT - ZP/2501/106/26

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Materiały medyczne dla Bloku Operacyjnego** ogłoszonego w dniu 15/10/2026 r w **BZP**, nr ogłoszenia **2026/BZP 00488132** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp.	pytanie	odpowieź
1	Pytanie do pak.1 1.Wnosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w Pakiecie nr 1 poz. 1-3 [Zgodnie z § 4.1. pkt. 4 regułą 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 nr 215, poz. 1416) oraz z pkt. 5.4. regułą 8 załącznika VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych zwane „MDR”, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2022 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG zwaną „MDD”] wyroby medyczne, które są przeznaczone do implantacji i chirurgiczne wyroby inwazyjne do długotrwałego użytku powinny posiadać klasę IIb), wymagać będzie zaferowania wyrobów medycznych – klipsów naczyniowych zaklasyfikowanych do klasy IIb.	Potwierdzamy
2	Pytanie do pak.1 2.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 4 endoskopowego zestawu ssącego płuczącego, zestaw grawitacyjny, długość 33cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.	Zgoda
3	Pytanie do pak.1 3.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 17 zestawu trokarów laparoskopowych z jednym zasobnikiem klipsów tytanowych, pozostałe parametry zgodne z SWZ	Zgoda
4	Pytanie do pak.1 4.Proszę o jednoznaczne wskazanie, jaką jednostkę miary Zamawiający ma na myśli, stosując określenie „sztuka” w pozycjach 1–12 oraz 16 formularza asortymentowo-cenowego. Czy określenie to oznacza pojedynczą sztukę produktu, czy opakowanie zawierające określoną liczbę sztuk? W przypadku gdy Zamawiający ma na myśli opakowanie, proszę o wskazanie wymaganej wielkości opakowania, tj. liczby sztuk w opakowaniu.	Jednostka miary to pojedyncza sztuka.

Wiesław Rabiżewski
kierownik
ds. zamówień publicznych

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr inż. Ewa Katarzyna Jakimiec