Ciechanów dnia, 09.11.2026 r.

AT - ZP/2501/103/26

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Dostawa obłożeń i serwet operacyjnych** ogłoszonego w dniu **21.10.2026** r. w **BZP**, nr ogłoszenia **2026/BZP 729982** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1.	Do umowy – Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto.	Nie wyrażamy zgody na przedstawioną propozycję
2.	Pakiet 2 pozycje 10, 15-17, 24 – Czy Zamawiający dopuści serwetę z odpornością na penetrację płynów 196cm H20, chłonność 600%, odporność na wypychanie sucho/mokro 109,0/99,4kPa?	Zgodnie z SWZ
3.	Pakiet 2 pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową o wymiarach 30x50cm?	Zgodnie z SWZ
4.	Pakiet 2 pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń o wymiarach 30x40cm?	Zgodnie z SWZ
5.	Pakiet 2 pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści osłonę o długości 15cm i szerokości 10cm?	Zgodnie z SWZ
6.	Pakiet 2 pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze niebieskim?	Zgodnie z SWZ
7.	Pakiet 2 pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 72x100cm?	Zgodnie z SWZ
8.	Pakiet 2 pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniem wewnętrznym kończącym się 32 cm od dolnego brzegu?	Zgodnie z SWZ
9.	Pakiet 2 pozycja 18, 19 – Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietami o długości 7,5cm?	Zgodnie z SWZ
10.	Pakiet 2 pozycja 18, 19 – Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30x30cm wykonane z włókniny typu spunlace?	Zgodnie z SWZ
11.	Pakiet 2 pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty w włókninę typu SMS?	Zgodnie z SWZ
12.	Pakiet 2 pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach M-124 cm, L-128, XL cm -138 cm, XXL-157cm?	Zgodnie z SWZ
13.	Pakiet 2 pozycja 20 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie? • 1x Pojemnik okrągły poj. 500ml, niebieski, z podziałką • 5x Kompres z włókniny 30G 4W 5cm x 5cm	Zgodnie z SWZ
14.	Pakiet 2 pozycja 21 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?	Zgodnie z SWZ

15.	Pakiet 2 pozycja 22 – Czy Zamawiający dopuści taśmę typu rzep o wymiarach 2x22cm? • 1x Pojemnik okrągły poj. 250ml, niebieski, z podziałką • 5x Kompres z włókniny 30G 4W 5cm x 5cm	Zgodnie z SWZ
16.	Pakiet 2 pozycja 23 – Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30x30cm wykonane z włókniny typu spunlace?	Zgodnie z SWZ
17.	Pakiet 2 pozycja 23 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny z opakowanie a'1szt. wraz z przeliczeniem podanych ilości?	Zgodnie z SWZ
18.	Pytanie dot. treści zapisów umowy W postanowieniach umowy zawarto zapis odnośnie kary za rozwiązanie/odstąpienie od umowy, która jest liczona od wartości całkowitej umowy. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów treści umowy na zapis, aby kara była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy. Jest to praktyka powszechnie stosowana w placówkach służby zdrowia. Zastosowanie pierwotnych postanowień umowy grozi przeniesieniem całkowitego ryzyka gospodarczego wyłącznie na Wykonawcę, co jest sprzeczne z orzecznictwem, które zobowiązuje Zamawiającego nie tylko do uwzględniania swojego interesu, a także interesów Wykonawcy.	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy
19.	Pytanie dot. treści zapisów umowy Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu dotyczącego terminu dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zapis: „Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy"? Doktryna oraz judykatura przyjmują stanowisko, zgodnie z którym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (Wykonawcy). Powyższe wynika również z brzmienia art. 454 § 2 k.c. zgodnie z którym miejscem spełnienia świadczenia, jest miejsce siedziby przedsiębiorstwa wierzyciela. W związku z tym dopiero uzyskanie środków na rachunku wierzyciela może być uznane za spełnienie świadczenia, jako realne rozliczenie zobowiązania. Przyjęcie dnia obciążenia rachunku Zamawiającego jako dnia zapłaty prowadzi do sytuacji, w której Wykonawca nie otrzymawszy środków w terminie, znajduje się jednocześnie w sytuacji, w której świadczenie uznane jest za spełnione. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt III CZP 164/94, przepis art. 454 k.c. wprawdzie wprost reguluje problematykę miejsca wykonania zobowiązania, jednakże - co nie budzi wątpliwości - dotyczy także chwili spełnienia świadczenia. Skutkiem rozliczenia przeprowadzonego w formie bezgotówkowej jest obciążenie rachunku dłużnika oznaczoną w jego dyspozycji kwotą, a następnie uznanie - tą samą kwotą - rachunku wierzyciela. Ze względu na fakt, że uznanie polega na uczynieniu na rachunku wierzyciela stosownego wpisu po stronie credit ("ma"), wierzyciel z tą samą chwilą uzyskuje uprawnienie do swobodnego rozporządzania objętymi wpisem środkami pieniężnymi. W efekcie uznanie rachunku wierzyciela realizuje klasyczną konstrukcję zapłaty. Z tą chwilą następuje umorzenie (wygaśnięcie) zobowiązania - stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały. Tym samym wnosimy o dokonanie zmiany w treści wzoru umowy, zgodnie z powyższym pytaniem oraz zasadami regulowania zobowiązań wynikającymi z przepisów kodeksu cywilnego.	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy
20.	Pakiet 2 poz.10 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylna, przylepna serweta 75x90cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58 g/m2 o niskim współczynniku pylenia ≤ 1,7 log10 o współczynniku absorpcji min. 250%. Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie.Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serwety pakowane w opakowanie papierowo foliowe, następnie kartonowy dyspenser i karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.	Zgodnie z SWZ
21.	Pakiet 2 poz.11 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylna torba na narzędzia 46x25 cm (długość x szerokość) z podwójnymi przylepcami (w dolnej i górnej części), 3-komorowa. Torba wykonana z mocnej,	Zgodnie z SWZ

	przezroczystej, matowej folii polietylenowej o grubości 120 µm. Produkt bez zawartości lateksu. Opakowanie jednostkowe typu papier-folia posiadające 4 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Produkt jednostkowy pakowany zbiorczo w karton po 40 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Wyrób medyczny klasy I s zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobach Medycznych. Producent spełnia wymogi systemu zarządzania jakością EN ISO 13485 oraz normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzone certyfikatem.	
22.	Pakiet 2 poz.12 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylna torba na narzędzia 33x41 cm (długość x szerokość) z przylepcem 41x5cm, 2 komory - jedna komora o szerokości 14 cm, druga 27 cm, dodatkowe usztywnienie na końcu. Torba wykonana jest z mocnej, przezroczystej folii polietylenowej o grubości 60 µm. Produkt bez zawartości lateksu. Opakowanie jednostkowe typu papier-folia posiadające 4 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Produkt jednostkowy pakowany zbiorczo po 100 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Wyrób medyczny klasy I s zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobach Medycznych. Producent spełnia wymogi systemu zarządzania jakością EN ISO 13485 oraz normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzone certyfikatem.	Zgodnie z SWZ
23.	Pakiet 2 poz.13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylna, uniwersalna, osłona uchwytu lampy operacyjnej wykonana z twardego plastikowego kołnierza o średnicy zewnętrznej 115mm i wewnętrznej 15mm do max. 48 mm zintegrowanego z foliową osłoną o szerokości 115 mm ± 4 mm. Konstrukcja osłony (16 ząbków do regulacji otworu i zabezpieczenia przed spadaniem osłony) umożliwiająca zastosowanie dla uchwytów o średnicy od 15 mm do max. 46 mm o długości max 13 cm ±1. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Wyrób medyczny klasy I s zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobach Medycznych. Producent spełnia wymogi normy ISO 13485 oraz ISO 14001 potwierdzone certyfikatem.	Zgodnie z SWZ
24.	Pakiet 2 poz. 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Jednorazowa sterylna osłona na uchwyt lampy operacyjnej o wymiarach 3x7,5 cm wyposażona w kołnierz ochronny eliminujący ryzyko dotknięcia części niesterylnej lampy, wykonana z elastycznego i cienkiego plastiku nie zawierającego lateksu, pakowana pojedynczo na płasko (nie rolowana) co pozwala na intuicyjną i oszczędzającą czas obsługę podczas instalacji. Opakowanie jednostkowe typu papier-folia. Opakowanie zbiorcze karton zawierający 400 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Wyrób medyczny klasy I s zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobach Medycznych. Producent spełnia wymogi normy ISO 13485 oraz ISO 14001 potwierdzone certyfikatem.	Zgodnie z SWZ
25.	Pakiet 2 poz.14 Prosimy Zamawiającego o wykreślenie pozycji 14 z pakietu 2.	Zgodnie z SWZ
26.	Pakiet 2 poz.15 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylna, przylepna na dłuższym boku serweta 90x150cm wykonana z bilaminatu o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na penetracje płynów >178 cmH2O, o niskim współczynniku pylenia (≤1,7 log10), o odporności na rozerwanie na sucho/mokro 145/149kPa i zdolności absorpcji >250%. Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serwety pakowane w opakowanie papierowo foliowe, następnie kartonowy dyspenser i karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.	Zgodnie z SWZ
27.	Pakiet 2 poz.16 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Sterylna, przylepna na dłuższym boku serweta 45x50cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58 g/m2 o niskim współczynniku pylenia ≤ 1,7 log10 o współczynniku absorpcji min. 250%. Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.	Zgodnie z SWZ

	Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serwety pakowane w opakowanie papierowo foliowe, następnie kartonowy dyspenser i karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem	
28.	Pakiet 2 poz.17 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylna, przylepna serweta 75x90cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58 g/m2 o niskim współczynniku pylenia ≤ 1,7 log10 o współczynniku absorpcji min. 250%. Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serwety pakowane w opakowanie papierowo foliowe, następnie kartonowy dyspenser i karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.	Zgodnie z SWZ
29.	Pakiet 2 poz.17 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenieP: Sterylna, przylepna na dłuższym boku serweta 45x50cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58 g/m2 o niskim współczynniku pylenia ≤ 1,7 log10 o współczynniku absorpcji min. 250%. Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie.Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serwety pakowane w opakowanie papierowo foliowe, następnie kartonowy dyspenser i karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem	Zgodnie z SWZ
30.	Pakiet 2 poz.18 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:Fartuch chirurgiczny sterylny, z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min. 35 g/m2, stopień 2 repelencji dla wody i alkoholi. Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem. Dodatkowo wzmocniony dwuwarstwowym laminatem - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa, w części przedniej i w rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 75 g/m2. Wzmocnienia przyklejone do fartucha dookoła po obwodzie, długość wzmocnienia w rękawach od 36,8 cm do 48,3 cm w zależności od rozmiaru. Wzmocnienie przednie w kształcie trapezu, wysokość wzmocnienia od 72,4 cm do 116,8 cm w zależności od rozmiaru. Zapinany na szyi na rzep o długości minimum 17 cm. Oznaczenie rozmiaru i długości fartucha w co najmniej dwóch miejscach na stronie wewnętrznej, widocznej przed jego rozłożeniem. Odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym min. 190 cm H2O, w obszarze mniej krytycznym min. 50 cm H2O. Oznaczenie HP (High Performance) według normy EN 13795-1. Widoczny kod kolorystyczny na fartuchu i etykiecie, wskazujący na barierowość fartucha. Odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro w obszarze krytycznym min. 6,00 IB, w obszarze mniej krytycznym min. 4,5 IB. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach S/M – 2XL (tj. o długości od 115 cm do 160 cm). Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne z włókniny SMS z 2 ręcznikami chłonnymi o wymiarach min. 30 x 39 cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji zawierające co najmniej: numer referencyjny, numer LOT, datę ważności produktu. Pakowane od 20 do 32 sztuk w kartonie zbiorczym, w zależności od rozmiaru.	Zgodnie z SWZ
31.	Pakiet 2 poz.18 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Fartuch chirurgiczny sterylny, z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Stopień 8 repelencji materiału dla wody i alkoholu. Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem. Dodatkowo wzmocniony dwuwarstwowym laminatem - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa, w części przedniej i w rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 75 g/m2 Wzmocnienia przyklejone do fartucha dookoła po obwodzie, długość	Zgodnie z SWZ

	wzmocnienia w rękawach od 36,8 cm do 48,3 cm w zależności od rozmiaru. Wzmocnienie przednie w kształcie trapezu, wysokość wzmocnienia od 72,4 cm do 116,8 cm w zależności od rozmiaru. Zapinany na szyi na rzep o długości minimum 17 cm. Oznaczenie rozmiaru i długości fartucha w co najmniej dwóch miejscach na stronie wewnętrznej, widocznej przed jego rozłożeniem. Odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym min. 164 cm H2O, w obszarze mniej krytycznym min. 53 cm H2O. Oznaczenie HP (High Performance) według normy EN 13795-1. Widoczny kod kolorystyczny na fartuchu i etykiecie, wskazujący na barierowość fartucha. Oznaczenie graficzne na przedniej części fartucha określające barierowość w Amerykańskiej skali AAMI, służące do wzajemnej kontroli użytkowników. Odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro w obszarze krytycznym min. 6,0 IB, w obszarze mniej krytycznym min. 4,0 IB. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach S/M – 3XL (tj. o długości od 115 cm do 170 cm). Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne z włókniny SMS z 2 ręcznikami chłonnymi o wymiarach min. 30 x 39 cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji zawierające co najmniej: numer referencyjny, numer LOT, datę ważności produktu. Pakowane od 20 do 32 sztuk w kartonie zbiorczym, w zależności od rozmiaru.	
32.	Pakiet 2 poz.19 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Fartuch chirurgiczny sterylny, z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min. 35 g/m2, stopień 2 repelencji dla wody i alkoholi. Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem. Zapinany na szyi na rzep o długości minimum 17 cm. Oznaczenie rozmiaru i długości fartucha w co najmniej dwóch miejscach na stronie wewnętrznej, widocznej przed jego rozłożeniem. Odporność na przenikanie płynów min. 50 cm H2O w obszarze krytycznym i mniej krytycznym. Oznaczenie SP (Standard Performance) według normy EN 13795-1. Widoczny kod kolorystyczny na fartuchu i etykiecie, wskazujący na barierowość fartucha. Odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 4,8 IB. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach S/M – 2XL (tj. o długości od 115 cm do 160 cm). Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 wystawione przez jednostki notyfikowane. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne z włókniny SMS z 2 ręcznikami chłonnymi o wymiarach min. 30x cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji zawierające co najmniej: numer referencyjny, numer LOT, datę ważności produktu. Pakowane po 32 lub 36 sztuk w kartonie zbiorczym, w zależności od rozmiaru.	Zgodnie z SWZ
33.	Pakiet 2 poz.19 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Fartuch chirurgiczny sterylny, z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Stopień 8 repelencji materiału dla wody i alkoholu. Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem. Zapinany na szyi na rzep o długości minimum 17 cm. Oznaczenie rozmiaru i długości fartucha w co najmniej dwóch miejscach na stronie wewnętrznej, widocznej przed jego rozłożeniem. Odporność na przenikanie płynów min. 50 cm H2O w obszarze krytycznym i mniej krytycznym. Oznaczenie SP (Standard Performance) według normy EN 13795-1. Widoczny kod kolorystyczny na fartuchu i etykiecie, wskazujący na barierowość fartucha. Oznaczenie graficzne na przedniej części fartucha określające barierowość w Amerykańskiej skali AAMI, służące do wzajemnej kontroli użytkowników. Odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 4,0 IB. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach L – 2XLL (tj. o długości od 120 cm do 170 cm). Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne z włókniny SMS z 2 ręcznikami chłonnymi o wymiarach min. 30 x 39 cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji zawierające co najmniej: numer referencyjny, numer LOT, datę ważności produktu. Pakowane po 32 lub 36 sztuk w kartonie zbiorczym, w zależności od rozmiaru.	Zgodnie z SWZ
34.	Pakiet 2 poz.20 Prosimy Zamawiającego o usunięcie pozycji 20 z pakietu 2	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję

35.	Pakiet 2 poz.21 Prosimy Zamawiającego o usunięcie pozycji 21 z pakietu 2	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
36.	Pakiet 2 poz.22 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie :Sterylny, jednorazowy, bezlateksowy przylepny uchwyt na przewody typu rzep wykonany z poliamidu, o długości 23 cm i szerokości 2,5 cm. Opakowanie jednostkowe typu papier-folia zawierające 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Produkt jednostkowy umieszczony po 100 szt. w 4 dyspenserach, następnie w kartonie zbiorczym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Wyrób medyczny klasy I s zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobach Medycznych. Producent spełnia wymogi systemu zarządzania jakością EN ISO 13485 oraz normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzone certyfikatem.	Zgodnie z SWZ
37.	Pakiet 2 poz.23 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Chłonne ręczniki do rąk o wymiarach 69x37 cm z celulozy. Wyrób medyczny klasy I s zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobach Medycznych. Producent spełnia wymogi systemu zarządzania jakością EN ISO 13485 oraz normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzone certyfikatem. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowane po 2 sztuki w opakowanie typu papier-folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk.	Zgodnie z SWZ
38.	Pakiet 2 poz.24 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylna serweta 50x60 cm z przylepnym otworem średnicy 5 cm wykonana z bilaminatu o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na penetracje płynów >178 cmH2O, o niskim współczynniku pylenia (≤1,7 log10), o odporności na rozerwanie na sucho/mokro 145/149kPa i zdolności absorpcji >250%. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.	Zgodnie z SWZ

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa

REFERENT
Sekcja ds. Zamówień Publicznyc
Paulina Witkowska

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr inż. Ewa Katarzyna Jakimiec