Ciechanów dnia, 13.11.2026 r.

AT - ZP/2501/107/26

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Sprzęt medyczny jednorazowy** ogłoszonego w dniu **21.10.2026** r. w **BZP**, nr ogłoszenia **2026/BZP 00499132** oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1.	Pakiet 5 Poz. 1 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie butelki o pojemności 250 ml.	Wg specyfikacji 200ml
2.	Pakiet 5 Poz. 1, poz. 2Czy Zamawiający wymaga, aby butelki posiadały harmonijkę w dolnej części umożliwiającą wytworzenie podciśnienia ?	Tak
3.	PAKIET 9, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Czepka typu beret wykonany z włókniny polipropylenowej gramatura 18 gr/m2, rozmiar uniwersalny, średnica po rozciągnięciu 51 cm	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
4.	Czy Zamawiający zezwoli na złożenie oferty na prześcieradło jednorazowe z gumkami 40g/m2, białe o wymiarach 150x210?	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
5.	Czy Zamawiający zezwoli na złożeni oferty na czepek typu beret o gramaturze 12g/m2?	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
6.	Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty: Sterylny pokrowiec na kamerę do endoskopów rozmiar 15 x 240cm, reszta zgodna z SZW	Wg specyfikacji
7.	Sterylny pokrowiec na kamerę do endoskopów rozmiar 13 x 244cm, reszta zgodna z SZW	Nie wg specyfikacji
8.	Część nr 10-paski do glukometrów, pozycja nr 1 Czy Zamawiający dopuści paski testowe, które charakteryzują się: rodzaj próbki krwi do badania: świeża próbka pełnej krwi kapinalarnej uzyskanej z opuszki palca lub krew żylna; paski zawierające enzym GDH-FAD, który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta; duży ekran z podświetlanymi cyframi (czytelność wyniku, ułatwia pracę personelu o zmroku); podświetlana szczelina (ułatwia umieszczenie paska testowego); możliwość prezentacji wyniku w jednostkach mmol/l, zamiennie mg/dl; objętość próbki krwi konieczna do wykonania badania: 0,5ul; czas pomiaru: 5 sekund; automatyczne kodowane glukometru (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów)- łatwość w obsłudze bez dodatkowych czynności sprawdzających; zakres hematokrytu 20-	Tak

	65%; część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta); zakres pomiaru: dolna granica zakresu - ≤ 20mg/L; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dL; kapilara zasysająca znajduje się na szczycie paska testowego (wygoda pomiaru kropli krwi); termin przydatności pasków testowych po otwarciu fiolki a la 50 szt. wynosił minimum 6 miesięcy; bezpłatny płyn kontrolny w zestawie z glukometrem (możliwość kontroli glukometru przed pierwszym użyciem); zaoferowane paski testowe do glukometrów to wyrób medyczny refundowany; posiadamy certyfikat z weryfikacji ISO 15197:2015 (przeprowadzony i zatwierdzony przez notyfikowaną jednostkę TUV Rheinland Polska Sp. o.o.)- parametry z normy ISO 15197:2015 są zalecane przez wytyczne PTD ; glukometr z dożywotnią gwarancją; Informujemy, że glukometry do w/w pasków testowych zostanmą przez nas dostarczone bezpłatnie. Ostrzeżenie ketonowe powyżej 240 mg/dl.	
9.	Informujemy że glukometr i paski testowe powinien spełniać pełny zakres normy EN IS0 15197:2015 obejmujący punkty od 1. do 8. Norma EN ISO 15197:2015 jako norma zharmonizowana została opublikowana w maju 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z okresem przejściowym do 30 czerwca 2017 roku, co w praktyce oznacza, ze po tym terminie wszystkie glukometry i paski testowego będą musiały ją spełniać. W związku z powyższym we wszystkich postepowaniach, w których umowa nie zakończy się przed 01.07.17r zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu z weryfikacji na zgodność z normą EN ISO 15197:2015 w pełnym jej zakresie. Czy wymagają Państwo: a) glukometru, który spełnia normę EN ISO 15197:2015? b) dołączenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015 w języku polskim, wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikowaną? c) potwierdzenie na spełnienie normy ISO 15197: 2015 w instrukcji pasków testowych w języku polskim?	Tak
10.	Czy Zamawiający wymaga specyfikacji w rzeczonej pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują BEZPOŚREDNIO WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.	Zamawiający nie stawia takiego wymagania

11.	Czy Zamawiający wymaga glukometr, którego pamięć wynosi co najmniej 600 ostatnich pomiarów?	Nie
12.	Czy Zamawiający wymaga glukometr z podświetlaną szczeliną paskową oraz z podświetlonym ekranem?	Tak
13.	Czy Zamawiający wymaga system do monitorowania glukozy z funkcją Dual Color, który pomaga szybko zinterpretować wynik poziomu glikemii (po wykonaniu pomiaru, na glukometrze pojawia się kolor zielony/czerwony w zależności od poziomu glikemii Pacjenta)?	Tak
14.	Pakiet 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maty 80 cm szerokości?	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
15.	Pakiet 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maty chłonność min. 4,3l/m2?	Tak
16.	Pakiet 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła z włókniny PP o gramaturze min. 25g/m2 ?	Tak
17.	Pakiet 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła z włókniny PP o gramaturze min. 20g/m2 ?	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
18.	Pakiet 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzierników rozmiar XS, S, M, L?	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
19.	Pakiet 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka gramatura min. 15 gr/m2?	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
20.	Pakiet 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka rozmiar uniwersalny?	Tak
21.	Projekt umowy, § 14 ust. 2 b), c) – wnosimy o obniżenie kar do poziomu 0,5%.	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy
22.	Dotyczy (P2) prześcieradło medyczne jednorazowe Prosimy o dopuszczenie prześcieradła medycznego o gramaturze 20g/m2 w rozmiarze 160cmx210cm.	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
23.	Dotyczy (P7) zamknięty system do pobierania próbek z drzewka oskrzelowego Prosimy o dopuszczenie zamkniętego systemu do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego 25 ml	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
24.	Dotyczy (P9) czepek medyczny typu beret Prosimy o dopuszczenie czepków typu beret, wykonanych z włókniny polipropylenowej, gramatura 12 gr/m2, rozmiar 24.	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
25.	Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy
26.	Pakiet 1 pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści butelki z jednym zaczepem?	Tak
27.	Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło medyczne w rozmiarze 130x210cm?	Tak
28.	Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło medyczne w rozmiarze 160x210cm?	Zamawiający nie dopuszcza
29.	Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Tak
30.	Pakiet 9 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt. z odpowiednim	Tak

	przeliczeniem ilości?	
31.	Pakiet 9 Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret w rozmiarze uniwersalnym?	Tak
32.	Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie z opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 10 wymogu, zgodnie z którym oferowane paski testowe do oznaczania stężenia glukozy we krwi muszą być objęte refundacją, oraz o dopuszczenie pasków nieobjętych refundacją, spełniających wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego. Uzasadnienie: Status refundacyjny pasków testowych nie stanowi potwierdzenia ich wyższej jakości, dokładności pomiarowej ani bezpieczeństwa stosowania, lecz wynika z odrębnych regulacji dotyczących finansowania produktów ze środków publicznych. W przypadku szpitala kluczowe znaczenie powinny mieć parametry diagnostyczne, bezpieczeństwo oraz przydatność wyrobów do zastosowań szpitalnych, a nie fakt objęcia ich refundacją. Utrzymanie przedmiotowego wymogu może prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji, wbrew zasadom określonym w art. 16 i art. 99 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez wykluczenie wyrobów legalnie wprowadzonych do obrotu, spełniających wszystkie wymagania jakościowe i techniczne Zamawiającego, wyłącznie z powodu braku ich refundacji. Odstąpienie od wymogu refundacji umożliwi udział większej liczbie wykonawców, zwiększy konkurencję cenową i stworzy Zamawiającemu możliwość uzyskania korzystniejszych warunków zakupu, bez obniżenia standardów jakościowych i bezpieczeństwa. Wymóg refundacji nie gwarantuje bowiem ani wyższej jakości wyrobów, ani niższej ceny ich zakupu przez szpital. Warto również zauważyć, że stosowanie w szpitalu pasków testowych objętych refundacją może generować dodatkowe ryzyka organizacyjne związane z kontrolą ich zużycia i obiegu. Możliwość wykorzystania tych samych produktów zarówno w warunkach szpitalnych, jak i poza placówką może sprzyjać ich nieuprawnionemu pobieraniu lub wykorzystywaniu do celów niezwiązanych z działalnością Zamawiającego. Dopuszczenie pasków nieobjętych refundacją pozwoliłoby ograniczyć tego rodzaju ryzyko i ułatwić nadzór nad gospodarką materiałową szpitala. Pytanie do Zamawiającego: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu objęcia oferowanych pasków testowych refundacją i dopuści paski nieobjęte refundacją, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SWZ? W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie konkretnych przesłanek medycznych, technicznych lub prawnych uzasadniających konieczność posiadania przez oferowane paski statusu refundacyjnego.	Zamawiający odstępuje od wymogu objęcia oferowanych pasków testowych do oznaczania stężenia glukozy we krwi refundacją ze środków publicznych i dopuszcza zaoferowanie pasków zarówno objętych, jak i nieobjętych refundacją, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
33.	Czy w pakiecie 10 Zamawiający dopuszcza paski testowe kompatybilne z glukometrem posiadającym duży ekran, który jest cały podświetlany, co gwarantuje dobrą widoczność cyfr na ekranie, czytelność wyniku i ułatwia umieszczenie paska testowego?	Tak
34.	Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany w pakiecie 10 system do pomiaru glukozy posiadał potwierdzoną w instrukcji używania producenta odporność na interferencje co najmniej następujących substancji: bilirubiny (min. 20 mg/dl), kreatyniny (min. 10 mg/dl), kwasu moczowego (min. 20 mg/dl), paracetamolu	Nie

	(min. 20 mg/dl), ibuprofenu (min. 50 mg/dl)? Uzasadnienie: Wymienione substancje należą do najczęściej spotykanych czynników mogących wpływać na wynik oznaczenia glukozy u pacjentów hospitalizowanych. Potwierdzona przez producenta odporność systemu na interferencje zwiększa wiarygodność wyników, bezpieczeństwo kliniczne oraz ogranicza ryzyko uzyskania wyników obarczonych błędem w codziennej praktyce szpitalnej.	
35.	Czy Zamawiający wymaga, aby w instrukcji używania (IFU) zaoferowanych pasków testowych znajdowały się informacje dotyczące badanych stężeń substancji interferujących, w szczególności paracetamolu i bilirubiny, które nie wpływają na wynik pomiaru? Zwracamy uwagę, że zgodnie z Załącznikiem I, Rozdział III, pkt 20.4.1 lit. w) oraz ab) Rozporządzenia (UE) 2017/746 (IVDR) informacje o znanych interferencjach i ograniczeniach metody stanowią obligatoryjny element instrukcji używania.	Tak
36.	Czy w pakiecie 10 Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych kompatybilnych z glukometrem umożliwiającym wybór jednostki pomiarowej (mg/dl lub mmol/l)? Funkcjonalność ta ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów oraz organizacji pracy personelu medycznego, ponieważ pozwala dostosować sposób prezentacji wyników do obowiązujących procedur i przyzwyczajeń użytkowników, ograniczając ryzyko błędnej interpretacji wyników glikemii oraz podejmowania niewłaściwych decyzji terapeutycznych.	Tak
37.	Czy w pakiecie 10 Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych o zakresie hematokrytu wynoszącym co najmniej 20-60%, niezależnie od modelu glukometru współdziałającego z zaoferowanymi paskami?	Nie
38.	Czy w pakiecie 10 Zamawiający wymaga zaoferowania 4500 szt. pasków testowych (tj. 90 standardowych opakowań a 50 szt.), czy też 4500 opakowań zawierających 50 pasków? Liczba 4500 szt. wydaje się nieproporcjonalnie mała w stosunku do deklarowanego przez Zamawiającego zapotrzebowania na glukometry (200 szt.). Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii	Zamawiający wymaga zaoferowania 4 500 opakowań – opakowanie 50 szt. Zgodnie z aktualizacją załącznika nr 2 do SWZ z dnia 06.11.2026 r.
39.	Pakiet 9 Czy zamawiający dopuści czepek o gramaturze min. 16 g/m2?	Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję
40.	Pakiet 9 Czy zamawiający dopuszcza rozmiar uniwersalny o średnic czepka min. 52 53 cm w stanie rozciągniętym?	Nie
41.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień na produkty z ewentualnej umowy w ilości będącej najmniejszym lub wielokrotnością najmniejszego opakowania handlowego?	Nie wyrażamy zgody na przedstawioną propozycję
42.	Pakiet 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylny, jednorazowy pokrowiec na przewody o szer. 18 cm oraz dł. 244 cm, wykonany z mocnej folii PE (50 µm, gramatura 46 g/m²), z elastyczną zwężającą się końcówką, z taśmą lepną 1,8x20 cm do fiksacji na głowicy i dodatkowym przylepcem paskowym 15 cm z drugiej strony osłony. Opakowanie jednostkowe typu papier-folia zaopatrzona w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Wyrób medyczny klasy I s zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobach Medycznych. Producent spełnia	Zamawiający dopuszcza

	wymogi normy ISO 13485 oraz ISO 14001 potwierdzone certyfikatem.	
43.	Pakiet 6 Sterylna osłona na przewody o wymiarach 13x244 cm składana rewersowo, wykonana z folii PE (50 µm, gramatura 46 g/m²), z perforowaną końcówką, z taśmą przylepną do mocowania na głowicy i z dodatkowym przylepcem z drugiej strony osłony. Opakowanie jednostkowe typu papier-folia, na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton. Wyrób medyczny klasy I s zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobach Medycznych. Producent spełnia wymogi normy ISO 13485 oraz ISO 14001 potwierdzone certyfikatem.	Wg specyfikacji
44.	Pakiet 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowca o rozmiarach 13x240 cm,pozostałe zgodne z SWZ.	Wg specyfikacji
45.	Pakiet 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Czepek typu beret, z elastyczną gumką, wykonany w włókniny polipropylenowej spunbond, o gramaturze 12 g/m2. Rozmiar M ± 53cm, dostępny w kolorach: zielonym lub białym. Nie zawiera lateksu. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.	Zamawiający dopuszcza
46.	Pakiet 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Czepek chirurgiczny typu beret, bezlateksowy, z elastyczną gumką, wykonany z włókniny o strukturze Cluster Keyback, składającej się z min. 70 % z wiskozy oraz mieszaniny polimerowej, o gramaturze 25 g/m2. Dostępne w rozmiarze M ± 53 cm, w kolorze zielonym lub niebieskim. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowany po 100 szt.	Zamawiający dopuszcza
47.	Zadanie nr 3, pozycja nr 1 Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej składający się ze szczoteczki z miękkim włosiem oraz gąbką na górnej powierzchni, z możliwością odsysania, z łącznikiem do kontroli odsysania ściętym pod kątem 45st. oraz 10ml saszetką z 0,12% roztworem chlorheksydyny, aplikator gąbkowy, żel nawilżający 3ml, pakowany pojedynczo w sztywny blister pełniący funkcję pojemnika na płyn?	Nie wyrażamy zgody na przedstawioną propozycję
48.	Zadanie nr 3, pozycja nr 2 Czy zamawiający dopuści dreny o średnicy CH24-25?	Tak
49.	Zadanie nr 4, pozycja nr 5 Czy Zamawiający dopuści wkład workowy jednorazowego użytku, wykonany z polietylenu o grubości 0.15 mm, o pojemności 1000ml, 2000ml, 3000ml, okrągły kształt pokrywy, biologicznie czysty, wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem (automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu, skuteczność bakteryjna filtra 99.99924%). Pokrywa zintegrowana z workiem, wyposażona w otwór do pobierania próbek oraz port pacjenta. Źródło ssania w kanistrze wielorazowym. Każdy wkład wyposażony w zatyczki na porty oraz uchwyt do wyjmowania worka. Maksymalne ciśnienie ssania: 100 kPa (regulowane), maksymalny przepływ: 30 l/min. Pakowany indywidualnie w folię?	Tak
50.	Zadanie nr 4, pozycja nr 5-6 Czy Zamawiający dopuści wkłady do ssaka innego producenta przy nieodpłatnym dostarczeniu kompatybilnych pojemników wielorazowych oraz	Nie

	uchwytów? Jeśli tak, prosimy o podanie ilości pojemników oraz uchwytów koniecznych do dostarczenia.	
51.	Zadanie nr 4, pozycja nr 6 Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania składający się z osobno pakowanego wkładu workowego jednorazowego użytku, wykonanego z polietylenu o grubości 0.15 mm, o pojemności 1000ml, 2000ml, 3000ml, okrągły kształt pokrywy, biologicznie czysty, wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem (automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu). Pokrywa zintegrowana z workiem, wyposażona w otwór do pobierania próbek oraz port pacjenta. Źródło ssania w kanistrze wielorazowym. Każdy wkład wyposażony w zatyczki na porty oraz uchwyt do wyjmowania worka. Maksymalne ciśnienie ssania: 100 kPa (regulowane), maksymalny przepływ: 30 l/min. Pakowany indywidualnie w folię oraz osobno pakowane drenu do odsysania o długości 210cm , średnica wewnętrznej 7mm oraz średnicy zewnętrznej 10 mm, dren pakowany podwójnie: wewnątrz opakowanie foliowe i zewnątrz opakowanie papierowo-foliowe, wkład oraz dren pochodzące od innych producentów?	Nie
52.	Zadanie nr 4, pozycja nr 7 Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauer wyposażoną w 4 otwory boczne, końcówka schodkowa i stożkowa, średnica wewnętrzna 4.13mm, średnica zewnętrzna 7.51mm o długości ok. 27 cm; dostępną w wersji z oraz bez kontroli ssania; dren o długości 210 cm o średnicy wewnętrznej 7 mm, antyzłamaniowy, sterylny?	Zamawiający dopuszcza
53.	Zadanie nr 4, pozycja nr 8 Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauer wyposażoną w 4 otwory boczne, końcówka schodkowa i stożkowa, średnica wewnętrzna 4.13mm, średnica zewnętrzna 7.51mm o długości ok. 27 cm; dostępną w wersji z oraz bez kontroli ssania; dren o długości 210 cm o średnicy wewnętrznej 5 mm, antyzłamaniowy, sterylny?	Zamawiający dopuszcza
54.	Zadanie nr 4, pozycja nr 9 Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauer wyposażoną w 4 otwory boczne, końcówka schodkowa i stożkowa, średnica wewnętrzna 4.13mm, średnica zewnętrzna 7.51mm o długości ok. 27 cm; dostępną w wersji z oraz bez kontroli ssania; dren o długości 300 cm o średnicy wewnętrznej 7 mm, antyzłamaniowy, sterylny?	Zamawiający dopuszcza

DYREKTOR
Andrzej Juliusz Kamasa

REFERENT
Sekcja ds. Zamówień Publicznych
Paulina Witkowska

Wiesław Babiżewski
koordynator
ds. zamówień publicznych