

Ciechanów dnia 04.10.2019 r.


**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów do rotablacji – znak sprawy: ZP/2501/107/19

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie siwz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

Lp.	Treść zapytania	Odpowiedź zamawiającego
Czy zamawiający dopuści w miejsce pierwotnych zapisów sprzęt o następujących parametrach:		
1.	Pozycja 2. Cewnik do aterotomii rotacyjnej z łącznikiem. Sterowanie pracą turbiny za pośrednictwem przycisku podłogowego będącego częścią urządzenia do aterotomii rotacyjnej uwzględnionego w pozycji 3. Pozostałe parametry bez zmian.	Tak
2.	Pozycja 3. Konsola elektroniczna do wykonywania aterotomii rotacyjnej. Konsola sterowana za pomocą pedału nożnego, wykluczające pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku. Pozostałe parametry bez zmian.	Tak


DYREKTOR
Andrzej Kamasa


Wiesław Babiżewski
Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych