


Ciechanów dnia 29.10.2019 r.

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla Stacji Dializ – znak sprawy: ZP/2505/114/19

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie treści siwz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

| Lp. | przedmiot zamówienia/zapytanie | odpowiedź zamawiającego |
|----------------------------|--|--|
| p20-waga siedząca | | |
| 1. | Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, instalacji i szkolenia, a dopuści wysyłkę wagi firmą kurierską? Sprzęt prosty w obsłudze, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisane jest w instrukcji obsługi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty. | nie zmieniamy treści projektu umowy |
| 2. | Czy Zamawiający dopuści wagę z czterema podgumowanymi, łożyskowanymi, łatwo obracającymi się kółkami w tym 4 z hamulcem? Zastosowanie 4 kółek z hamulcem powoduje że waga jest bardziej stabilna. Takie rozwiązanie uniemożliwia przewrócenie się wagi z pacjentem podczas siadania i wstawania. Jednocześnie znacznie ułatwia pracę użytkownikowi, który nie musi się schylać, a wystarczy nacisnąć nogą hamulec. | dopuszczamy takie rozwiązanie |
| p22-lampa zabiegowa | | |
| 3. | Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, instalacji i szkolenia, a dopuści wysyłkę lampy firmą kurierską? Sprzęt prosty w obsłudze, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisane jest w instrukcji obsługi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty. | nie zmieniamy treści projektu umowy |
| 4. | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na temperaturę barwową 4750 K ? Jest to temperatura zbliżona do światła naturalnego. | dopuszczamy takie rozwiązanie |
| 5. | Czy Zamawiający wyrazi zgodę lampę z elastycznym ramieniem o dł. 92 cm bez dodatkowego uchwyty do kierowania reflektorem? Czasza tej lampy zbudowana jest na łączniku kulowym i specjalnie wyprofilowana żeby można ją łatwo wyginać we wszystkie strony. | nie zmieniamy wymogu określonego w zaproszeniu |
| 6. | Czy Zamawiający wyrazi zgodę moc maksymalną 22W? Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego. | dopuszczamy takie rozwiązanie |


DYREKTOR
Andrzej Kamasa

Wiesław Babiński
Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych