

Ciechanów dnia 06.12.2019 r.

ZP/2501/134/19


Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych do przeprowadzania hemodializ. znak ZP/2501/134/19

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez wykonawców zapytania dotyczące treści siwz:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Prosimy o dopuszczenie aparatów do HD, UF, HDF/HF on-line, aparaty do HD oraz fotele do dializ (załącznik 2a) – aparaty i fotele fabrycznie nowe rok produkcji 2019 lub 2020. Termin związania ofertą niniejszego postępowania wynosi 60 dni co oznacza, że rozstrzygnięcie postępowania może odbyć się w nowym roku a tym samym dostarczone aparaty i fotele mogą posiadać datę produkcji 2020.	Akceptujemy wniosek wykonawcy w tej sprawie
2.	Prosimy o dopuszczenie aparatów do HD, UF, HDF/HF on-line oraz aparaty do HD (załącznik 2a) pkt. 29 szerokość aparatu (bez podstawy) w najszerszym miejscu - max 54 cm.	Tak
3.	Prosimy o wyjaśnienie czy w załączniku 2a pkt. 28 (aparaty do HD, UF, HDF/HF on-line oraz aparaty do HD) Zamawiający oczekuje dołączenia do każdego aparatu dwóch wielkości mankietów rozm L i XL czy też oczekuje możliwości wyboru 1 szt. spośród tych rozmiarów.	Dwa mankiety
4.	Prosimy o dopuszczenie foteli do dializ (załącznik 2a) pkt. 11: oddzielnie mocowane kółka o średnicy 7,5 – 10 cm każde.	Tak
5.	Prosimy o dopuszczenie foteli do dializ (załącznik 2a) pkt. 16: ręczny włącznik z przyciskiem pozycji początkowej, przyciskiem pozycji Trendelenburga, przyciskami regulacji, wypukłymi oznaczeniami przycisków bez zamka magnetycznego.	Tak
6.	Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy w Aparatach do HD (zał. 2a) Zamawiający wymaga programu automatycznej dezynfekcji chemicznej z podgrzewaniem środka dezynfekcyjnego, z automatyczną dezynfekcją ssawek koncentratu, podobnie jak w przypadku aparatów do HD, UF, HDF/HF on-line?	Tak


DYREKTOR
Andrzej Kamasa


Wiesław Babizewski
Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych