

Ciechanów dnia 12.12.2019 r.

**Uczestnicy postępowania**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników dla Zakładu Bakteriologii, znak ZP/2501/133/19

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez wykonawców zapytania dotyczące treści siwz:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej dostawy?	Nie
2.	(§ 9 pkt 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?	Nie
3.	(§ 9 pkt 9) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę sposobu naliczanej kary z 200 zł na 1% NETTO niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki?	Nie
4.	W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy- zgodnie z przepisami.	Zamawiający nie zmienia treści projektu umowy
5.	Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?	Tak
6.	Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?	Tak
7.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?	Treść umowy uwzględnia taką możliwość.
8.	Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?	Treść umowy uwzględnia taką możliwość.
9.	Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia przejściowego produktu?	Treść umowy uwzględnia taką możliwość.
10.	Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?	Nie
11.	Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.	Treść umowy uwzględnia taką możliwość.
<b>Dot. pakietu nr 2</b>		
12.	Załącznik nr 2a – formularz techniczny p.7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dla jednego odczynnika termin ważności odczynnika roboczego (po otwarciu zestawu) wynosił 7 tygodni, a dla 5 odczynników 8 tygodni?	Tak
13.	Załącznik nr 2a – formularz techniczny p.11:	Tak

	Czy Zamawiający uzna spełnienie tego warunku dla analizatora posiadającego rzeczywisty i zintegrowany system kontroli poprawności przebiegu każdej wykonywanej reakcji i alarmującego Operatora za pomocą specjalnych komunikatów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości? Aparat kontroluje m.in. dozowanie każdej próbki, dozowanie odczynników i wykrywanie skrzepów i pęcherzyków powietrza w próbce, natomiast ze względu na zastosowaną technologię ECLIA nie stosuje i nie wymaga dodawania odczynnika sygnałowego dla każdej pojedynczej analizy.	
14.	Załącznik nr 2: Czy dla właściwej interpretacji wyników i większej użyteczności klinicznej Zamawiający wymaga testów do ilościowego oznaczania Toxo IgG, CMV IgG oraz Rubella IgG?	Tak
<b>dot. projektu umowy</b>		
15.	Par. 6 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu? Par. 9 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 100 zł?	Nie
16.	Par. 6 ust. 14 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy? Uzasadnienie: Ubezpieczenie urzędnika leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.	Nie
17.	Par. 7 ust. 11 - 13, Par. 9 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?	Nie
18.	Par. 9 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.	Nie
<b>dot. projektu umowy powierzenia danych osobowych</b>		
19.	Par. 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia umowy na: "Wykaz podprzetwarzających, którym Wykonawca obecnie zleca czynności, jest dostępny w Załączniku nr ... do umowy lub pod adresem ....."?	§3 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: „Wykaz podprzetwarzających, którym Wykonawca obecnie zleca czynności, zostanie Zamawiającemu dostarczony w ciągu 21 dni od daty zawarcia Umowy”
20.	Par. 3 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia umowy na: "Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Wykonawca poinformuje Zamawiającego o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do Wykonawcy w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania takich informacji."	Zgoda na propozycję wykonawcy.
21.	Ze względu na okres Noworoczny proszę o zmianę terminu składania ofert na dzień 10.01.2020r.	Zgoda na propozycję wykonawcy. Termin składania ofert ustala się do dnia 10.01.2020 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. 10:30 w pok. nr 20 (Sekcja ds. zamówień publicznych).

Wiesław Babizewski  
Główny Specjalista  
ds. Zamówień Publicznych

DYREKTOR  
Andrzej Kamasa