

NIP 566-10-19-200 REGON 1400311622
 tel. sek. (0-23) 762 31 27
 tel. (0-23) 672 32 71/4, fax (0-23) 612 64
 06-400 Ciechanów, ul. Powstańc
 w Ciechan
 SPECJALISTYCZNY SZPITAL

Ciechanów dnia 19.12.2019 r.


ZP/2501/133/19


Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników dla Zakładu Bakteriologii, znak ZP/2501/133/19

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez wykonawców zapytania dotyczące treści siwz:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Pytanie 1 – dotyczy załącznika nr 2a do SIWZ - formularz techniczny pkt. 2, Pakiet 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania analizatora, którego wydajność może przekroczyć, przy wykonywaniu pewnego rodzaju testów, 100 badań na godzinę ale nie więcej niż 180 badań na godzinę?	Tak
2.	Pytanie 2 – dotyczy załącznika nr 2a do SIWZ- formularz techniczny pkt. 7, Pakiet 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na terminy ważności po otwarciu zestawu 4 tygodnie dla odczynników Toxo IgG, Toxo IgM, HIV, HbsAg, anti-HCV, Syphilis? Terminy pozostałych odczynników to 8 i 12 tygodni.	Nie
3.	Pytanie 3 – dotyczy załącznika nr 2a do SIWZ- formularz techniczny pkt. 16, Pakiet 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania komputer współpracujący z analizatorem o parametrach zbliżonych do podanych lub lepszych ale z systemem operacyjnym Windows 10?	Tak
4.	Pytanie 4 – dotyczy załącznika nr 2a do SIWZ- formularz techniczny pkt. 19, Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści aparat napodłogowy, nie wymagający stołu?	Tak
5.	Pytanie 5 – dotyczy załącznika nr 2a do SIWZ- formularz techniczny pkt. 22, Pakiet 2 Czy Zamawiający doprecyzuje wymagania techniczne dotyczące ciepłarki?	<ul style="list-style-type: none"> • obieg powietrza: naturalny • pojemność użytkowa komory: 15 l • drzwi podwójne - wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne • zakres temperatury pracy: 5C powyżej temperatury otoczenia...+100 C • mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD


 DYREKTOR
 Andrzej Kamasa


 Wiesław Babiszewski
 Główny Specjalista
 ds. Zarządzeń Publicznych