

Ciechanów dnia 03.01.2020 r.

AT - ZP/2501/139/19

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawę kardiowerterów- defibrylatorów** , ogłoszonego w dniu **31.12.2019** r. w BZP, nr ogłoszenia **639403-N-2019** opublikowanego w portalu zakupowym zamawiającego <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

Lp	pytanie	odpowieź
1	Pytanie do pakietu nr 1 Lp. 4 - ICD DR MRI-Kardiowerter defibrylator dwujamowy Czy zamawiający zaakceptuje energię defibrylacji : kumulowana 40 J, dostarczona do 37 J ?	Tak.

Wiesław Babiński
Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych