

Ciechanów dnia 08.04.2020 r.

AT - ZP/2501/29/20

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do Pracowni Hemodynamicznej ogłoszonego w dniu 30.03.2020 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2020/S 063-150434 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – www.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

Lp.	pytanie	odpowiedź
1.	Czy Zamawiający w zad. nr 6 poz 1. Stent typu DES; chromowo – kobaltowy z ultracienkimi strutami, pokryty pasywną powłoką, uwalniający sirolimus z polimeru o przedłużonej biodegradacji dopuści produkt o profilu przejścia (crossing profile) 0,042" dla średnicy 3.0 mm oraz o ciśnieniu nominalnym (NP) 10 atm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?	Tak.
2	Czy w związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w celu usprawnienia realizacji umów o zamówienia publiczne Zamawiający wyrazi zgodę na obustronne podpisanie umowy w wersji elektronicznej poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.	Nie akceptujemy tej propozycji
3	Dotyczy pakietu nr 4 poz.2 TR-BAND: Ze względu na możliwość przedłożenia oferty konkurencyjnej cenowo, prosimy o wydzielenie opasek TR-BAND i utworzenie osobnego zadania z pewną korzyścią ekonomiczną dla Szpitala; Spełniamy wszystkie warunki SIWZ, tzn: TR-Band – opaska hemostatyczna promieniowa Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu Zestaw nie blokujący odpływu krwi żyłnej, nie narażający struktury nerwu w trakcie ucisku tętnicy Pneumatyczny opatrunek uciskowy Zapięcie, które umożliwi uciśnięcie lub/i poluzowanie opaski za pomocą bardzo mocnych rzepów Część zestawu uciskająca na tętnicę wykonana z przezroczystego materiału umożliwiającego bezpośredni podgląd miejsca nakłucia z widocznym markerem Zestaw zawierający dwa balony: pierwszy podtrzymujący ciśnienie ponad miejscem nakłucia, drugi balon utrzymuje pierwszy we właściwej pozycji Szerokość opaski min. 1,9 cm; Dostępne 2 długości opaski 24-29 cm; Szczelna strzykawka umożliwiająca regulację siły docisku poprzez dopompowanie lub odessanie powietrza	Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.
4	Dot. Pakietu nr 4. Poz.1 Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej. Ze względu na możliwość przedłożenia oferty konkurencyjnej cenowo, prosimy o wydzielenie Zestawu do nakłucia tętnicy promieniowej o następujących parametrach: Dostępne długości 7 i 11 cm Zestawy z przewodnikiem prostym stalowym lub zagięty typu Angeled 0,018" ; 0,021"; Odpowiednia igła metalowa z krótkim ostrzem 21G; 20G Koszulka dostępna w dwóch wersjach: nie Hydrofilna oraz Hydrofilna. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.
5	Dot. Pakietu nr 4. Poz.3 Cewnik diagnostyczny . Ze względu na możliwość przedłożenia oferty konkurencyjnej cenowo, prosimy o wydzielenie poz. 3 Cewnik diagnostyczny o następujących parametrach: Dostępne rozmiary 4 , 5, 6Fr (0,055" dla 6F) Cewnik ma trzy warstwy: zewnętrzną warstwę PEBEX, pleciony drut ze stali nierdzewnej i wewnętrzną warstwę PEBEX.	Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

DYREKTOR
Andrzej Kamasa

Wiesław Bobizewski
Główny Specjalista
Zamówień Publicznych