




**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla Zakładu Patomorfologii – **znak sprawy: ZP/2501/39/20**

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie treści siwz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

Stelaż na białinę pościelową	
1.	<p>1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stelaża wg poniższego opisu:</p> <p>Stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej w gat. 0H18N9</p> <p>Obręcz do worków ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9</p> <p>Pokrywa z tworzywa podnoszona za pomocą pedału nożnego</p> <p>Obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka</p> <p>Podstawa stalowa ze stali kwasoodpornej w gat. 0H18N9, wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą</p> <p>Pojemność 100-120l, wymiary 415x510x910 mm</p> <p>Gwarancja min. 12 m-cy</p> <p>Wizualizacja:</p> 
	Tak
Szafka lekarska 2-drzwiowa	
2.	<p>1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy wg poniższego opisu:</p> <p>Szafa lekarska 2-drzwiowa.</p> <p>Wykonana z blachy o grubości min. 0,8-1 mm.</p> <p>Drzwi szafy przeszklone, zamykane na zamek.</p> <p>Szafa malowana proszkowo.</p>
	Tak


	Wyposażona w 4 półki ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 o udźwigu min. 25 kg.	
	Wysokość 1800 mm	
	Szerokość 900 mm	
	Głębokość 470 mm	
Wózek transportowy		
3.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka o wymiarach: 2400x860x300-1850 (regulacja hydrauliczna)?	nie akceptujemy propozycji
4.	Zamawiający podaje, że wózek ma być kompatybilny z systemem chłodni i stołów sekcyjnych. Proszę o podanie Producenta oraz modeli tych wyrobów wraz z wymiarami.	Produkt firmy REZON, wymiary blatu zdejmowanego (mm) -2000 + 150 na uchwyt (dł) -600 (szer.)
5.	Proszę o wyjaśnienie jakie ma być przeznaczenie wózka. Czy ma być on wyposażony w tacę, pokrywę?	transport wewnętrzny, bez pokrywy, ze stałym blatem
Szafa archiwizacyjna szkiełka		
6.	<p>Pytanie nr 2, dotyczy punktu 6 - Załącznika nr 2a do SIWZ – Szafa archiwizacyjna szkiełka – 1 zestaw</p> <p><i>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szafę w systemie modułowym o szerokości 1940 mm, wysokości 1693 mm, przy spełnieniu pozostałych parametrów takich jak szuflady zamocowane na prowadnicach z mechanizmem zapobiegającym ich wypadnięciu, uchwyty szuflad wyposażony w tabliczkę identyfikacyjną, na 250 000 szkiełek +/-10% ?</i></p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Uzasadnienie: <i>Szafa w systemie modułowym jest rozwiązaniem bezpiecznym i praktyczny. System szufladek ułatwia proces archiwizacji. . Na zdjęciu obok fragment modułu.</i></p> </div> </div>	Tak
Szafa archiwizacyjna bloczki		
7.	<p>Pytanie nr 1, dotyczy punktu 6 - Załącznika nr 2a do SIWZ – Szafa archiwizacyjna bloczki – 1 zestaw</p> <p><i>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szafę w systemie modułowym o szerokości 6790 mm, wysokości 1718 mm, przy spełnieniu pozostałych parametrów takich jak szuflady zamocowane na prowadnicach z mechanizmem zapobiegającym ich wypadnięciu, uchwyty szuflad wyposażony w tabliczkę identyfikacyjną, na 250 000 bloczków +/- 15%?.</i></p>	Tak



Uzasadnienie: *Szafa w systemie modułowym jest rozwiązaniem bezpiecznym i praktycznym. System szufladek ułatwia proces archiwizacji. Na zdjęciu obok fragment modułu.*

	Wózek medyczny - trzywarstwowy na kółkach	
8.	<p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wg poniższego opisu: Stelaż z profili ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą. Błat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Wymiary całkowite [mm]: 765x 470 x 950 [długość x szerokość x wysokość] Wymiar blatu: 650x400. Dwie półki poniżej blatu. Wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Uchwyt do prowadzenia przy krótszym boku Gwarancja min. 12 m-cy</p>	Tak
	Ogólne	
9.	<p>dot. Załącznik nr 3 – projekt umowy dostawy dot. §1. ust.2 pkt 2.2 i 2.3- Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu i odstąpienie od wymogu szkolenia w zakresie części nr 4, 7 i 15. Przedmiot zamówienia, opisany w częściach 4, 7 i 15 dostarczane są w formie złożonej, gotowej do użytku, a wystarczającym dokumentem jest Instrukcja Obsługi.</p> <p>dot. §1. ust.2 pkt 2.3 oraz §5, ust.2 lit. e)- Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia zestawienia terminów przeglądów oraz przeglądów okresowych sprzętów w zakresie części 4, 7, 15, ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta produkty te nie wymagają przeglądów.</p> <p>dot. §1, ust.1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu instalacji również w zakresie części 15. Przedmiot zamówienia, określony w części 15 dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymagają instalacji w siedzibie Zamawiającego.</p>	Tak
	Termometr bezdotykowy	
10.	Czy zamawiający dopuści do postępowania termometr bezdotykowy o odległości pomiarowej 1-15 cm od czoła lub obiektu?	Tak
	Lampy bakteriobójcze mobilne laminarne – 1szt.	
11.	<p>Pytanie 1 do pozycji 1: Czy Zamawiający dopuści lampę hybrydową, której konstrukcja pozwala na dezynfekcję z promieniowaniem UV-C bezpośrednim i pośrednim (przepływowym)?</p>	Tak
12.	<p>Pytanie 2 do pozycji 2: Czy Zamawiający dopuści lampę hybrydową z: - 3 promiennikami UV-C o mocy 30W - wydajnością wentylatora 125 m3/h - wydajnością dezynfekcji powietrza do 25m3 pośrednio + 15m3 bezpośrednio bez podziału na godziny?</p>	Tak

	Nasza oferowana lampa jest mocniejsza co pozwala na skuteczniejsze i szybsze oczyszczanie powietrza od bakterii, wirusów, grzybów i pleśni.	
13.	Pytanie 3 do pozycji 3: Czy Zamawiający dopuści lampę hybrydową z funkcją bezpośrednią: - promiennik UV-C bezpośredniego działania o mocy 32W?	Tak
14.	Pytanie 4 do pozycji 3: Czy zamawiający zrezygnuję z wymogu: - natężenie promieniowania UV-C z odległości 1m 100 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$? Nie mamy w opisach producenta potwierdzenia z jakiej odległości jakie natężenie promieniowaniu odpowiada. Taki opis jest tylko pod jednym konkretnym producentem (Ultraviol), co uniemożliwia nam złożenia oferty konkurencyjnej. Całkowite źródło natężenia naszej lampy: 3x30W (254nm UVC). Prosimy o dopuszczenie.	Tak
15.	Pytanie 5 do pozycji 4: Czy zamawiający dopuści żywotność lampy hybrydowej 1 rok? Odpowiada to 8760 h pracy.	Tak



 Dyrektor
 Andrzej Kamass



 Wiesław Babiżewski
 Główny Specjalista
 ds. Zamówień Publicznych