

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla Zakładu Patomorfologii – **znak sprawy: ZP/2501/39/20**

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie treści siwz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

	fotel laboratoryjny – 9 szt.	
1.	Pytanie 1, lp. 1 Czy Zamawiający dopuści krzesło bez podnóżka wykonane z trwałego zmywalnego tworzywa sztucznego z dodatkową nakładką poliuretanową na siedzisku?	zamawiający dopuści takie rozwiązania.
2.	Pytanie 2, lp. 3 Czy Zamawiający dopuści fotel bez podnóżka, co zapewnia lepszą dezynfekcję całego fotela?	zamawiający dopuści takie rozwiązania.
3.	Pytanie 3, lp. 5 Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją wysokości siedziska w zakresie 450-580 mm? Wysokość ta zapewnia w pełni optymalne użytkowanie fotela.	zamawiający dopuści takie rozwiązania.
4.	Pytanie 4, lp. 6 Czy Zamawiający dopuści fotel z podstawą wykonaną z tworzywa sztucznego?	zamawiający dopuści takie rozwiązania.
	Szafa archiwizacyjna szkiełka	
5.	Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw 7 sztuk szaf opisanych poniżej? Szafa archiwizacyjna histopatologiczna wyposażona w obszerne szuflady zabezpieczone zamkiem centralnym. Szuflady zamocowane na prowadnicach z mechanizmem zapobiegającym ich wypadnięciu. System zabezpieczający pozwalający na wysunięcie w tym samym czasie tylko jednej z szuflad. Uchwyt każdej szuflady wyposażony w tabliczkę identyfikacyjną. Szafa dostosowana do przechowywania 67 200 szkiełek. Wymiary 1023 x 725 x 700 mm. Ilość szuflad 5.	zamawiający nie zmienia zapisów siwz
	Szafa archiwizacyjna bloczki	
6.	Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw 7 sztuk szaf opisanych poniżej? Szafa archiwizacyjna histopatologiczna wyposażona w obszerne szuflady zabezpieczone zamkiem centralnym. Szuflady zamocowane na prowadnicach z mechanizmem zapobiegającym ich wypadnięciu. System zabezpieczający pozwalający na wysunięcie w tym samym czasie tylko jednej z szuflad. Uchwyt każdej szuflady wyposażony w tabliczkę identyfikacyjną. Szafa dostosowana do przechowywania 26 880 bloczków/kaset. Wymiary 1023 x 725 x 700 mm. Ilość szuflad 12.	zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Wiesław Babiński
 Główny Specjalista
 ds. Zamówień Publicznych