

**Uczestnicy postępowania  
o zamówienie publiczne**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla Zakładu Patomorfologii – **znak sprawy:**  
**ZP/2501/39/20**

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie treści siwz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

	Zapytanie	Odpowiedź
1.	<p><b>Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia: szafa archiwizacyjna na szkiełka oraz szafa archiwizacyjna na bloczki – pozycje 13 i 14:</b></p> <p><u>Punkt nr 1 opisu parametrów technicznych dla pozycji nr 13 i 14 :</u> Czy Zamawiający wymaga archiwum zabezpieczonego zamkiem centralnym wyposażonego w metalowe szuflady?</p> <p><u>Punkt nr 2 opisu parametrów technicznych dla pozycji nr 13 i 14:</u> Czy oferent dobrze rozumie, że Zamawiający dopuszcza archiwum z możliwością wysunięcia wszystkich szuflad jednocześnie akceptując fakt, iż w takiej sytuacji możliwe jest przeciążenie archiwum i jego przewrócenie, czy też Zamawiający wymaga aby archiwum zostało tak skonstruowane, aby przy pełnym obciążeniu zarówno przy zamkniętych szufladach jak i przy wysunięciu wszystkich możliwych szuflad zachowało ono swoją stabilność?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez zamka centralnego.</p> <p>Zamawiający zgodnie z punktem 2 specyfikacji wymaga konstrukcji zapobiegającej przewróceniu szaf, nie precyzując jakie ma być rozwiązanie.</p>
2.	<p><b>Dotyczy: projekt umowy</b></p> <p>I. Wnosimy o dokonanie modyfikacji ust 1a) paragrafu 7 projektu umowy tak aby Wykonawca mógł zapłacić karę ale za urządzenie niedostarczone w terminie a nie od wartości całkowitej umowy tj.:</p> <p align="center"><b>§7</b> Kary umowne</p> <p>1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej Umowy w formie kar umownych: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:</p> <p>a) w wysokości 0,2% <b>wartości towaru niedostarczonego</b>, za każdy dzień opóźnienia, ponad termin określony w § 2 ust 1, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;</p> <p>II. Wnosimy o dokonanie modyfikacji ust 1 paragrafu 6 projektu umowy poprzez usunięcie wzmianki o wyrobach medycznych. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ nie wymaga wyrobów medycznych w oparciu o definicje zawarte w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz.U. 2017 poz. 211 ze zmianami.</p> <p>Jest:</p> <p align="center"><b>§6</b> Gwarancja</p> <p>1. Wykonawca gwarantuje, zadeklarowaną jakość dostarczonych i zamontowanych urządzeń, zastosowanie właściwych i pozbawionych wad urządzenia i materiałów, niezawodność eksploatacyjną, odpowiednie i solidne wykonanie oraz, że dostarczone urządzenie jest fabrycznie nowe, pochodzi z bieżącej produkcji (niewystawowe), odpowiada wymaganiom określonym w ustawie o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. <u>Dz.U. 2017 poz. 211</u> ze zmianami.)</p> <p>Winno być:</p> <p align="center"><b>§6</b> Gwarancja</p> <p>1. Wykonawca gwarantuje, zadeklarowaną jakość dostarczonych i zamontowanych urządzeń, zastosowanie właściwych i pozbawionych wad urządzenia i materiałów, niezawodność eksploatacyjną, odpowiednie i solidne wykonanie oraz, że dostarczone urządzenie jest fabrycznie nowe, pochodzi z bieżącej produkcji (nie wystawowe).</p>	<p>Nie zmieniamy jednoznacznych przepisów projektów umowy.</p>

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu 20.05.2020 r. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:30 w pok. nr 20 (Sekcja ds. zamówień publicznych)

Wiesław Babizewski

Główny Specjalista  
ds. Zamówień Publicznych