

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

dotyczy: dostawa igieł do trepanobiopsji ZP/2505/62/2020)


Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie siwz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

LP	Pytanie	Odpowiedź
1	Uprzejmie prosimy o dopuszczenie igły do trepanobiopsji szpiku, jednorazowego użytku, rozmiar 11G x 100 mm i 150 mm. Igła bardzo ostra znakowana co 1 centymetr. Mandryn ostrzony w trzech płaszczyznach, łączący się z uchwytem kaniuli na zatrask. Krawędź tnąca z dwoma ząbkami dla łatwej penetracji. Profilowana do dłoni rączka typu młoteczkowego W uchwycie kaniuli gniazdo typu luer. Koreczek zamykający igłę po usunięciu mandrynu. Osobny znakowany wypychacz. Kaniula ekstrakcyjna ułatwiająca pobranie kostki kształt ryńienki.	zgodnie z siwz
2	Pytania - Dotyczy: igły do biopsji gruboigłowej Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje?	Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, na dowolnie wybraną część /pakiet.
3	Pytania - Dotyczy: igły do biopsji gruboigłowej Jaka długość igły interesuje Zamawiającego 10 cm, 15cm?	zgodnie z siwz
4	Pytania - Dotyczy: igły do biopsji gruboigłowej Czy igła ma być automatyczna czy półautomatyczna jednorazowego użytku?	zgodnie z siwz
5	Pytania - Dotyczy: igły do biopsji gruboigłowej Czy ma to być igła jednorazowego użytku kompatybilna z działem biopsyjnym wielorazowego użytku będącym w posiadaniu Zamawiającego – jeżeli tak to poprosimy o dane tego urządzenia ?	Tak - dane urządzenia Bard Magnum
6	Dotyczy części „ igła do biopsji gruboigłowej” Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy igły do biopsji gruboigłowej mają być to igły w pełni automatyczne, półautomatyczne czy przeznaczone do wielorazowego pistoletu ?	Igła kompatybilna z urządzeniem Bard Magnum
7	Dotyczy części „ igła do biopsji gruboigłowej” Prosimy Zamawiającego o podanie długości igły do biopsji gruboigłowej np. 10cm, 12cm, 16cm, 20cm lub 25cm.	10 cm
8	Dotyczy upoważnienia W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww. postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w	Tak

<p>którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.</p> <p>W przypadku umowy w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.</p>	
--	--

Zamawiający utrzymuje termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu **27.07.2020 r.** Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:30 w pok. nr 20 (Sekcja ds. zamówień publicznych).


DYREKTOR
Andrzej Kamasa


Wiesław Babizewski
Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych