

AT - ZP/2501/60/20

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawę wyrobów medycznych z fizeliny**

ogłoszonego w dniu **04.08.2020** r. w DUUE, nr ogłoszenia **2020/S 149-364753** oraz

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

Lp.	pytanie	odpowieź
1.	Pak. 5, poz. 10: czy Zamawiający wyłączy pozycję z pakietu i utworzy nowe zadanie, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności w postępowaniu?	Zgodnie z SIWZ
2	Pak. 5 poz. 10: czy Zamawiający dopuści maski z elastycznymi tasiemkami do zakładania za uszy?	Zgodnie z SIWZ
3	Pak 4: czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 210x80cm lub 240x80cm?	Nie
4	Par. 6 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części zamówienia?	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy.
5	Par. 6 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy.
6	Pak. 5 poz. 10: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych typu II, zgodnych z wymaganiami normy PN-EN14683:2019, poziomem filtracji minimum 98% BFE, ciśnieniem różnicowym 25 Pa i czystością mikrobiologiczną na poziomie minimum 30 Cfu/g zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1? W ostatnim czasie, na rynku medycznym pojawiło się dużo ofert na maski, które nie spełniają wymogów wyrobu medycznego w myśl Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych?	Zgodnie z SIWZ
7	Pak. 5 poz. 10: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych zgodnych z wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r., warunkującymi dopuszczenie produktów do obrotu na terytorium RP oraz złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie tych wymogów, tj: Deklaracji Zgodności CE wystawionej przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie UE, Zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu? Nadmieniamy, że spełnienie powyższych wymogów wynika z obowiązujących przepisów i powinno stanowić wymaganie minimalne wobec przedmiotu zamówienia.?	Zgodnie z SIWZ
8	Pak. 5 poz. 10: Czy Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie raportu z badań z niezależnego laboratorium potwierdzającym deklarowany poziom filtracji bakteryjnej?	Zgodnie z SIWZ
9	Dotyczy Pakietu nr 2, poz.2Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 2pozycję 2do osobnego pakietu? Wyrażenie zgody na powyższe rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.	Wyrażamy zgodę na złożenie w ramach pakietu 2 ofert na dowolnie wybraną pozycję, z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ

10	Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści Fartuch medyczny, ochronny, niesterylny, jednorazowego użytku, rękawy długie zakończone mankietem, wiązany z tyłu na troki, z włókniny polipropylenowej, gramatura min.30g/m ² . Rozmiar XL	Zgodnie z SIWZ
11	Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści Fartuch medyczny, ochronny, niesterylny, z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.20g/m ² . Pozostałe Parametry zgodne z SIWZ?	Zgodnie z SIWZ
12	Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści Fartuch medyczny, ochronny, niesterylny, z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.25g/m ² . Pozostałe Parametry zgodne z SIWZ?	Zgodnie z SIWZ
13	Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 14 Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 5 pozycję 14 do osobnego pakietu? Wyrażenie zgody na powyższe rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.	Zgodnie z SIWZ
14	Dotyczy zapisów SIWZ. Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, jeżeli wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?	Tak.
15	Pakiet 2, poz. 2 <ul style="list-style-type: none"> Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., gramatura 25 g/m², długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankieta, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny? 	Zgodnie z SIWZ
16	<ul style="list-style-type: none"> Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 	Tak z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ
17	<ul style="list-style-type: none"> Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach zbliżonych do rozmiaru L? 	Zgodnie z SIWZ
18	<ul style="list-style-type: none"> Czy zamawiający dopuści fartuch o długości ok. 127 cm , szerokości ok.160 cm i długości paska (trok w talii) min. 200 cm? 	Zgodnie z SIWZ
19	<ul style="list-style-type: none"> Czy zamawiający wymaga fartuchy z certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX® 	Zgodnie z SIWZ
20	<ul style="list-style-type: none"> Czy zamawiający wymaga wyrób, który spełnia wymagania zasadnicze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) i Dyrektywy Rady 93/42/EWG (93/42/EEC), z późniejszymi zmianami 	Zgodnie z SIWZ
21	<ul style="list-style-type: none"> Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych? 	Wyrażamy zgodę na złożenie w ramach pakietu 2 ofert na dowolnie wybraną pozycję, z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ
22	Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 16, 17, 18 Czy Zamawiający dopuści półmaskę nie będącą wyrobem medycznym zgodną z normą EN 149: 2001 + A1: 2009?	Zgodnie z SIWZ
23	Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w	Tak z zachowaniem pozostałych

	rozmiarze 250cm x 80cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.	wymagań SIWZ
24	Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 8 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu co umożliwi Zamawiającemu uzyskanie większej ilości ofert konkurencyjnych cenowo.	Zgodnie z SIWZ
25	Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 9 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu co umożliwi Zamawiającemu uzyskanie większej ilości ofert konkurencyjnych cenowo.	Zgodnie z SIWZ
26	Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 10 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu co umożliwi Zamawiającemu uzyskanie większej ilości ofert konkurencyjnych cenowo.	Zgodnie z SIWZ
27	Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści maskę o poniższym opisie: Maską medyczną jednorazowego użytku, wykonana z trójwarstwowej włókniny, z gumkami zakładanymi na uszy, w części środkowej zakładka (harmonijka) umożliwiająca dopasowanie maseczki do kształtu twarzy, (zakrycie nosa, ust i brody), w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiający dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania, rozmiar wyrobu na płasko co najmniej 17,5cmx9,5cm, wyrób zgodny z normą PN-EN 14683, skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) jak dla masek typu IIR. Oznakowanie CE, pakowane w kartonik po 50szt.	Zgodnie z SIWZ
28	Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 14 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu co umożliwi Zamawiającemu uzyskanie większej ilości ofert konkurencyjnych cenowo.	Zgodnie z SIWZ
29	Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160cm x 210cm?	Tak z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ
30	Dotyczy wzoru umowy § 6, ust. 1 Prosimy Zamawiającego o odniesienie kar umownych, o których mowa ww. § do wartości brutto niezrealizowanej części dostawy. Obecne kary są nie współmiernie wysokie.	Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy.
31	pakiet 3, poz. 16 Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie z pakietu 3, poz. 16 - półmasek FFP2 i utworzenie z niej osobnego pakietu.	Tak z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ
32	Pakiet 1, pozycja 3, 4 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?	Tak z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ
33	Pakiet 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch jałowy wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?	Zgodnie z SIWZ
34	Pakiet 2, pozycja 2 Czy Zamawiający ma na myśli fartuch sterylny zgodnie z nagłówkiem czy fartuch niesterylny zgodnie z opisem?	Pakiet 2, pozycja 2 fartuch niesterylny zgodnie z opisem
35	Pakiet 2, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?	Zgodnie z SIWZ
36	Pakiet 2, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?	Zgodnie z SIWZ

37	Pakiet 2, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze L i XL?	Zgodnie z SIWZ
38	Pakiet 3, pozycja 16 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.	Wyrażamy zgodę na złożenie w ramach pakietu 3 ofert na dowolnie wybraną pozycję, z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ
39	Pakiet 3, pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP2 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009, bez zaworu, składaną, płaska konstrukcja zintegrowana kształtka na nos. Mocowana na gumki z klipsem do ich połączenia w celu zapewnienia ścisłego przylegania do twarzy. Maską oraz gumki w kolorze białym. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a'5 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania?	Nie
40	Pakiet 3, pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści maskę bez zaworu?	Nie
41	Pakiet 5, pozycja 10-14 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.	Zgodnie z SIWZ
42	Pakiet 5, pozycja 10, 11 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?	Tak z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ
43	Pakiet 5, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2?	Zgodnie z SIWZ
44	Pakiet 5, pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2?	Zgodnie z SIWZ
45	Pakiet 5, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m2?	Zgodnie z SIWZ

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:
Andrzej Kamasa

DYREKTOR

.....
Andrzej Kamasa

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

Ewa
mgr inż. Ewa Katarzyna Jakimiec