

Ciechanów dnia 14.09.202 r.

ZP/2505/80/20

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę igieł do hemodializy - ZP/2505/80/20

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie siwz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

LP	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na igły do hemodializy o wyłącznie standardowej długości ostrza tj. 25 mm, pozostałe parametry bez zmian?	Tak, dopuszczamy

Jednocześnie Zamawiający utrzymuje termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu **16.09.2020r.** Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:30 w pok. nr 20 (Sekcja ds. zamówień publicznych).

Wiesław Babiński
Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych