

AT - ZP/2501/75/20

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych: znak ZP/2501/47/20

1. tomografu komputerowego, wraz z adaptacją pomieszczeń.
2. rezonansu magnetycznego, wraz z adaptacją pomieszczeń.
3. aparatu rtg, wraz z adaptacją pomieszczeń znak ZP/2501/47/20

oznaczenie sprawy: ZP/2501/47/20

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie treści siwz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

1.	Pytanie nr 1 dot. Załącznik nr 2a-RTG–dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych ZP/2501/75/20, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH), Detektor bezprzewodowy 43x43 -2 szt.pkt. 238 oraz Detektor bezprzewodowy 35 x 43, 268 Odporność na wodę/kurz, tak, min. IPX4 Wnosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga detektora odpornego zarówno na kurz jak i wodę o klasie IP54 (zgodnie z pierwotnym zapisem w Załączniku nr 2a), który spełnia takie wymaganie.	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga!
2.	Pytanie nr 2dot. Załącznik nr 2a-RTG–dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych ZP/2501/75/20, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH), Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej, Możliwość pomiarów długości, kątów (m.in. kątów Cobba).Prosimy o dopuszczenie i potraktowanie jako rozwiązanie równoważne możliwości pomiarów długości, kątów (m.in. kątów Cobba) na konsoli technika wraz z późniejszym wystaniem informacji o pomiarach na stacje lekarską. Dopuszczenie parametru, nie ma wpływu na funkcjonalność. Jest to rozwiązanie równoważne. Tylko pozytywna odpowiedz pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.	Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.
3.	Pytanie nr 3 dot. Załącznik nr 2b-Parametry oceny RTG (zmodyfikowany), Czy oferowany aparat wyposażony jest na dzień składania ofert w możliwość rozbudowy o funkcję tomosyntezy (aparat konstrukcyjnie gotowy do rozbudowy, nie będzie wymagał żadnych mechanicznych przeróbek), Tak –10 pkt, Nie –0 pkt Wnosimy o usunięcie i niepunktowanie tego parametru. Zamawiający w Załączniku 2a-RTG wyspecyfikował detektory, które nie mają możliwości wykonania badania tomosyntezy. Gdyby Zamawiający w przyszłości planował rozbudowę aparatu o funkcję tomosyntezy musiałby też zakupić zestaw nowych detektorów. Aktualnie, punktowanie tego parametru ma na celu faworyzację tylko jednego Oferenta i w sposób rażąco sztuczny ogranicza konkurencję.	Zamawiający wykreśla z załącznika nr 2b dla tej części zamówienia pozycję punktowaną, o której mowa w zapytaniu. Zamawiający opublikuje w dniu 29.09.2020 r. zaktualizowany załącznik nr 2b dla aparatu rtg

z up. Dyrektora

mgr Magdalena Tłowska
Z-ca Dyrektora
ds. administracyjno-technicznych

Wiesław Babizewski
Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych