

Ciechanów dnia 20.10.2020 r.

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawę akcesoriów endoskopowych: znak ZP/2501/94/20**

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

Lp.	pytanie	odpowieź
	Pakiet nr 1 - akcesoria	
1.	Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu 0,33 mm dla wszystkich średnic, długość oczka pętli maksymalnie 45,0 mm, długość narzędzia 2400 mm, pozostałe właściwości według opisu.	Tak
2.	Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie z siatką o otwarciu 30 mm i długości 60 mm oraz o otwarciu 40 mm i długości 75 mm średnica narzędzia 2,3 mm, pozostałe właściwości według opisu.	Nie akceptujemy propozycji
3.	Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie klipsownic o szerokości rozwarcia ramion klipsa 12 mm (długość ramienia 9,0 mm) lub 15 mm (długość ramienia 10 mm), z osłonką zabezpieczającą, warunki użytkowania w badaniach MRI w Instrukcji użycia lub na oświadczeniu wytwórcy.	Nie
4.	Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona z drutu o średnicy 0,40 mm dla wszystkich średnic otwarcia tj. 10mm, 15mm, 20mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk?	Tak
5.	Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści pętle z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. O wymiarach: siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm. Średnica narzędzia 2,3mm, długość robocza 2300mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk?	Nie
6.	Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści klipsownice hemostatyczną z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Do kanału o średnicy 2,8mm, rozwarcie ramion klipsa 15mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni, długość narzędzia 2300mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety. Opakowanie handlowe = 10 sztuk?	Tak
7.	Poz. 4,5 Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu poz. 4 i 5?	Nie
8.	Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści marker węglowy bez portu luer lock?	Nie
9.	Pozycja 1 : Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pętli jednorazowych do polipektomii wykonanych z drutu plecionego, usztywnionego, średnice pętli: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 33 mm, średnica osłonki 2,4 mm długość robocza 240 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt okrągły, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez. Opakowanie = 10 sztuk ?	Nie
10.	Pozycja 2 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie narzędzia do usuwania obcietych polipów i ciał obcych, z funkcją rotacji, wykonane z drutu i siatki poliestrowej, rozpostartej na pętli o wymiarach 3 cm x 5,5 cm, średnica 30 mm, średnica zewnętrzna osłonki 2,5 mm, długość robocza 230 cm, sterylne, jednorazowego użytku, rękojeść skalowana co 10 mm, opakowanie = 5 sztuk ?	Nie
11.	Pozycja 3 : Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsownicy jednorazowego użytku , dwuramienny klips załadowany do zestawu; możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, z możliwością rotacji klipsa 360 stopni; długość narzędzia 235 cm; współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm; szerokość rozwarcia ramion klipsa - 11 mm lub 17 mm. Opakowanie = 10 sztuk ?	Dopuszczamy zaoferowanie takiej klipsownicy

12.	Pozycja 4,5,6,7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 4,5,6,7 do oddzielnego pakietu w celu umożliwienia złożenia oferty ?	Nie
13.	Pytanie 1 Dotyczy Części nr 1 Akcesoria Endoskopowe – poz. 1 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętle do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylne, owalne, plecione z drutu o średnicy ok 0,40mm, o średnicach pętli 10mm, 15mm, 25mm i 35mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.?	Tak
14.	Pytanie 2 Dotyczy Części nr 1 Akcesoria Endoskopowe – poz. 2 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 35mm. Średnica narzędzia 2,3mm, długość robocza 2300mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.?	Nie
15.	Pytanie 3 Dotyczy Części nr 1 Akcesoria Endoskopowe – poz. 3 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,5mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, 13mm i 16mm (do wyboru Zamawiającego), długość narzędzia 2300mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo, zabezpieczona przed uszkodzeniem. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.?	Tak
16.	Pytanie 4 Dotyczy Części nr 1 Akcesoria Endoskopowe – poz. 4 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kleszcze 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica narzędzia 2,3mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałoroboczym 2,8mm. Opakowanie handlowe = 5 sztuk.	Tak
	Pakiet nr 2 - osprzęt	
17.	Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 12 ze względu, iż nie jest to asortyment typowy do wykorzystania do zabiegów endoskopowych i jego dostępność jest ograniczona na rynku polskim.	Nie
18.	Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści igieł o średnicy cewnika 2,4 mm.	Tak
19.	Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 23 G i długości ostrza 6 mm.	Nie
20.	Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku , średnica szczęk 2,3 mm długość narzędzia 180cm i 230 cm. szczypce z tyłeczkami owalnymi z okienkiem z gładkimi narzędziami bez igły powlekane na całej długości?	Nie
21.	Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwania jednorazowego użytku o średnicy igły 23G długość igły 4 mm lub 6 mm, średnica osłonki 2,4 mm długość narzędzia 230cm?	Nie
22.	Poz.11 Czy Zamawiający dopuści szczotki czyszczące dwustronne długości 230 cm , średnica szczotki pierwszej 5mm długość szczotki 20mm ,średnica szczotki drugiej 10 mm, długość szczotki 30 mm, średnica cewnika 1,7 mm, szczotka zakończona plastikowymi kuleczkami chroniącymi kanał endoskopu przed zarysowaniem?	Tak
23.	Poz. 12 Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu poz. 12?	Nie
24.	Pozycja 8 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczy biopsyjnych, jednorazowego użytku, o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą lub bez igły, podwójny system cięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach, z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 2,2 mm, 2,4 mm, 2,8 mm; długość 160 i 240 cm (pancerz szczypiec różnicowany kolorystycznie w zależności od długości); czarne markery sygnalizacyjne informujące o momencie wysunięcia kleszczy z 2 kanału roboczego, kleszczyki o śr. szczęk 2,8 mm - współpracujące z	Nie

	kanalem roboczym 3,2 mm, pozostałe średnice współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm ?	
25.	Pozycja 9 : Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych igieł do ostrzykiwania w teflonowej osłonce odpornej na załamania, wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły – 23 G, długość ostrza – 4 mm, średnica osłonki 2,3 mm, długość robocza 240 cm lub średnica ostrza igły – 23 G, długość ostrza – 4 mm lub 6 mm, średnica osłonki 1,8 mm, długość robocza 200 cm ?	Nie
26.	Pozycja 11 : Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych szczoteczek do czyszczenia kanałów endoskopów, zawierające dwie szczotki na jednej osłonce, dające możliwość dwustronnego wprowadzania i przeciągania przez kanał endoskopu. Na końcu dalszym szczotek plastikowa osłonka chroniąca kanał endoskopu przed zarysowaniem, długość robocza 240cm, długość włosa szczoteczki 13 mm, średnica włosa szczoteczki 5 mm, dopasowana do kanałów 2,0-4,2mm. Pakowane pojedynczo, zbiorcze opakowanie - 50 sztuk?	dopuszczamy zaoferowanie zaproponowanych szczoteczek
27.	Poz.8 Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga kleszczyków do biopsji stycznych, ze znacznikami odległości (markerami) oraz łyżeczek zabezpieczonych plastikową nakładką, która zabezpiecza, przed uszkodzeniem lub przypadkowym zainfekowaniem kleszczyków ?	Nie
28.	Poz.9 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie równoważnych igieł do ostrzykiwania, o śr. 2,4mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	Tak
29.	Poz.10 Prosimy o doprecyzowanie, czy ze względów epidemiologicznych Zamawiający wymaga ustników pakowanych oryginalnie pojedynczo w warunkach aseptycznych oraz w opakowanie zbiorcze typu dispenser kartonowy z otworem?	Tak
30.	Poz.10 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy każdy ustnik powinien zawierać min. trzy nalepki samoprzylepne do dokumentacji z numerem katalogowym, nr LOT oraz z datą produkcji i ważności, producenta/ dystrybutora na etykiecie głównej produktu.	Tak
31.	Poz.11 Prosimy o doprecyzowanie, czy ze względów epidemiologicznych Zamawiający wymaga, szczotek pakowanych indywidualnie oraz w opakowanie zbiorcze typu dispenser kartonowy z otworem.	Tak
32.	Poz.11 Prosimy o doprecyzowanie, czy ze względów epidemiologicznych Zamawiający wymaga, gąbek pakowanych indywidualnie oraz w opakowanie zbiorcze typu dispenser kartonowy z otworem.	Tak
	Pozostałe	
33.	Dotyczy § 5 ust. 6. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów przedmiotowego ust.: „Wstrzymanie dostaw towaru Wykonawca musi poprzedzić pisemnym oświadczeniem, przesłanym Zamawiającemu (..) na nie mniej niż 7 dni przed wstrzymaniem dostaw.	Nie
34.	Dotyczy § 5 ust. 6. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów przedmiotowego ust.: „W przypadku wad jakościowych dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany, a w przypadku braków ilościowych- uzupełnienia, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia pisemnego powiadomienia Zamawiającego o fakcie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.”	Nie
35.	Dotyczy § 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych odpowiednio? 1. z 0,5% na 0,2%? 5. z 10% na 5%?	Nie

Wiesław Babiżewski


DYREKTOR
Andrzej Kamasa

