

Ciechanów dnia 27.10.2020 r.

AT - ZP/2501/86/20

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **przebudowę pomieszczeń Oddziału Chirurgii Dziecięcej na Oddział Chirurgii Ogólnej; znak ZP/2501/86/20**

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

Dot. Załącznik WSZPS_CHARAKTERYSTYKA-CH.O.-TM_14.08.20

Dot. Poz. 48 Kardiomonitor – Symbol 46 – 4 sztuki

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor opisany poniżej?

Wymagania ogólne kardiomonitora

Wielofunkcyjny kardiomonitor umożliwiający monitorowanie o budowie kompaktowej, łączący w sobie możliwości monitorowania dużej ilości parametrów oraz mobilności wyposażony w funkcję pomiaru EKG, HR, RESP, NIBP, SpO2, TEMP, PR.

Ekran

Wyświetlacz kolorowy TFT LCD 15".

Rozdzielczość ekranu 1024x768.

Obsługa

Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim

Komunikacja z użytkownikiem poprzez dotykowy ekran oraz przyciski na panelu ekranu.

Zasilanie

Akumulator li-ion, czas pracy 120 minut.

Czas ładowania 6 h.

Zapamiętywanie danych

Zapis zdarzeń alarmowych 1800.

168 godzin trendów graficznych i tabelarycznych wszystkich parametrów.

Zapis pomiaru NIBP 1000.

Mierzone parametry

EKG

EKG 5-odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF

Wzmocnienie automatyczne; 0,25x; 0,5x; 1x; 2x; 4x

Prędkość przesuwu 6.25 mm/s; 12.5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s.

Zakres pomiaru odcinka ST. -2.0 do +2.0 mV.

Pomiar częstości akcji serca (HR) w zakresie:

- Dorośli 10-300 uderzeń/minutę

- Dzieci i noworodki 10-350 uderzeń/minutę

RESP

Metoda pomiaru: zmienność impedancji pomiędzy RA-LL (R-F)

Zakres pomiaru. 0-150 rpm.

NIBP

Pomiar automatyczny metodą oscylometryczną.

Pomiar automatyczny w odstępach 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90 lub 2/4/8 h.

Zakres pomiaru:

- dorośli. 10-270 mmHg

- dzieci 10-235 mmHg

- noworodki 10-135 mmHg

Pomiar tętna w zakresie 40-240 uderzeń/minutę.

PR

Pomiar w zakresie 20-250 uderzeń/minutę.

TEMP

Zakres pomiaru 0-50 stopni C lub 32-122 stopni F.

Możliwość pomiaru w 2 jednostkach.

SpO2

Zakres pomiaru 0-100 %

Dźwięki

Możliwość ustawieniu alarmów. 3-stopniowy.

Alarm dźwiękowy i wizualny.

Możliwość regulacji głośności alarmu w zakresie 45-85 dB.

Wymiary urządzenia

Wymiary 366 x 335 x 172 mm

Waga 5,5 kg

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI. JEDNOCZEŚNIE UZUPEŁNIA OPIS – PODSTAWA JEZDNA I MOCOWANIE DO PANELU NAŚCIENNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ ŁATWEGO DEMONTAŻU BEZ UŻYCIA NARZĘDZI.

Dot. Poz. 49 Ssak elektryczny – symbol 71 – 1 sztuka

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny opisany poniżej?

Przenośny ssak elektryczny

Wygodny uchwyt do przenoszenia ssaka

Bezolejowa, bezobsługowa pompa ssąca

Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności, łatwa do dezynfekcji.

Maksymalna wydajność 32l/min

Zakres regulacji 20-90 kPa

Pobór mocy do 150 VA

Filtr antybakteryjny

Tryb pracy – praca ciągła

Swobodny wybór pomiędzy przełącznikiem ręcznym i nożnym podczas regulacji siły ssania.

Regulator ciśnienia

Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą mmHG

Dwa transparentne pojemniki, nietłukące z podziałką o pojemności 2000 ml w tym jeden z pokrywą z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym

Możliwość stosowania zbiorników o pojemności 1000 ml

Wymiary max urządzenia (szer. x głęb. x wys.) 550mm x 264mm x 365mm

Waga urządzenia 5,5 kg

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUŚCI. PRAK INFORMACJI MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA WKŁADÓW JEDNORAZOWYCH. ZA MAŁĄ MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ.

Dot. Poz. 9, symbol 25, łóżka zwykłe

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 44,5 – 78,5 cm?

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami blokowanymi indywidualnie, bez blokady kierunkowej?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI BRAK BLOKADY CENTRALNEJ TYLKO DLA ŁÓŻEK ZWYKŁYCH.

Pozycja 9, symbol 25, łóżka dla intensywnej terapii

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami leża oraz regulacją wysokości regulowanymi za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych z panelu centralnego?

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu nóg w zakresie 0-30°?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI

Dot. Poz. 11, symbol 28, Szafka przyłóżkowa z ruchomą płytą

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach: 93cm x 51cm x 48,5 cm (wys x szer x gł)?

2. Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem o wymiarach 600 x 350mm?

3. Czy Zamawiający dopuści szafkę spełniającej opis: płyta HPL, konstrukcja blachy stalowej, ocynkowanej, malowanej lakierem, proszkowym, fronty szuflad z ABS, blat boczny z HPL, Szafka wyposażona w cztery koła z centralną blokadą. Szafka posiada wysuwaną szufladę na prowadnicach oraz uchwyt z boku półki na zawieszenie ręcznika?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI

Dot. Poz.24 Lampa bezcieniowa jezdna – 17 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bezcieniową lampę jezdną o poniższym opisie:

- Lampa zabiegowa bezcieniowa mobilna ze źródłem światła LED
- Czasza lampy okrągła umieszczona na giętkim ramieniu typu „gęsia szyja”
- Diody LED w kolorze białym
- Kopuła lampy nie powodująca wzrostu temperatury na czaszy lampy
- Natężenie światła lampy w odległości 1m od czoła lampy 30.000 lux
- natężenie światła lampy w odległości 0,5 m od czoła lampy 70.000 lux
- Lampa wyposażona w 3 źródła światła LED
- Żywotność żarówki 60 000 godzin
- Temperatura barwowa dla lampy 4500[K]
- Współczynnik oddawania barw Ra 93

- Współczynnik oddawania barwy czerwonej R9 93
- Średnica plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy 165 mm
- Zużycie energii 15W
- Średnica plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy: 165 mm
- Lampa mobilna na regulowanym statywie wyposażonym w 5 kółek jezdnych z blokadą

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI

Dot. Panele naddźwiękowe

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panele naddźwiękowe o wysokości profilu 270 mm?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI

Dot. Poz. 15, symbol 74, materac przeciwoleżynowy

1. Czy Zamawiający dopuści materac z komorami o wysokości 23cm?
2. Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 200 x 86 x 23cm?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI

Dot. Poz. 25, symbol 18 Stół opatrunkowy elektryczny

1. Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach 65cm x 205cm?
2. Czy Zamawiający dopuści stół z regulowanymi podłokietnikami oraz stałym segmentem nóg (stół 2 segmentowy)?
3. Czy Zamawiający dopuści stół z tapicerką o grubości 6cm?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUŚCI


Dot. Poz. 46, symbol 44, ŁÓŻKO BARIATRYCZNE Z WAGA

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach 105 x 223cm?
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami leża oraz regulacją wysokości regulowanymi za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych z panelu centralnego?
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu nóg w zakresie 0-30°?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUŚCI

Jednocześnie zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 09.11.2020 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:30 w pok. nr 55 (Sekcja ds. zamówień publicznych).


DYREKTOR
Andrzej Kamasa


Wiesław Babiżewski
Główny Specjalista
ds. zamówień publicznych