

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki  
w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

AT - 23 / 250 190 / 20 tel. 23 / 672 31 27

NIP 566-10-19-200; REGON 000311622


Ciechanów dnia 29.10.2020 r.

Uczestnicy postępowania  
o zamówienie publiczne

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych w ramach realizacji zadania pn. pn.:  
"Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie"

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie treści siwz,  
skierowaną do zamawiającego przez wykonawców

1.	<b>1. Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy, pakiet nr 3</b> Czy Zamawiający odstąpi od wymogu instalacji i uruchomienia ciepłarki? Sprzęt dostarczany jest gotowy do użytku, w związku z czym nie wymaga instalacji i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego. Korzyścią dla Zamawiającego jest ograniczenie kontaktów bezpośrednich personelu z osobami z zewnątrz ze względu na aktualną sytuację epidemiczną.	Tak
2.	<b>2. Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy, pakiet nr 3</b> Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeszkolenia pracowników medycznych w zakresie działania i obsługi ciepłarki oraz pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie bieżącej obsługi technicznej ciepłarki? Sprzęt jest prosty w obsłudze i nie wymaga przeszkolenia. Zasady użytkowania zostały opisane w instrukcji obsługi.	Tak
3.	<b>3. Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy, pakiet nr 3</b> Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania okresowych przeglądów technicznych ciepłarki? Zgodnie z oświadczeniem producenta sprzęt nie wymaga przeprowadzania corocznych przeglądów lub konserwacji w celu zapewnienia prawidłowego działania.	Tak

  
DYREKTOR  
Andrzej Kamasa

Wiesław Bąbizewski  
Główny Specjalista  
ds. Zamówień Publicznych