

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki
w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2
tel. 23 / 672 32 71/4; fax 23 / 672 27 67
tel. sek. 23 / 672 31 27
AT - ZP/2501/119/20
NIP 566-10-19-200; REGON 000311622

Ciechanów dnia 08.01.2021 r.


**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**


dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę angiografu w ramach realizacji zaocenia pn. "Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" znak ZP/2501/119/20.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie treści siwz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawcę:

Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie 15 użył sformułowania „Zamawiający potwierdza”.		Zamawiający potwierdza	Zamawiający precyzuje odpowiedź na pytanie 15 (wyjaśnienia zamawiającego z dnia 07.01.21 r.) Zamawiający potwierdza, że wymaga dostawy aparatu spełniającego wymogi wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii - diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej zawarte w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 roku o ile dotyczą przedmiotowego postępowania ale zamawiający nie dodaje żadnych nowych wymogów w odniesieniu do punktu 2 w Załączniku 2a.
2. do punktu 2 Załącznik 2a	Prosimy o potwierdzenie, że poprzez treść wymogu w punkcie 2 Zamawiający oczekuje od każdego z Oferentów dostarczenia angiografu spełniającego wytyczne wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej – OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopada 2015 r., tj. systemu angiograficznego wyposażonego w najbardziej rozwinięte systemy redukcji dawki dostępne dla danego producenta.		
Zważywszy, że w Obwieszczeniu Ministra zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r. zawierającym wykaz wzorcowych procedur z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej NIGDZIE NIE MA MOWY o „systemie angiograficznym wyposażonym w najbardziej rozwinięte systemy redukcji dawki dostępne dla danego producenta”, to czy wykonawcy mają rozumieć, że zamawiający potwierdza, iż oferowane urządzenie medyczne ma spełniać wszystkie wymogi zawarte w ww. dokumencie MZ, czy też zamawiający ustanawia nowy wymóg w Załączniku nr 2a zawarty w pytaniu nr 15?			

Jednocześnie zamawiający przesługu termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu 25.01.2021 r. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. 10:30 w pok. nr 55 (Sekcja ds. zamówień publicznych)


DYREKTOR
Andrzej Kamasa


Wiesław Brzoźewski
Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych