

Uczestnicy postępowania  
o zamówienie publiczne

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę tomografu komputerowego w ramach realizacji zadania pn. "Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" znak ZP/2501/111/20.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie treści siwz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

1.	<b>Dotyczy odpowiedzi na pytanie 21 opublikowanej w dniu 30.12.2020.</b> W odpowiedzi na pytanie jednego z Wykonawców Zamawiający przyznaje taką samą ilość punktów za sterowanie z czterech stron gantry jak i za sterowanie z jednego przenośnego panelu. Zwracamy uwagę, że w sytuacjach nagłych, gdzie wymagana jest szybkie wyjechanie pacjenta z gantry, zmiana pozycji stołu lub pochylenia gantry szukanie tabletu jest znacznie mniej wygodnym sposobem reakcji niż korzystanie z czterech paneli umieszczonych w czterech rogach gantry. Bieganie dookoła gantry w celu użycia tabletu, który jest powieszony tylko z jednej strony gantry często uniemożliwia jego szybkie użycie. W związku z powyższym prosimy o rozważenie zmiany punktacji tych parametrów na:				Zamawiający wprowadził modyfikację do załącznika nr 2 b zgodnie z propozycją. Obowiązujący załącznik nr 2b został opublikowany w portalu zakupowym zamawiającego w dniu 08.01.2021 r.	
	6.	Możliwość sterowanie stołem i gantry przez technikę znajdującego się z przodu i tyłu gantry lub z przenośnego tabletu	TAK/NIE	Panele - 2 pkt. Przenośny tablet - 1 pkt. Nie – 0 pkt		
	7.	Serowanie ruchami stołu przez technikę znajdującego się z prawej i lewej strony stołu	TAK/NIE	Panele - 2 pkt. Przenośny tablet - 1 pkt. Nie – 0 pkt		
	18.	Sterowanie ruchami stołu z obu stron gantry (tył/przód).	TAK/NIE, podać	Panele - 2 pkt. Przenośny tablet - 1 pkt. Nie – 0 pkt		
Powyższa zmiana pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty i doceni system o lepszej ergonomii.						
2.	<b>Dotyczy odpowiedzi na pytanie 21 opublikowanej w dniu 30.12.2020.</b> W odpowiedzi na pytanie jednego z Wykonawców Zamawiający przyznaje taką samą ilość punktów za dwa wskaźniki zatrzymania oddechu z licznikami czasu jak za jeden umieszczony tylko z przodu gantry. Zwracamy uwagę, że dwa wskaźniki umożliwiają monitorowanie czasu skanowania przez pacjenta niezależnie od kierunku jego wjeżdżania do gantry. Tylko jeden wskaźnik uniemożliwia jego obserwację w przypadkach, kiedy pacjent wjeżdża głową do gantry. W związku z powyższym prosimy o rozważenie zmiany punktacji tych parametrów na:				Nie akceptujemy propozycji	
	13.	Wskaźniki informujące pacjenta w trakcie badania o konieczności i czasie wstrzymania oddechu widoczne dla pacjenta dla każdego kierunku skanowania lub jeden wskaźnik LED z suwakiem świetlnym LED	TAK/NIE	Dwa wskaźniki – 2 pkt Jeden wskaźnik LED - 1 pkt. Nie - 0 pkt.		
Powyższa zmiana pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty i doceni system o większych możliwościach klinicznych						

Zamawiający modyfikuje ponadto treść załącznika nr 2a do siwz, poprzez uzupełnienie przedmiotu zamówienia o osłony radiologiczne do TK. Obowiązujący załącznik nr 2a został opublikowany w portalu zakupowym zamawiającego w dniu 08.01.2021 r.

  
DYREKTOR  
Andrzej Kamasa

  
Wiesław Babizewski  
Główny Specjalista  
ds. Zamówień Publicznych