

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej, ogłoszonego w dniu 30.11.2020 r. w BZP, nr ogłoszenia 759457-N-2020 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – <https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl>
 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

Lp	pytanie	odpowieź
1.	<p>Pytanie 1 W zakresie pakietu nr 4 MR Signa 1.5 HDx, Prosimy o podanie ilości helu jaką Wykonawcy powinni skalkulować w cenie oferty. W celu szacowania wartości zamówienia Zamawiający z pewnością założył określoną ilość helu, np. 200 litrów czy 1000 litrów. Wskazujemy, iż zgodnie z art. 29 ustawy PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.</p> <p>Przykładowo, skutek awarii kompresora/coldheadu lub układu chłodzenia – nie spowodowanej przez Wykonawcę w trakcie wykonywania przeglądu - Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć do jakiego poziomu spadnie poziom helu - może spaść i do 40%. Dodatkowo, Wykonawca nie ma żadnego wpływu na czas usunięcia awarii, ponieważ kontrakt obejmuje tylko przeglądy (nie mamy wpływu na czas trwania diagnostyki), a ewentualny quench aparatu powoduje utratę helu i spadek poziomu do nawet 10-20%. Jeśli rezonans ulegnie uszkodzeniu z winy Zamawiającego, z pewnością wszelkie koszty naprawy aparatu zostaną pokryte z polisy ubezpieczeniowej mienia szpitala.</p> <p>W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za ubytek helu spowodowany:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Uruchomieniem przez Zamawiającego awaryjnego wyrzutu helu (quench), 2) Wystąpieniem awaryjnego wyrzutu helu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 3) Niewłaściwą eksploatacją aparatu, 4) Przekroczeniem parametrów technicznych zalecanych przez producenta aparatu, 5) Nietypowym fizycznym lub elektrycznym obciążeniem, 6) Działaniem czynników zewnętrznych, na które Wykonawca nie ma wpływu, 	<p>Zamawiający akceptuje ograniczenie odpowiedzialności za ubytek helu w sytuacjach określonych w pkt.1-6 zapytania.</p>

Wiesław Bobrowski
 Główny Specjalista
 ds. Zamówień Publicznych

SPECJALISTA
 ds. Zamówień Publicznych
 mgr inż. Ewa Katarzyna Jakimiec