

Ciechanów dnia 21.01.2021 r.

**Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę tomografu komputerowego w ramach realizacji zadania pn.
"Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" znak ZP/2501/111/20.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie prostuje niniejszym oczywistą omyłkę przy określeniu pozycji nr 4 w
cz. III zaktualizowanego w dniu 08.01.2021 r. załącznika nr 2 do siwz:

Było:

Oslony do TK (lateksowo-bizmutowe)

1. dla dorosłych:

- osłona oczu – 3 szt.
- osłona tarczycy – 3 szt.
- osłona piersi – 3 szt.

2. dla dzieci:

- tarcza piersi 28x8 cm – 3 szt.
- tarcza piersi 33x10 cm – 3 szt.

3. fartuchy ołowiane 0,35 PB – 3 szt.

Jest:

Oslony do TK

1. dla dorosłych: (lateksowo-bizmutowe)

- osłona oczu – 3 szt.
- osłona tarczycy – 3 szt.
- osłona piersi – 3 szt.

2. dla dzieci: (lateksowo-bizmutowe)

- tarcza piersi 28x8 cm – 3 szt.
- tarcza piersi 33x10 cm – 3 szt.

3. fartuchy ołowiane 0,35 PB – 3 szt.

Wiesław Babizewski
Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych