

ZP/2501/04/21

**Uczestnicy postępowania  
o zamówienie publiczne****dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego(znak ZP/2501/04/21).**



Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekazuje odpowiedź na prośbę o wyjaśnienie swz, skierowaną do zamawiającego przez wykonawców:

LP	Pytanie	Odpowiedź
<b>1. cewnik do odsysania</b>		
<b>2. sprzęt medyczny drobny</b>		
1	poz. 12,13 Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igieł z nasadką wykonaną z polipropylenu (ma to jak najbardziej medyczne uzasadnienie) oraz osłonka igły wykonaną z polietylenu. Osłonka wykonana z polipropylenu nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, osłania ona tylko igłę, chroni przed zakłuciem, zanieczyszczeniem. Nie ma ona kontaktu z substancją leczniczą. Nie ma zatem znaczenia czy jest ona polietylenowa czy polipropylenowa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	Tak dopuszczamy
<b>3. sprzęt do wlewów i iniekcji</b>		
1	Pakiet nr 3, poz.1 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania przyrząd do wlewów dożylnych typu motylek posiadający długość efektywną igły 19mm?	Tak dopuszczamy
<b>4. maska do tlenoterapii</b>		
1	Pakiet 4 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby produkty były wykonane z materiału wolnego od ftalanu DEHP ?	Tak wymagamy
2	Pytanie 1, dotyczy pakietu 4 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski tlenowej z drenem wykonanej z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu całkowicie pozbawionego PVC (nie zawiera ftalanów)? Posiada mankiety uszczelniający elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą (podwójne uszczelnienie w okolicy brody), mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji. W zestawie dren tlenowy odłączalny, przezroczysty o przekroju gwiazdkowym (nie załamującymi się), o długości 210cm, końcówka standardowa, wyprofilowany zachełek nosowy pozbawiony blaszki, jednorazowego użytku, pojedynczo pakowane. Dostępna w rozmiarach uniwersalnych dla dzieci i dla dorosłych.	Tak dopuszczamy
<b>5. maski resuscytacyjne</b>		
1	Pakiet 5 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby produkty były wykonane z materiału wolnego od ftalanu DEHP	Tak

<b>6. maski tlenowe z nebulizatorem i drenem</b>		
<b>1</b>	Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek tlenowych z nebulizatorem o poj.6ml.	Nie dopuszczamy
<b>2</b>	poz. 21-22 Czy zamawiający dopuści maski do podaży tlenu z drenem łączącym o przekroju standardowym, wzmacniony wzdłużnie sześcioma pasami, antyżalarnymi?	Nie dopuszczamy
<b>3</b>	poz. 21-22 Czy zamawiający dopuści produkt sterylny?	Tak
<b>4</b>	poz. 21-22 Czy zamawiający dopuści maskę z drenem o długości 200 cm- o przekroju standardowym i nebulizatorem o pojemności 6 ml, typ prosty, wykonaną z nietoksycznego materiału PVC, indywidualnie pakowaną, opakowanie PE (z instrukcją użytkownika ), sterylne, rozmiary S-XL, rozmiar XS dla niemowląt, rozmiar S-M dla dzieci oraz rozmiar L-XL dla dorosłych. ?	Nie dopuszczamy
<b>5</b>	poz. 21-22 Czy zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem o standardowej wadze?	Zgodnie z SWZ
<b>6</b>	pozycja 21 i 22 Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową o wadze maski 17g, drenem o długości 2,1 m, z nebulizatorem o pojemności 6 ml i wadze 16g, pakowany w opakowanie papierowo-foliowe przy pozostałych parametrach bez zmian?	Nie dopuszcza
<b>7</b>	<u>poz. 1</u> Prosimy o dopuszczenie maski tlenowej z nebulizatorem i drenem, w jednym uniwersalnym dla dzieci rozmiarze maski twarzowej o wadze 17,65g +/- 1,5g z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.	Tak dopuszczamy
<b>8</b>	<u>poz. 2</u> Prosimy o dopuszczenie maski tlenowej z nebulizatorem i drenem, w jednym uniwersalnym dla dorosłych rozmiarze maski twarzowej z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.	Tak dopuszczamy
<b>9</b>	poz. 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski tlenowej wykonanej z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu całkowicie pozbawionego PVC (nie zawiera ftalanów)? Posiada mankiet uszczelniający elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą (podwójne uszczelnienie w okolicy brody), otwory boczne, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji, wyprofilowany zachełk nosowy pozbawiony blaszki. Nebulizator o poj. 10 ml, skalowany co 2ml, możliwość pracy w każdej pozycji, w którym przy przepływie 8l/min 74% objętości wyjściowej stanowią drobiny nie większe niż 5 mikronów, przy czym MMD to 3,3mikrona. W zestawie dren tlenowy odłączalny, przezroczysty o przekroju gwiazdkowym (nie załamującym się), o długości 210cm, końcówka standardowa. Jednorazowego użytku, pojedynczo pakowane. Zestaw dostępny w dwóch rozmiarach uniwersalnych: dla dorosłych i dla dzieci. Ogranicza to możliwość pomyłki w doborze odpowiedniego rozmiaru.	Zgodnie z SWZ




<b>7. sprzęt wspomagający oddychanie</b>		
<b>8. maska tlenowa z rezerwuarem</b>		
<b>1</b>	Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o długości 210 cm.	Tak dopuszczamy
<b>2</b>	pozycja 27 Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem o długości 2,1 m, spełniająca pozostałe zapisy SIWZ?	Nie dopuszczamy
<b>3</b>	poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski tlenowej do podawania wysokich stężeń z rezerwuarem dla dorosłych? Wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu całkowicie pozbawionego PVC (nie zawiera ftalanów). Posiada mankiet uszczelniający elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą (podwójne uszczelnienie w okolicy brody), rozmiar uniwersalny dla dorosłych, zawory po obu stronach maski, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji, rezerwuuar tlenowy. W zestawie dren tlenowy odłączalny, przezroczysty o przekroju gwiazdkowym (nie załamującym się), o długości 210cm, końcówka standardowa, wyprofilowany zachyłek nosowy pozbawiony blaszki, jednorazowego użytku, pojedynczo pakowane.	Tak dopuszczamy
<b>9. przyrząd do treningu oddechu</b>		
<b>1</b>	pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do treningu oddechu z 3 komorami o pojemności: 600, 900 oraz 1200 przy pozostałych parametrach bez zmian?	Tak dopuszczamy
<b>2</b>	Czy Zamawiający dopuści przyrząd do treningu oddechowego z możliwością ustawienia poziomu przepływu wdychanego powietrza, z rozciągliwą rurką łączącą i wymiennym ustnikiem, z uchwytem pozwalającym na przenoszenie lub zawieszenie na poręczy łóżka, mikrobiologicznie czysty?	Nie dopuszczamy
<b>3</b>	Czy Zamawiający oczekuje, aby przyrząd do treningu oddechowego wyposażony był w port tlenowy, umożliwiający jednoczesne prowadzenie tlenoterapii podczas treningu oddechowego?	Nie dopuszczamy
<b>10. filtr- wymiennik ciepła i wilgoci</b>		
<b>1</b>	Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o wadze powyżej 10g	Nie dopuszczamy
<b>2</b>	Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o wadze 5g	Nie dopuszczamy
<b>3</b>	pozycja 3	Nie dopuszczamy

	<p>Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci z wkładem celulozowym centralnie umieszczonym, o wadze 9g i zamykanym na zatyczkę portem do odsysania, zdjęcie poglądowe poniżej:</p> 	
<p>4</p>	<p>Prosimy o dopuszczenie jako równoważny wymiennik ciepła i wilgoci z higroskopowym celulozowym wkładem; waga 8,4g; z portem O2 do drenu tlenowego o średnicy 5,5 mmM; z centralnie umieszczonym portem do odsysania o średnicy 6,1 mm z zatyczką; zastosowanie dla dorosłych i dzieci &gt;15kg oddychających samodzielnie; objętość oddechowa VT: 50 - 1000 ml; opór przepływu: przy 0,5l/s - 0,7 cm H2O, przy 1,0 l/s - 1,8 cm H2O, przy 1,5 l/s - 3,0 cm H2O; przestrzeń martwa 15 ml; nawilżanie 28,5mg/l H2O przy Vt=500ml; skuteczność termiczna 30,2°; powierzchnia wymiennika &gt; 500 cm2; złącza 15mmF - do rurki tracheostomijnej stożkowe, zapobiegające spadaniu z rurki; czas stosowania do 24 godz.; sterylne, opakowanie pojedyncze „papier-foia”.</p> 	<p>Tak dopuszczamy</p>
<p><b>dotyczy projektu umowy</b></p>		
<p>1</p>	<p>dotyczy projektu umowy par. 6 ust. 1 Prosimy o zmianę zapisu na następujący: W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 1 lub dostawy niezgodnej z zamówieniem pod względem asortymentu, jakości bądź ilości, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę z tego tytułu karą umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w realizacji świadczenia zgodnego z zamówieniem.</p>	<p>Zgodne z SWZ</p>

Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu **19.02.2020r.** Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 10:30 w pok. nr 55 (Sekcja ds. zamówień publicznych).

  
 DYREKTOR  
 Andrzej Kamasa

  
 Wiesław Bobizewski  
 Główny Specjalista  
 ds. Zamówień Publicznych